GIMA
PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

15x40cm

RUTSCHFESTER EINWEG-SCHUHÜBERZIEHER
COBRE SAPATOS ANTIDERRAPANTE DESCARTÁVEL

DE

Produktname Rutschfester Einweg-Schuhüberzieher
Produktcode FGSCAS-PP35 (GIMA 21095)
Product Model Normaler Schuhüberzieher, 15x40 cm
Struktur und Zusammensetzung Der Schuhüberzieher besteht aus 35 g PP, mit Gummizug zur Befestigung, mit Gummizug und Aufdruck auf der Unterseite, um die Rutschfestigkeit zu garantieren.
Bestimmungsgemäße Verwendung Die Produkte werden hauptsächlich für die allgemeine Isolierung in Ambulanzen, Kliniken, Untersuchungssräumen, Reinigungsräumen, Laboren usw. verwendet. Es ist für die Verwendung durch medizinisches Fachpersonal in Krankenhäusern und Kliniken bestimmt, um ein gutes Hygieneniveau aufrechtzuerhalten und zur Kontrolle des Infektionsrisikos beizutragen.
Gegenanzeigen Die Produkte können nur einmal und sollten sofort nach dem Öffnen der Verpackung verwendet werden. Wenn die Verpackung beschädigt ist, ist das Produkt nass oder schimmelig. Das Produkt darf in diesem Fall nicht verwendet werden.
Verwendung des Produkts

1. Öffnen Sie die Produktverpackung und nehmen Sie den Schuhüberzieher heraus, strecken Sie Ihre Füße aus und ziehen Sie den Schuhüberzieher über Ihre Schuhe.
2. Ziehen Sie die Überzug so zurecht, dass er den Fuß ganz bedeckt.

Lagerung Sie sollte in einem sauberen Raum mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von nicht mehr als 80%, ohne korrosive Gase, an einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort gelagert werden.

Warnung

1. Hierbei handelt es sich um ein Einwegprodukt; des dar nicht wiederverwendet werden.
2. Hierbei handelt es sich um ein Produkt für den Einzelgebrauch, daher darf es nicht mit anderen Personen geteilt werden.
3. Bei Beschädigung des Produkts oder der Verpackung ist dessen Gebrauch verboten.

Hinweis: Jeder schwerwiegende Vorfall, der im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetreten ist, sollte dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats gemeldet werden, in dem der Anwender oder Patient ansässig ist.

Gültigkeit 3 Jahre.
Produktionsdatum Siehe Datum auf der Verpackung
Ablaufdatum Siehe Datum auf der Verpackung

REF	**DE** Erzeugniscode **PT** Código produto		**DE** Vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern **PT** Guardar ao abrigo da luz solar		**DE** An einem kühlen und trockenen Ort lagern **PT** Armazenar em local fresco e seco
LOT	**DE** Chargennummer **PT** Número de lote	CE	**DE** Medizinprodukt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/745 **PT** Dispositivo médico em conformidade com a regulamento (UE) 2017/745		**DE** Achtung: Anweisungen (Warnungen) sorgfältig lesen **PT** Cuidado: leia as instruções (avisos) cuidadosamente
	DE Hersteller **PT** Fabricante		**DE** Herstellungsdatum **PT** Data de fabrico	MD	**DE** Medizinprodukt **PT** Dispositivo médico
NON STERILE	**DE** Nicht steril **PT** Não estéril		**DE** Ablaufdatum **PT** Data de validade		**DE** Nicht verwenden, wenn das Paket beschädigt ist **PT** Não use se o pacote estiver danificado
%	**DE** Feuchtigkeitsgrenzwert **PT** Limite de umidade		**DE** Gebrauchsanweisung beachten **PT** Consulte as instruções de uso		**DE** Dispositivo descartável, não reutilizar **PT** Dispositivo descartável, não reutilizar
	DE Temperaturgrenzwert **PT** Limite de temperatura	EC REP	**DE** Autorisierter Vertreter in der EG **PT** Representante autorizado na União Europeia		**DE** Zerbrechlich - Vorsichtig behandeln **PT** Frágil, manuseie com cuidado
	DE Diese Seite (nach) oben! **PT** Este lado para cima	UDI	**DE** Unique Device Identifier (Eindeutige Kennung des Geräts) **PT** Identificador exclusivo do dispositivo		

GIMA 21095

Xianning Full Guard Medical Products Co., Ltd
Yongan East Road Wenquan Economic Development Zone,
Xianning City, Hubei Province, China
Made in China

EC REP Humiss Beratung,
GmbH Gneisenaustraße 8.40477,
Düsseldorf, Deutschland

REF **FGSCAS-PP35**

Importato da / Imported by / Importé par / Importado por:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

MD NON STERILE 37°C 0°C



M21095-M-Rev.2-09.25