Univerzální Chirurgický Set

Účel použití
Zařízení pro zakrytí a izolaci pacienta a vymezení operačního pole při všeobecných chirurgických zákrocích, aby se zabránilo a kontrolovalo mikroklima chirurgické rány. Určeno k profesionálnímu použití ve zdravotnictví jako mechanická bariéra proti migraci bakterií a k přenosu tekutin. Vybaveno komponenty pro zakrytí a izolaci operačních stolů a vybavení, operátorů a pacienta. Může přijít do kontaktu s poškozenou kůží.

Charakteristika
Sterilní, neinvazivní krátkodobé zařízení - nepoužitelné opakovaně.

Upozornění pro uživatele
Použijte zařízení před datem expirace uvedeným na jednotlivém obalu, pouze pro zamýšlené použití. Nepoužívejte, pokud není jednotlivé balení neporušené. Pracujte aseptický. Nepřesterilizujte, protože další sterilizace může zařízení poškodit. Nepoužívejte znovu, protože optimální podmínky čistoty a aseptiky nelze po prvním použití zaručit. V případě závažného incidentu při použití zařízení musí uživatel okamžitě informovat výrobce a příslušný orgán v daném členském státě.

Návod k použití
Otevřete obal a vyjměte zařízení, zkontrolujte jeho neporušenost; zakryjte stoly a vybavení a zajistěte přilnavost komponent; noste a upevněte krycí komponenty pro operátory (tato operace může vyžadovat pomoc dalšího operátora); aplikujte krycí a izolační komponenty na pacienta, nejlépe na suchou kůži, odstraňte ochranný papír z lepidla a zajistěte přilnavost; rozložte komponentu pro zakrytí pacienta. Tvarujte případné vaky a připojte ventil (pokud je přítomen) k odtokové trubici; po použití vyhoďte.

Vedlejší účinky
Neexistují žádné důkazy o toxicitě materiálů, ze kterých je výrobek vyroben.

Kontraindikace
Nenechávejte zařízení v kontaktu s přímými zdroji tepla, protože může hořet. Zařízení není antistatické; nepoužívejte v přítomnosti hořlavých látek. Zařízení by nemělo být používáno pro kontakt s ranami, které mohou hojit druhotným záměrem.

Likvidace
Nevyhazujte výrobek do životního prostředí. Použité zařízení zlikvidujte jako zvláštní odpad.