ES **Instrucciones de uso**
Paquete Quirúrgico Universal

Destino de uso
Dispositivo para la cobertura y aislamiento del paciente y la delimitación del campo quirúrgico en intervenciones de cirugía general, para prevenir y controlar el microambiente de la herida quirúrgica. Destinado al uso profesional en entornos sanitarios como barrera mecánica contra la migración bacteriana y para el transporte de líquidos. Equipado con componentes para la cobertura y el aislamiento de mesas y equipos quirúrgicos, de los operadores y del paciente. Puede entrar en contacto con piel lesionada.

Características
Dispositivo estéril no invasivo de corta duración - no reutilizable.

Advertencias para el usuario
Utilice el dispositivo antes de la fecha de caducidad indicada en el envase individual, exclusivamente para su uso previsto. No utilice si el envase individual está dañado. Opere de manera aséptica. No esterilice nuevamente, ya que la esterilización adicional puede dañar el dispositivo. No reutilice, ya que las condiciones óptimas de limpieza y asepsia del dispositivo no pueden garantizarse después del primer uso. Si se produce un incidente grave con el uso del dispositivo, el usuario debe informar de inmediato al fabricante y a la autoridad competente del estado miembro correspondiente.

Instrucciones de uso
Abra el paquete y retire el dispositivo, comprobando su integridad; cubra las mesas y equipos, asegurando la adherencia de los componentes; póngase y abroche los componentes de cobertura de los operadores (esta operación puede requerir la asistencia de otro operador); aplique los componentes de cobertura y aislamiento al paciente, preferiblemente sobre piel seca, retirando el papel protector del adhesivo y asegurando su adherencia; despliegue el componente para cubrir al paciente. Moldee las bolsas si es necesario y conecte la válvula (si está presente) a un tubo de drenaje; deseche después **de usar.**

Efectos secundarios
No hay evidencia de toxicidad en los materiales que componen el producto.

Contraindicaciones
No mantenga el dispositivo en contacto con fuentes de calor directo, ya que puede quemarse. El dispositivo no es antiestático; no lo use en presencia de sustancias inflamables. El dispositivo no debe usarse para el contacto con heridas que pueden cicatrizar por segunda intención.

Eliminación
No disperse el producto en el medio ambiente. Elimine el dispositivo usado como residuo especial.