FR **Instructions d'utilisation**
Pack Chirurgical Universel

Destination d'utilisation
Dispositif de couverture et d'isolation du patient et de délimitation du champ opératoire lors des interventions de chirurgie générale, pour prévenir et contrôler le microenvironnement de la plaie chirurgicale. Destiné à l'usage professionnel en milieu de santé comme barrière mécanique contre la migration bactérienne et pour le transport des liquides. Équipé de composants pour la couverture et l'isolation des tables et équipements chirurgicaux, des opérateurs et du patient. Peut entrer en contact avec une peau lésée.

Caractéristiques
Dispositif stérile non invasif de courte durée - non réutilisable.

Avertissements pour l'utilisateur
Utiliser le dispositif avant la date de péremption indiquée sur l'emballage individuel, exclusivement pour l'usage prévu. Ne pas utiliser si l'emballage individuel est endommagé. Travailler de manière aseptique. Ne pas restériliser, une nouvelle stérilisation pouvant endommager le dispositif. Ne pas réutiliser, car les conditions optimales de nettoyage et d'asepsie ne peuvent être garanties après la première utilisation. En cas d'incident grave lors de l'utilisation du dispositif, l'utilisateur doit informer rapidement le fabricant et l'autorité compétente de l'État membre concerné.

Instructions d'utilisation
Ouvrir l'emballage et retirer le dispositif, vérifier son intégrité; couvrir les tables et les équipements, en assurant l'adhérence des composants; porter et attacher les composants de couverture pour les opérateurs (cette opération peut nécessiter l'assistance d'un autre opérateur); appliquer les composants de couverture et d'isolation sur le patient, de préférence sur une peau sèche, retirer le papier protecteur de l'adhésif et assurer l'adhérence; déplier le composant pour couvrir le patient. Façonner les poches éventuelles et connecter la valve (si présente) à un tube de drainage; jeter après usage.

Effets secondaires
Il n'y a aucune preuve de toxicité des matériaux qui composent le produit.

Contre-indications
Ne pas laisser le dispositif en contact avec des sources de chaleur directe, car il peut brûler. Le dispositif n'est pas antistatique; ne pas utiliser en présence de substances inflammables. Le dispositif ne doit pas être utilisé pour le contact avec des plaies pouvant cicatriser par seconde intention.

Élimination
Ne pas disperser le produit dans l'environnement. Éliminer le dispositif usagé comme déchet spécial.