IT **Istruzioni per l'uso**
Pacco chirurgico universale

Destinazione d'uso
Dispositivo per la copertura, l'isolamento del paziente e la delimitazione del teatro operatorio in interventi di chirurgia generale, a prevenzione e controllo del microambiente della ferita chirurgica. Destinato all'uso in ambito sanitario da un'utenza professionale come barriera meccanica alla migrazione batterica e per la veicolazione dei liquidi. Dotato di componenti per la copertura e l'isolamento dei tavoli e delle attrezzature chirurgiche, degli operatori e del paziente. Può venire a contatto con la pelle lesa.

Caratteristiche
Dispositivo di breve termine non invasivo sterile - non riutilizzabile.

Avvertenze per l'utilizzatore
Utilizzare il Dispositivo prima della data di scadenza indicata sulla singola confezione, esclusivamente per l'uso a cui è destinato. Non utilizzare se la singola confezione non è integra. Operare in modo asettico. Non risterilizzare, un'ulteriore sterilizzazione può danneggiare il dispositivo. Non riutilizzare, in quanto le condizioni ottimali di pulizia ed asepsi del dispositivo non possono essere garantite dopo il primo uso. Qualora si verifichi un incidente grave nell'utilizzo del Dispositivo, l'utilizzatore dovrà segnalarlo tempestivamente al Fabbricante e all'Autorità competente dello Stato membro di riferimento.

Istruzioni per l'uso
Aprire la confezione ed estrarre il Dispositivo verificandone l'integrità; provvedere alla copertura dei tavoli e delle apparecchiature verificandone l'aderenza dei componenti; indossare ed allacciare i componenti di copertura degli operatori (l'esecuzione di questa operazione può richiedere l'assistenza di altro operatore); applicare al paziente, preferibilmente sulla cute asciutta, i componenti di copertura ed isolamento rimuovendo la carta di protezione dell'adesivo, verificandone l'aderenza; svolgere il componente a copertura del paziente. Provvedere a conformare le eventuali sacche e collegare la valvola (se presente) ad un tubo per lo scarico; gettare dopo l'uso.

Effetti collaterali
Non si ha evidenza di tossicità sui materiali che compongono il prodotto.

Controindicazioni
Non tenere il Dispositivo a contatto con fonti di calore diretto in quanto può bruciare. Il Dispositivo non è antistatico, non utilizzare in presenza di sostanze infiammabili. Il Dispositivo non deve essere utilizzato: per il contatto con ferite che possono cicatrizzare per seconda intenzione.

Smaltimento
Non disperdere il prodotto nell'ambiente. Smaltire il Dispositivo usato come rifiuto speciale.