CE 0476 STERILE EO

NO **Bruksanvisning**
Universelt Kirurgisk Sett

Bruksområde
Enhet for å dekke og isolere pasienten og avgrense operasjonsfeltet ved generelle kirurgiske inngrep, for å forhindre og kontrollere mikroklimaet ved operasjonssåret. Beregnet for profesjonell bruk i helsevesenet som en mekanisk barriere mot bakteriell migrasjon og for transport av væsker. Utstyrt med komponenter for å dekke og isolere operasjonsbord og -utstyr, operatører og pasienten. Kan komme i kontakt med skadet hud.

Egenskaper
Steril, ikke-invasiv korttidsenhet - ikke gjenbrukbar.

Advarsler for brukeren
Bruk enheten før utløpsdatoen som angitt på den individuelle pakken, kun til det tiltenkte formålet. Ikke bruk hvis den individuelle pakken ikke er intakt. Arbeid aseptisk. Ikke steriliser på nytt, da ytterligere sterilisering kan skade enheten. Ikke gjenbruk, da optimale rengjørings- og aseptiske forhold ikke kan garanteres etter første bruk. Hvis det oppstår en alvorlig hendelse ved bruk av enheten, må brukeren umiddelbart rapportere dette til produsenten og den kompetente myndigheten i det relevante medlemslandet.

Bruksanvisning
Åpne pakken og fjern enheten, kontroller dens integritet; dekk bord og utstyr og sørg for at komponentene fester; bær og fest dekkekomponentene for operatørene (dette kan kreve hjelp fra en annen operatør); påfør dekk- og isolasjonskomponentene på pasienten, helst på tørr hud, fjern beskyttelsespapiret fra klebemiddelet og sørg for at det fester; brett ut komponenten for å dekke pasienten. Form eventuelle poser og koble ventilen (hvis tilstede) til et avløpsrør; kast etter bruk.

Bivirkninger
Det er ingen bevis for toksisitet i materialene som utgjør produktet.

Kontraindikasjoner
Ikke la enheten komme i kontakt med direkte varmekilder, da den kan brenne. Enheten er ikke antistatisk; ikke bruk i nærheten av brennbare stoffer. Enheten bør ikke brukes for kontakt med sår som kan gro ved sekundær intensjon.

Avfallshåndtering
Ikke spre produktet i miljøet. Kast den brukte enheten som spesialavfall.