Não mantenha o dispositivo em contato com fontes de calor direto, pois pode queimar. O dispositivo não é antiestático; não o utilize na presença de substâncias inflamáveis. O dispositivo não deve ser usado para contato com feridas que podem cicatrizar por segunda intenção.

Descarte
Não disperse o produto no meio ambiente. Descarte o dispositivo usado como resíduo especial.

PT **Instruções de uso**
Pacote Cirúrgico Universal

Destino de uso
Dispositivo para a cobertura e isolamento do paciente e delimitação do campo cirúrgico em intervenções de cirurgia geral, para prevenir e controlar o microambiente da ferida cirúrgica. Destinado ao uso profissional em ambientes de saúde como barreira mecânica contra a migração bacteriana e para o transporte de líquidos. Equipado com componentes para a cobertura e isolamento de mesas e equipamentos cirúrgicos, dos operadores e do paciente. Pode entrar em contato com pele lesionada.

Características
Dispositivo estéril não invasivo de curta duração - não reutilizável.

Advertências para o usuário
Utilize o dispositivo antes da data de validade indicada na embalagem individual, exclusivamente para o uso previsto. Não utilize se a embalagem individual estiver danificada. Trabalhe de maneira asséptica. Não reesterilize, pois a esterilização adicional pode danificar o dispositivo. Não reutilize, pois as condições ótimas de limpeza e assepsia do dispositivo não podem ser garantidas após o primeiro uso. Se ocorrer um incidente grave com o uso do dispositivo, o usuário deve informar imediatamente ao fabricante e à autoridade competente do estado membro correspondente.

Instruções de uso
Abra a embalagem e retire o dispositivo, verificando sua integridade; cubra as mesas e equipamentos, assegurando a aderência dos componentes; vista e prenda os componentes de cobertura dos operadores (esta operação pode exigir a assistência de outro operador); aplique os componentes de cobertura e isolamento no paciente, de preferência sobre pele seca, removendo o papel protetor do adesivo e assegurando a aderência; desdobre o componente para cobrir o paciente. Molde os sacos, se necessário, e conecte a válvula (se presente) a um tubo de drenagem; descarte após o uso.

Efeitos colaterais
Não há evidências de toxicidade nos materiais que compõem o produto.

Contraindicações