FI **Käyttöohjeet**
Säärystimet ja Stockinette

Käyttötarkoitus
Lääketieteellinen laite, joka on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön potilaiden infektioiden estämiseksi, mekaanisena esteenä bakteerien leviämistä vastaan. Laite käytetään potilaaseen leikkausalueen rajaamiseksi, raajojen peittämiseksi kirurgisten toimenpiteiden aikana, yleensä gynekologisten tai ortopedisten toimenpiteiden aikana. Ei saa käyttää vaurioituneelle iholle.

Ominaisuudet
Steriloitu, ei-invasiivinen lyhytaikainen laite - kertakäyttöinen.

Varoitukset käyttäjälle
Käytä laitetta ennen yksittäispakkaukseen merkittyä viimeistä käyttöpäivää, vain tarkoitetussa käyttötarkoituksessa. Älä käytä, jos yksittäispakkaus on vahingoittunut. Työskentele aseptisesti. Älä steriloi uudelleen, sillä uudelleensterilointi voi vahingoittaa laitetta. Älä käytä uudelleen, sillä laitteen puhtautta ja aseptisia olosuhteita ei voida taata ensimmäisen käytön jälkeen. Jos laitteen käytössä ilmenee vakava tapaus, käyttäjän on ilmoitettava siitä välittömästi valmistajalle ja asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle.

Käyttöohjeet
Avaa pakkaus ja poista laite, tarkista sen eheys; levitä laite potilaalle, mieluiten kuiviin pintoihin; hävitä käytön jälkeen.

Sivuvaikutukset
Ei ole todisteita tuotteen materiaalien toksisuudesta.

Vasta-aiheet
Älä pidä laitetta suorassa lämmönlähteessä, koska se voi palaa. Laite ei ole antistaattinen; älä käytä syttyvien aineiden läheisyydessä. Laitetta ei tule käyttää suoraan kosketukseen vaurioituneen ihon kanssa; veren tai muiden kehon nesteiden suodattamiseen.

Hävittäminen
Älä levitä tuotetta ympäristöön. Hävitä käytetty laite erikoisjätteenä.