Destination d'utilisation
Dispositif médical destiné à une utilisation en milieu de santé par des professionnels, pour la prévention des infections chez les patients, comme barrière mécanique à la migration bactérienne. Le dispositif est utilisé sur le patient, pour délimiter le champ opératoire, pour couvrir les membres lors de procédures chirurgicales, généralement gynécologiques ou orthopédiques. Ne peut pas être utilisé sur une peau lésée.

Caractéristiques
Dispositif stérile non invasif de courte durée - non réutilisable.

Avertissements pour l'utilisateur
Utiliser le dispositif avant la date de péremption indiquée sur l'emballage individuel, exclusivement pour l'utilisation prévue. Ne pas utiliser si l'emballage individuel est endommagé. Opérer de manière aseptique. Ne pas restériliser, une nouvelle stérilisation peut endommager le dispositif. Ne pas réutiliser, car les conditions optimales de nettoyage et d'asepsie du dispositif ne peuvent être garanties après la première utilisation. En cas d'incident grave lors de l'utilisation du dispositif, l'utilisateur doit le signaler rapidement au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre de référence.

Instructions d'utilisation
Ouvrir l'emballage et retirer le dispositif en vérifiant son intégrité ; appliquer le dispositif sur le patient, de préférence sur des surfaces sèches ; jeter après usage.

Effets secondaires
Il n'y a aucune preuve de toxicité des matériaux composant le produit.

Contre-indications
Ne pas laisser le dispositif en contact avec des sources de chaleur directe car il peut brûler. Le dispositif n'est pas antistatique ; ne pas utiliser en présence de substances inflammables. Le dispositif ne doit pas être utilisé pour un contact direct avec la peau lésée ; pour la filtration du sang ou d'autres liquides corporels.

Élimination
Ne pas disperser le produit dans l'environnement. Éliminer le dispositif usagé comme déchet spécial.