GIMA
PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

SVENSKA

VISUELLA URINALANALYSSTRIPS - 10 parametrar

Urinanalysstrips

SAMMANFATTNING OC AVSEDD ANVÄNDNING

Instruktionernas innehåll omfattar användning, reaktionsprincip och information.
Urinanalysstrips är avsedda för kvalitativ och semikvantitativ urinanalys samt för in vitro-diagnostisk användning.
Stripsen är endast avsedda för professionellt bruk.
Stripsen kan avläsas visuellt eller instrumentellt. Läs instruktionerna noggrant före användning.
Det finns testobjekt för varje produkttyp.

Produkttyper	Testobjekt
URS 14	Urobilinogen, Bilirubin, Keton (acetoättiksyra), Blod, Protein, Nitrit, Leukocyter, Glukos, Specifik Vikt, pH och Askorbinsyra, Mikroalbumin, Kreatinin, Kalcium
URS 13, URS 12, URS 11, URS 10, URS 9, URS 8, URS 7, URS 6, URS 5, URS 4, URS 3, URS 2, URS 1	Produkttyperna från URS 2 till URS 13 kan kombineras slumpmässigt från URS 14-testobjekten som nämns ovan. US1-objekt kan vara vilket objekt som helst från URS 14.


PROVTAGNING OCH FÖRBEREDELSE

Samla in färsk urin i en ren och torr behållare. Använd ocentrifugerad urin och blanda provet före testning. Provet bör inte vara mer än 2 timmar gammalt vid testtillfället. Hantera alltid proverna under hygieniska förhållanden.
Anm.: Vatten bör inte användas som negativ kontroll. Konserveringsmedel förhindrar inte nedbrytning av ketoner, bilirubin eller urobilinogen. Bakterietillväxt från förorenande organismer kan påverka glukos-, pH-, nitrit- och blodprovsresultat.

VISUELLA AVLÄSNINGSTEKNIKER

1. Sänk ner alla reagensområden i provet och ta omedelbart ut stripset.
2. Stryk stripsets kant mot behållarens kant för att avlägsna överflödig urin.
3. Håll stripset horisontellt och jämför testområdena noggrant med färgkartan på flaskans etikett. Registrera resultaten.

För ett semi-kvantitativt resultat, läs av reagensområdena vid den tid som anges på färgkartan. pH- och proteinområdena kan också avläsas omedelbart eller när som helst upp till 60 sekunder efter nedsänkning.
För ett kvalitativt resultat, läs av reagensområdena mellan 1 och 2 minuter. Om ett positivt resultat erhålls, upprepa testet och läs av varje reagens vid den tid som anges i färgkartan.
Färgförändringar efter 2 minuter saknar diagnostiskt värde.



1 2 3

INSTRUMENTAVLÄSNINGSTEKNIK

Följ anvisningarna i instrumentets bruksanvisning.

FÖRVARINGS- OCH HANTERINGSFÖRFARANDEN

Förvara endast i originalflaskan. Använd inte efter utgångsdatum. Varje strips kan endast användas bara en gång. Ta inte bort torkmedlet/torkmedlen. Ta inte ut stripset ur flaskan förrän precis innan den ska användas för testning. Sätt tillbaka locket omedelbart och ordentligt efter att reagensstripset tagits bort.
Förvara vid temperaturer mellan 2°C-30°C. Förvara inte i kylskåp. Förvaras skyddat från direkt solljus.
Rör inte vid testområdena på reagensstripsen. SKYDD MOT OMGIVANDE FUKT, LJUS OCH VÄRME ÄR VIKTIGT FÖR ATT SKYDDA MOT FÖRÄNDRAD REAGENSREAKTIVITET. Försämring kan leda till missfärgning eller mörkfärgning av reagensområdena. Om detta är uppenbart eller om testresultaten är tveksamma eller inte överensstämmer med förväntade resultat, bekräfta att stripsen är inom utgångsdatum och jämför med kontrollurin. Hantera avfallsstripsen enligt ”Behandlingsföreskrifter för laboratoriebioriskmaterial”.

Objekt	Känslighet	Instrumentellt testområde	Visuellt testområde
Glukos (mmol/L)	2,8-5,5	Neg-55	
Protein (g/L)	0,15-0,3	Neg -3,0	Neg – 20,0
Mikroalbumin (g/L)	0,08-0,15	0-0,15	
Keton (acetoättiksyra) (mmol/L)	0,5-1,0	Neg-7,8	Neg-16
Blod (Ery/uL)	5-15	Neg.- 200	
Bilirubin (µmol /L)	3,3-8,6	Neg.-100	
Nitrit (µmol /L)	13-22	Neg. eller Pos.	
Leukocyter (cells/µL)	5-15	Neg. - 500	
Urobilinogen (µmol /L)	3,3-16	3,3-131	
Kreatinin (mg/dL)	25-75	10-300	
pH	——	5,0-9,0	5,0-8,5
Specifik vikt	——	1,005-1,030	1,000-1,030
Kalcium (mmol/L)	2,5-3,5	2,5-10,0	2,5-10,0

INDEX ÖVER SYMBOLER

REF	Produktkod	LOT	Satsnummer
	Läs bruksanvisningen		Temperaturgräns
	Utgångsdatum	IVD	Medicinteknisk produkt för in vitro-diagnostik
	Tillverkare		Engångsanordning, får ej återanvändas
CE	Den medicintekniska produkten för in vitro-diagnostik överensstämmer med Direktiv 98/79/EG	EC REP	Auktoriserad representant i Europeiska gemenskapen
	Tillverkningsdatum	Σ	Innehållet tillräckligt för <n>-prover

GARANTIVILLKOR GIMA
Man tillämpar standard garanti B2B Gima på 12 månader.

Revisionsdatum：2023-02-28 B20952-05

GIMA 24076

Zhejiang Orient Gene Biotech Co., Ltd
3787#, East Yangguang Avenue, Dipu Street
Anji 313300, Huzhou, Zhejiang, China
Made in China

REF **URS-10T**

EC REP Shanghai International
Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffestrasse 80, 20537, Hamburg, Germany

30°C
2°C

Importato da / Imported by / Importé par /
Importado por / Importado por / Εισάγεται από /
Importerad av / Importâlja :
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

M24076-M-Rev.2-09-25