
5.00
0.50
8.00
Ø2.50
Front view


4.00
8.53
3.50
2.00
Ø22.00
Ø30.00
95.00 ± 5.00
Side view

PINZAS DE ASTILLA

Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.

Dispositivos
Pinzas para astillas de lupa (no estériles, de acero inoxidable) para prevenir infecciones.

Descripción
El producto está fabricado con acero inoxidable y debe utilizarse únicamente para el fin previsto mencionado en la ficha Técnica.

Advertencias
Nunca:
- Utilizar mal los instrumentos ni forzar en exceso las juntas o bastidores.
- El uso de abrasivos en los instrumentos, estropeará el acabado de la superficie. Esto puede causar posteriormente decoloración, oxidación o picaduras.
- Manipular los instrumentos por sus puntas. Estas deben ser limpiadas solo por personal capacitado que se asegurará de que las delicadas puntas de trabajo estén adecuadamente protegidas durante el almacenamiento o la esterilización.
- Empaquetar los instrumentos con otros más pesados. Recuerde siempre: los instrumentos pesados en el fondo y los ligeros en la parte superior.
- Utilizar aceites de uso general para los instrumentos; solo deben utilizarse lubricantes solubles en agua.
- Dejar los instrumentos en remojo más tiempo del necesario en las soluciones químicas de esterilización. Una vez esterilizados, deben lavarse a fondo en agua tibia para eliminar todos los restos de los productos químicos y evitar que se decoloren o se marquen.
- Almacenar los instrumentos húmedos. Primero hay que secarlos completamente.

Instrucciones
Siempre:
- Comprobar todas las instrucciones de uso y esterilización de los instrumentos nuevos. A menos que se indique lo contrario, deben ser inspeccionados, limpiados, enjuagados y lubricados antes de ser puestos en servicio.
- Lubricar después de la limpieza con un lubricante para instrumentos soluble en agua de marca registrada.
- Seguir el procedimiento de limpieza aprobado por el hospital.
- No utilizar productos de limpieza corrosivos. Recomendamos soluciones de limpieza y enjuagues con ph 7,0.
- No utilizar limpiadores abrasivos ni cepillos con cerdas duras.
- Utilizar solo agua destilada para el enjuague. El agua con contenido de cloruro puede dañar o incluso destruir los instrumentos.
- No dejar los instrumentos en las soluciones de limpieza o desinfección durante mucho tiempo (durante la noche o el fin de semana), los instrumentos pueden destruirse.
- Asegurarse de que todos los instrumentos se utilicen únicamente para el fin para el que fueron diseñados.
- Manipular todos los instrumentos con cuidado. No forzarlos en exceso, ni los deje caer, ni utilizarlos de forma incorrecta.
- Comprobar si todos los instrumentos están dañados después de su uso.
- Asegurarse de que todos los instrumentos estén completamente secos antes de guardarlos.
- Empacar los instrumentos cuidadosamente, colocando los más pesados sobre un trozo de tela o toalla en el fondo.
- Compruebe la dureza del agua utilizada en el autoclave. El agua demasiado dura dejará un depósito en los instrumentos.
- Si se utiliza un ablandador de agua, asegúrese de que está en el nivel recomendado por el fabricante. Un exceso del mismo puede causar decoloración o picaduras.

Limpieza y desinfección
Antes de la limpieza preliminar, elimine toda la suciedad (restos de material biológico como huesos, tejidos o polvo, etc.) Utilizando toallitas higiénicas desechables, toallas de papel o cepillos con fibras plásticas no naturales (por ejemplo, níquel).

Esterilización
Los instrumentos deben ser esterilizados por el método de esterilización por calor húmedo, aplicando una temperatura de 134°C durante 3 minutos 50 ciclos.

Eliminación
No se requiere ninguna descomposición o eliminación especial para los Instrumentos Quirúrgicos, ya que no contienen ningún material tóxico o peligroso; el material de acero inoxidable es reciclable en las unidades de fabricación de acero ordinarias.

CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA
Se aplica la garantía B2B estándar de Gima de 12 meses.

REF	**IT** Codice prodotto **GB** Product code **PT** Código produto **FR** Code produit **DE** Erzeugniscode **ES** Código producto		**IT** Conservare al riparo dalla luce solare **GB** Keep away from sunlight **PT** Guardar ao abrigo da luz solar **FR** Á conserver à l'abri de la lumière du soleil **DE** Vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern **ES** Conservar al amparo de la luz solar	NON STERILE	**IT** Non sterile **GB** Non-sterile **FR** Pas stérile **ES** No estéril **PT** Não estéril **DE** Nicht steril	MD	**IT** Dispositivo medico **GB** Medical Device **FR** Dispositif médical **ES** Producto sanitario **PT** Dispositivo médico **DE** Medizinprodukt		**IT** Fabbricante **GB** Manufacturer **PT** Fabricante **FR** Fabricant **DE** Hersteller **ES** Fabricante
	IT Leggere le istruzioni per l'uso **GB** Consult instructions for use **PT** Consulte as instruções de uso **FR** Consulter les instructions d'utilisation **DE** Gebrauchsanweisung beachten **ES** Consultar las instrucciones de uso		**IT** Conservare in luogo fresco ed asciutto **GB** Keep in a cool, dry place **PT** Armazenar em local fresco e seco **FR** Á conserver dans un endroit frais et sec **DE** An einem kühlen und trockenen Ort lagern **ES** Conservar en un lugar fresco y seco	CH REP	**IT** Rappresentante autorizzato in Svizzera **GB** Authorized Representative in Swiss **FR** Représentant autorisé au Suisse **ES** Representante autorizado en Suizo **PT** Representante autorizado no Suíço **DE** Autorisierter Vertreter im Schweizer		**IT** Data di fabbricazione **GB** Date of manufacture **PT** Data de fabrico **FR** Date de fabrication **DE** Herstellungsdatum **ES** Fecha de fabricación	LOT	**IT** Numero di lotto **GB** Lot number **FR** Numéro de lot **ES** Número de lote **PT** Número de lote **DE** Chargennummer
CE	**IT** Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745 **GB** Medical Device compliant with Regulation (EU) 2017/745 **PT** Dispositivo médico em conformidade com a regulamento (UE) 2017/745 **FR** Dispositif médical conforme au règlement (UE) 2017/745 **DE** Medizinprodukt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/745 **ES** Producto sanitario conforme con el reglamento (UE) 2017/745		**IT** Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso **GB** Caution: read instructions (warnings) carefully **PT** Cuidado: leia as instruções (avisos) cuidadosamente **FR** Attention: lisez attentivement les instructions (avertissements) **DE** Achtung: Anweisungen (Warnungen) sorgfältig lesen **ES** Precaución: lea las instrucciones (advertencias) cuidadosamente	UDI	**IT -** Identificatore univoco del dispositivo **GB -** Unique device identifier **PT -** Identificador exclusivo do dispositivo **FR -** Identifiant unique de l'appareil **DE -** Unique Device Identifier (Eindeutige Kennung des Geräts) **ES -** Identificador de dispositivo único				

REF **24391**

CH REP Medicare AG, Hauptstr. 51
5024 Küttigen, Schweiz
CHRN-AR-20002506

Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in Pakistan

M24391-M-Rev.6-0726