GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCT

ЕКОЛОГИЧЕН ТЕРМОМЕТЪР

Всички сериозни инциденти, които са настъпили във връзка с доставеното от нас медицинско изделие, трябва да се сигнализират на производителя и на компетентния орган на държавата членка, в която производителят е установен.

a. Безживачните медицински термометри са изделие за измерване на телесната температура на пациенти и могат да се използват за измерване на температурата на пациента в устата, под мишницата или ректално.
b. Продуктът отговаря на изискванията на EN+1:2000-12470A1:2009, Медицински термометри - Част 1: Стъклени термометри с течен метал с устройство за максимално показание:
   1. Условия на употреба: температурният диапазон на измерване трябва да бъде между °35C и °42C, а температурата на околната среда (само за безживачни термометри) трябва да е между °20C и °30C; ако температурата на съхранение е по-ниска от °20C, оставете термометъра при температура от °20C до °30C за най-малко 2-1 часа или от °30C до °35C за десет минути преди употреба или тест.
   2. При съхранение и транспортиране температурата трябва да се поддържа в диапазона °10-C до °42C;
   3. Използване на термометъра: след употреба изтръскайте металната течност надолу, след това почистете и поставете в пластмасовия калъф, за да избегнете повреди.

Забележка за изтръскването: хванете задната част на термометъра с палец и показалец здраво и внимателно, изтръскайте леко термометъра няколко пъти, докато течността слезе надолу.

c. Работни процедури
   1. Преди употреба течността трябва да слезе под най-ниската отметка на скалата, след което почистете и дезинфекцирайте медицинския термометър в медицински спирт или го поставете върху стерилизирана пластмасова кутия.
   2. При измерване на температурата в устата, внимателно го поставете под езика на пациента и му кажете да затвори плътно уста.
   3. При ректално измерване, нанесете лубрикант върху медицинския термометър преди да го поставите в ректума.
   4. Внимателно поставете под мишницата на пациента при аксиларно измерване и му кажете да го стисне здраво.

Отчетете измерената от медицинския термометър температура около 4 минути след изброените по-горе стъпки на измерване.

d. Предупреждение
   1. Предупредете пациента да не дъвче, говори и играе, докато медицинският термометър е под езика му;
   2. Необходимо е болните деца да лежат спокойно и да им помогнете, като държите другия край на медицинския термометър за ректална употреба, в случай че е поставен твърде дълбоко или се изплъзва от ректума.
   3. Половин час преди измерване на температурата не вземайте душ, не яжте и не пушете;
   4. Той не е предвиден за специални приложения (напр. термометри за преждевременно родени, термометри за овулация);
e. Изхвърляне на медицински термометри
   Металната течност е сплав, състояща се от галий, индий и калай. С този медицински термометър трябва да се работи внимателно. По-специално, трябва да се внимава термометърът да не бъде изпускан или използван му по начин, който може да доведе до повреда. При счупване на медицинския термометър почистете разлятата метална течност с кърпа, напоена със сапун, а самият продукт може да изхвърлите заедно с битовите отпадъци.
f. Описание на символите

	Предупреждение: Прочетете и следвайте внимателно инструкциите (предупрежденията) за употреба
	Да се съхранява далеч от слънчева светлина
	Съхранявайте на хладно и сухо място
	Прочетете инструкциите за употреба
	производител
	Дата на производство
	Упълномощен представител
	Медицинско изделие, съответстващо на Регламент (ЕС) 2017/745
	Модел
	Партиден номер
	Температурна граница
	Без живак
	Вносител
	Уникален идентификатор на устройството
	Медицинско изделие
	Срок на годност

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ НА GIMA

Прилага се стандартната -12месечна B2B гаранция (за взаимоотношения между фирми) на фирма Gima.

a

b

c

e

Model - Modello - Modèle - Modell - Modelo - Modelo - Μοντέλο - Модел - Model - Model - Model - Modell - Model - Model - Model - Model - نموذج**:** CR.W00

M25551-M-Rev.6-02.26

Gima 25551 - 25568 - 25586 25589

Wuxi Medical Instrument Factory Co., Ltd.
No. 43 Xixin Road, ZhangJing, Xibei Town,
Wuxi city, Jiangsu, 214194, China
Made in China

EU REP

Lotus NL B. V.
Koningin Julianaplein 10, 1e Verd, 2595AA
The Hague, Netherlands

Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

42°C
-10°C

CE 0197

MERCURY