GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCT

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΌ ΘΕΡΜΌΜΕΤΡΟ

Σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό σε σχέση με την ιατρική συσκευή που σας παρέχουμε θα πρέπει να το αναφέρετε στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεστε.

a. Το κλινικό θερμόμετρο χωρίς υδράργυρο είναι ένα είδος οργάνου μέτρησης της θερμοκρασίας των ασθενών και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση της θερμοκρασίας του στόματος, της μασχάλης ή του πρωκτού του ασθενούς.
b. Το προϊόν συμμορφώνεται με το πρότυπο EN+1:2000-12470A1:2009, Κλινικά θερμόμετρα - Μέρος 1: Γυάλινα θερμόμετρα μεγίστου με μεταλλικό υγρό:
   1. Συνθήκες χρήσης: το εύρος μέτρησης της θερμοκρασίας πρέπει να είναι μεταξύ °35C και °42C, ενώ η θερμοκρασία περιβάλλοντος (μόνο για θερμόμετρο χωρίς υδράργυρο) πρέπει να είναι μεταξύ °20C και °30C. Εάν η θερμοκρασία αποθήκευσης είναι κάτω από °20C, τοποθετήστε το θερμόμετρο σε θερμοκρασία μεταξύ °20C και °30C για τουλάχιστον 2-1 ώρες ή μεταξύ °30C και °35C για δέκα λεπτά πριν από τη χρήση ή τη δοκιμή.
   2. Κατά την αποθήκευση και μεταφορά, η θερμοκρασία πρέπει να διατηρείται μεταξύ °10-C και °42C.
   3. Αποθήκευση του θερμομέτρου: μετά τη χρήση, ανακινήστε το θερμόμετρο για νακατέβει το μεταλλικό υγρό, έπειτα καθαρίστε το και τοποθετήστε το στην πλαστική θήκη προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν ζημιά.

Τρόπος ανακίνησης: πιάστε σφιχτά και προσεκτικά το πίσω μέρος του θερμομέτρου με τον αντίχειρα και τον δείκτη και ανακινήστε ελαφρώς το θερμόμετρο αρκετές φορές μέχρι να κατέβει το υγρό.

c. Διαδικασίες χρήσης
   1. Η στήλη του υγρού πρέπει να βρίσκεται κάτω από την ένδειξη της κατώτατης αριθμημένης κλίμακας πριν από τη χρήση, έπειτα καθαρίστε και απολυμάνετε το κλινικό θερμόμετρο με ιατρικό οινόπνευμα ή τοποθετήστε ένα αποστειρωμένο πλαστικόκάλυμμα.
   2. Το θερμόμετρο πρέπει να τοποθετείται κάτω από τη γλώσσα του ασθενούς όταν η μέτρηση γίνεται στο στόμα και ο ασθενής θα πρέπει να έχει το στόμα του εντελώς κλειστό.
   3. Όταν το κλινικό θερμόμετρο χρησιμοποιείται στον πρωκτό, θα πρέπει πρώτα να τοποθετείται λιπαντικό προτού γίνει η εισαγωγή του στον πρωκτό.
   4. Όταν η μέτρηση γίνεται στη μασχάλη, ο ασθενής θα πρέπει να έχει τη μασχάλη εντελώς κλειστή.

Διαβάστε την ένδειξη του κλινικού θερμομέτρου περίπου 4 λεπτά μετά την εκτέλεση των παραπάνω βημάτων.

d. Προειδοποιήσεις
   1. Όταν ο ασθενής έχει το θερμόμετρο κάτω από τη γλώσσα του δεν θα πρέπει να μασάει, να μιλάει και να παίζει.
   2. Όταν ο ασθενής είναι μικρό παιδί, βάλτε το να ξαπλώσει άνετα και βοηθήστε το να τοποθετήσει το θερμόμετρο σωστά εάν η μέτρηση γίνεται στον πρωκτό, προκειμένου να αυτό να μην τοποθετείται πολύ βαθιά ή να μην γλιστράει προς τα έξω.
   3. Μην κάνετε μπάνιο, μην τρώτε και μην καπνίζετε μισή ώρα πριν από τη μέτρηση της θερμοκρασίας του σώματός σας.
   4. Δεν είναι σχεδιασμένο για ειδικές εφαρμογές (π.χ. θερμόμετρα για πρόωρα βρέφη, θερμόμετρα για ωορρηξία).

e. Απόρριψη των Κλινικών θερμομέτρων
   Το μεταλλικό υγρό είναι ένα κράμα αποτελούμενο από γάλλιο, ίνδιο και κασσίτερο. Ο χειρισμός του παρόντος κλινικού θερμομέτρου πρέπει να γίνεται με προσοχή. Συγκεκριμένα, απαιτείται προσοχή ώστε το συγκεκριμένο όργανο να μην πέφτει κάτω και ο χειρισμός του να μην γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να προκαλείται ζημιά σε αυτό. Εάν το κλινικό θερμόμετρο σπάσει, καθαρίστε το μεταλλικό υγρό που έχει χυθεί χρησιμοποιώντας ένα βρεγμένο πανί με σαπουνάδα και έπειτα απορρίψτε το προϊόν μαζί με τα άλλα οικιακά απορρίμματα.

f. Περιγραφή Συμβόλων.

	Προειδοποίηση: Διαβάστε και ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες (προειδοποιήσεις) χρήσης
	Φυλάσσεται μακριά από το φως του ήλιου
	Φυλάσσεται σε δροσερό, ξηρό μέρος
	Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης
	Κατασκευαστής
	Ημερομηνία κατασκευής
	Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος
	Ιατρική συσκευή συμβατή με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/745
	Μοντέλο
	Αριθμός παρτίδας
	Όριο θερμοκρασίας
	Χωρίς υδράργυρο
	Εισαγωγέας
	Μοναδικό αναγνωριστικό συσκευής
	Ιατρική συσκευή
	Ημερομηνία λήξης

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ GIMA

Ισχύει η τυπική εγγύηση B2B της Gima διάρκειας 12 μηνών.

a

b

c

e

Model - Modello - Modèle - Modell - Modelo - Modelo - Μοντέλο - Модел - Model - Model - Model - Modell - Model - Model - Model - Model - نموذج**:** CR.W00

M25551-M-Rev.6-02.26

Gima 25551 - 25568 - 25586 25589

Wuxi Medical Instrument Factory Co., Ltd.
No. 43 Xixin Road, ZhangJing, Xibei Town,
Wuxi city, Jiangsu, 214194, China
Made in China

EU REP

Lotus NL B. V.
Koningin Julianaplein 10, 1e Verd, 2595AA
The Hague, Netherlands

Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

42°C
-10°C

CE 0197

MERCURY