GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCT

ECOLOGISCHE THERMOMETER

Alle ernstige ongelukken die zich in verband met het door ons geleverde medische hulpmiddel voordoen, moeten gemeld worden aan de fabrikant en aan de bevoegde instantie van de lidstaat waar u gevestigd bent.

a. De kwikvrije klinische thermometer is een hulpmiddel voor de meting van de lichaamstemperatuur van de patiënt, temperatuur die gemeten kan worden in de mond, oksel of anus van de patiënt.
b. Het product voldoet aan de norm EN+1:2000-12470A1:2009, Klinische thermometers - Deel 1: Met metallische vloeistof gevulde glasthermometers met een maximaalelement:
   1. De gebruiksomstandigheden: het meetbereik van de temperatuur moet tussen °35C en °42C liggen en de omgevingstemperatuur (alleen voor kwikvrije thermometers) moet tussen °20C en °30C liggen; als de opslagtemperatuur lager is dan °20C, moet de thermometer voorafgaand aan het gebruik of het testen gedurende ten minste 2-1 uur in een omgeving met een temperatuur tussen °20C en °30C geplaatst worden, of gedurende 10 minuten in een omgeving met een temperatuur tussen °30C en °35C.
   2. De temperatuur voor opslag en vervoer moet tussen °10-C en °42C liggen;
   3. Verwijdering van de thermometer: na het gebruik moet de metallische vloeistof omlaag worden geschud, waarna de thermometer gereinigd moet worden en in de plastic koker geplaatst worden om eventuele schade te voorkomen.

Opmerking voor schudden: pak de staart van de thermometer stevig vast tussen duim en wijsvinger en schud de thermometer voorzichtig enkele keren omlaag, tot de vloeistof naar beneden is gezakt.

c. Gebruiksprocedures
   1. De vloeistofkolom moet voorafgaand aan het gebruik onder het laagste nummer van de schaalmarkering staan; verder moet de klinische thermometer gereinigd en ontsmet worden in medische alcohol of geplaatst worden in een gesteriliseerde plastic buis.
   2. Bij meting in de mond moet de thermometer onder de tong van de patiënt geplaatst worden en moet de patiënt geïnformeerd worden dat hij/zij de mond goed dicht moet houden.
   3. Op een klinische thermometer voor rectaal gebruik moet voorafgaand aan het inbrengen in de anus een smeermiddel worden aangebracht.
   4. Bij meting onder de oksel moet de patiënt geïnformeerd worden dat hij/zij de arm strak tegen het lichaam moet houden.

Lees na ongeveer 4 minuten na de bovenstaande meetstappen de temperatuurwaarde af op de schaalmarkering van de klinische thermometer.

d. Waarschuwing
   1. Waarschuw patiënten dat ze niet mogen kauwen, praten of spelen wanneer de klinische thermometer zich onder hun tong bevindt;
   2. Zieke kinderen moeten rustig blijven liggen; bij rectale meting moet het uiteinde van de thermometer worden vastgehouden om te voorkomen dat hij te diep wordt ingebracht of dat hij uit de anus glijdt.
   3. Vermijd om gedurende een half uur voorafgaand aan de meting van de lichaamstemperatuur en bad te nemen, te eten of te roken;
   4. De thermometer is niet ontworpen voor speciale toepassingen (bijv. thermometer voor te vroeg geboren kinderen, thermometers om de ovulatie te bepalen);
e. Verwijdering van klinische thermometers
   De metallische vloeistof is een legering die bestaat uit gallium, indium en tin. Deze klinische thermometer moet met zorg worden behandeld. In het bijzonder moet ervoor worden gezorgd dat het instrument niet valt of wordt behandeld op een manier die tot schade kan leiden. Wanneer klinische thermometers breken, moet de gesplitste metallische vloeistof worden opgenomen met een in zeepsop bevochtigde doek; het product kan samen met ander huishoudelijk afval worden weggegooid.
f. Beschrijving symbolen

	Waarschuwing: Lees en volg de instructies (waarschuwingen) voor gebruik zorgvuldig
	Uit de buurt van zonlicht bewaren
	Op een koele, droge plaats bewaren
	Lees de gebruiksaanwijzing
	Fabrikant
	Productiedatum
	Gemachtigde vertegenwoordiger
	Medisch hulpmiddel conform Verordening (EU) 2017/745
	Model
	Batchnummer
	Temperatuurlimiet
	Kwik vrij
	Importeur
	Unieke apparaat-ID
	Medisch apparaat
	Vervaldatum

GARANTIEVOORWAARDEN GIMA

De standaardgarantie B2B Gima van 12 maanden wordt toegepast.

a

b

c

e

Model - Modello - Modèle - Modell - Modelo - Modelo - Μοντέλο - Модел - Model - Model - Model - Modell - Model - Model - Model - Model - نموذج**:** CR.W00

M25551-M-Rev.6-02.26

Gima 25551 - 25568 - 25586 25589

Wuxi Medical Instrument Factory Co., Ltd.
No. 43 Xixin Road, ZhangJing, Xibei Town,
Wuxi city, Jiangsu, 214194, China
Made in China

EU REP

Lotus NL B. V.
Koningin Julianaplein 10, 1e Verd, 2595AA
The Hague, Netherlands

Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

42°C
-10°C

CE 0197

MERCURY