GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCT

ميزان الحرارة البيني

يجب الإبلاغ فورا عن أي حادث خطير وقع فيما يتعلق بالجهاز الطبي الذي زودنا به إلى الجهة الصانعة والسلطة المختصة في الدولة العضو التي يقع فيها.

a. مقياس الحرارة السريري الخالي من الزئبق هو جهاز لقياس درجة حرارة المريض وهو مناسب للقياسات تحت اللسان أو تحت الإبط أو في المستقيم.

b. يتوافق المنتج مع معيار EN12470-1:2000+A1:2009 فيما يتعلق بمقاييس الحرارة السريرية - الجزء 1: موازين الحرارة المعدنية التمددية السائلة في الزجاج ذات الحد الأقصى من الأجهزة:
1. شروط الاستخدام: يجب أن يتراوح نطاق درجة حرارة القياس بين 35 درجة مئوية و42 درجة مئوية، ويجب أن تتراوح درجة الحرارة المحيطة (فقط لمقياس الحرارة الخالي من الزئبق) بين 20 درجة مئوية و30 درجة مئوية؛ إذا كانت درجة حرارة البيئة التي تم تخزين مقياس الحرارة فيها أقل من 20 درجة مئوية، فيرجى ترك مقياس الحرارة عند درجة حرارة تتراوح بين 20 درجة مئوية و30 درجة مئوية لمدة 2-1 ساعة على الأقل، أو بين 30 درجة مئوية و35 درجة مئوية لمدة عشر دقائق، قبل استخدام أو بعد أي اختبارات.
2. احتفظ بمقياس الحرارة عند درجة حرارة تتراوح بين 10- درجة مئوية و42 درجة مئوية أثناء التخزين والنقل.
3. التخلص من مقياس الحرارة: بعد الاستخدام، قم بهز مقياس الحرارة حتى يتدفق السائل المعدني إلى الأسفل، ثم قم بتنظيفه ووضعه في علبة بلاستيكية لتجنب التلف.

ملاحظة للتنفيذ الصحيح للحركات المتذبذبة: أمسك الجزء الأخير من مقياس الحرارة بقوة بإبهامك والسبابة، وكن حذرًا للغاية، قم بهز مقياس الحرارة برفق عدة مرات حتى يسقط السائل.

c. طريقة التشغيل
1. يجب أن يكون السائل الموجود في العمود أقل من أدنى علامة للمقياس المتدرج قبل الاستخدام، لذلك قم بتنظيف وتطهير مقياس الحرارة السريري بالكحول الطبي، أو وضعه على أنبوب بلاستيكي معقم.
2. في حالة القياس عن طريق الفم، يجب الحرص على وضع مقياس الحرارة بشكل صحيح تحت لسان المريض واطلب منه إغلاق فمه بإحكام.
3. عند القياس عن طريق المستقيم، يوصى بوضع مادة مزلقة على مقياس الحرارة قبل إدخاله في فتحة الشرج.
4. في حالة القياس تحت الإبط، يجب الحرص على وضع مقياس الحرارة بشكل صحيح واطلب من المريض ربطه جيدًا، حتى يبقى في مكانه.

يرجى قراءة القياسات التي تم إجراؤها بواسطة مقياس الحرارة السريري بعد حوالي 4 دقائق من تنفيذ الإجراءات المذكورة أعلاه.

d. تحذيرات
1. تحذير المرضى من المضغ والتحدث واللعب عند وضع مقياس الحرارة السريري تحت اللسان فقط؛
2. اطلب من الأطفال الاستلقاء بحيث يكونون هادئين ومن الأسهل تثبيت نهاية مقياس الحرارة السريري في حالة استخدامه عبر المستقيم، لمنع إدخاله بعمق شديد أو انزلاقه من فتحة الشرج.
3. تجنب الاستحمام أو تناول الطعام أو التدخين لمدة تصل إلى نصف ساعة قبل قياس درجة حرارة الجسم؛
4. مقياس الحرارة هذا غير مخصص لتطبيقات خاصة (على سبيل المثال، مقاييس حرارة الرضع المبتسرين، ومقاييس الحرارة القاعدية)؛

e. التخلص من مقياس الحرارة السريري
السائل المعدني عبارة عن سبيكة مكونة من الغاليوم والإنديوم والقصدير، لذلك يجب التعامل مع مقياس الحرارة السريري هذا بعناية. وعلى وجه الخصوص، ينبغي الحرص على عدم إسقاط الأداة أو التعامل معها بأي طريقة يمكن أن تسبب ضررًا. إذا انكسر مقياس الحرارة السريري، قم بتنظيف السائل المعدني بقطعة قماش مبللة بالماء والصابون. يمكن التخلص من المنتج مع النفايات المنزلية العادية.

f. وصف الرموز

	تحذير: اقرأ واتبع التعليمات (التحذيرات) للاستخدام بعناية
	يخزن بعيدا عن أشعة الشمس
	تخزينها في مكان بارد وجاف
	اقرأ تعليمات الاستخدام
	الشركة المصنعة
	تاريخ التصنيع
EU REP	المجموعة الأوروبية
CE	جهاز طبي متوافق مع اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2017/745
#	نموذج
LOT	رقم الدفعة
	حد درجة الحرارة
	خالي من الزئبق
	المستورد
UDI	معرف الجهاز الفريد
MD	جهاز طبي
	تاريخ انتهاء الصلاحية

شروط ضمان جيما GIMA

يُطبق ضمان B2B القياسي جيما GIMA لمدة 12 شهر.

Model - Modello - Modèle - Modell - Modelo - Modello - Μοντέλο - Модел - Model - Model - Model - Modell - Model - Model - Model - Model - نموذج: CR.W00

M25551-M-Rev.6-02.26

Gima 25551 - 25568 - 25586 25589

Wuxi Medical Instrument Factory Co., Ltd.
No. 43 Xixin Road, ZhangJing, Xibei Town,
Wuxi city, Jiangsu, 214194, China
Made in China

EU REP
Lotus NL B. V.
Koningin Julianaplein 10, 1e Verd, 2595AA
The Hague, Netherlands

Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

