GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCT

EKOLOŠKI TERMOMETAR

Potrebno je prijaviti svaku ozbiljnu nezgodu koja se dogodila u vezi s isporučenim medicinskim proizvođaču i nadležnom tijelu države članice u kojoj se nalazi.

a. Klinički termometar bez žive je vrsta uređaja za mjerenje temperature pacijenta, amože se koristiti za mjerenje temperature u ustima, ispod pazuha ili u anusu pacijenta.
b. Proizvod je u skladu s EN+1:2000-12470A1:2009, Medicinski termometri – 1. dio: Stakleni termometri punjeni metalnom tekućinom s napravom za pokazivanje najvišetemperature:
   1. uvjeti uporabe: mjerni temperaturni raspon treba biti između °35C do °42C, a temperatura okoline (samo za termometar bez žive) treba biti °20C do °30C; ako jetemperatura skladištenja niža od °20C, stavite termometre na temperaturu od °20C do °30C najmanje 2-1 sata ili na temperaturu od °30C do °35C deset minuta prijeupotrebe ili testiranja.
   2. Temperatura treba čuvati na temperaturi od °10-C do °42C kada se skladišti i transportira;
   3. Zbrinjavanje termometra: nakon uporabe, metalnu tekućinu okrenite prema dolje, zatim ga očistite i stavite u plastično kućište kako biste izbjegli oštećenje.

Napomena za zamah: uhvatite repni dio termometra palcem i kažiprstom pažljivo i čvrsto i lagano protresite termometar nekoliko puta dok se tekućina ne spusti.

c. Operativni postupci
   1. Stupac tekućine mora pasti ispod najniže numerirane oznake na ljestvici prije upotrebe, zatim očistite i dezinficirajte klinički termometar medicinskim alkoholom ilinavucite steriliziranu plastičnu cijev.
   2. Ako mjerite temperaturu oralno pažljivo stavite termometar ispod jezika pacijenata i recite im da čvrsto zatvore usta.
   3. Za rektalnu upotrebu, na klinički termometar potrebno je nanijeti lubrikant prijeumetanja u anus.
   4. Za mjerenje ispod pazuha, pažljivo stavite termometar u ispod pazuha pacijenata i recite im da ga čvrsto stegnu.

Očitajte prikazanu temperatur kliničkog termometra otprilike 4 minute nakon gore navedenih koraka.

d. Upozorenje
   1. Upozorite pacijenta da tijekom oralnog mjerenja temperature ne smije žvakati, govoriti niti se kretati;
   2. Potrebno je položiti bolesnu djecu i pomoći im da drže drugi kraj kliničkih termometara za rektalnu upotrebu u slučaju da je umetnut preduboko ili isklizne iz anusa.
   3. Izbjegavajte kupanje, jesti ili pušiti pola sata prije mjerenja tjelesne temperature;
   4. Termometar nije dizajniran za posebne primjene (npr. termometri za prijevremeno rođene bebe, termometri za ovulaciju);
e. Zbrinjavanje kliničkih termometara
   Metalna tekućina je legura koja se sastoji od galija, indija i kositra. S ovim kliničkimtermometrom treba pažljivo rukovati. Posebno treba paziti da izbjegnete ispuštanjeinstrumenta ili postupanje s njim na bilo koji način koji bi mogao dovesti do oštećenja. Kada se klinički termometri pokvare, obrišite rascjepljenu metalnu tekućinu vlažnom krpom sa sapunom, a proizvod možete odložiti zajedno s ostalim kućnim otpadom.
f. Opis simbola

	Upozorenje: Pažljivo pročitajte i slijedite upute (upozorenja) za uporabu
	Čuvati dalje od sunčeve svjetlosti
	Čuvati na hladnom i suhom mjestu
	Pročitajte upute za uporabu
	Proizvođač
	Datum proizvodnje
	Ovlašteni predstavnik
	Medicinski proizvod u skladu s Uredbom (EU) 2017/745
	Model
	Broj serije
	Ograničenje temperature
	Bez žive
	Uvoznik
	Jedinstveni identifikator uređaja
	Medicinski uređaj
	Rok trajanja

UVJETI JAMSTVA GIMA

Primjenjuje se standardno B2B jamstvo Gima od 12 mjeseci.

a

b

c

e

Model - Modello - Modèle - Modell - Modelo - Modelo - Μοντέλο - Модел - Model - Model - Model - Modell - Model - Model - Model - Model - نموذج**:** CR.W00

M25551-M-Rev.6-02.26

Gima 25551 - 25568 - 25586 25589

Wuxi Medical Instrument Factory Co., Ltd.
No. 43 Xixin Road, ZhangJing, Xibei Town,
Wuxi city, Jiangsu, 214194, China
Made in China

EU REP

Lotus NL B. V.
Koningin Julianaplein 10, 1e Verd, 2595AA
The Hague, Netherlands

Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

42°C
-10°C

CE 0197

MERCURY