GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCT

EKOLOGICKÝ TEPLOMER

Každú vážnu udalosť, ktorá sa vyskytla v súvislosti s nami dodanou zdravotníckou pomôckou, je potrebné nahlásiť výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom máte sídlo.

a. Bezortuťový klinický teplomer je typ meracieho zariadenia teploty pacientov a môže sa použiť na meranie teploty v ústach alebo v podpazuší alebo v konečníku pacienta.
b. Výrobok je v zhode s normou EN+1:2000-12470A1:2009, Lekárske teplomery. Časť 1:Sklenené teplomery naplnené kovovou kvapalinou s maximálnym vybavením:
   1. podmienky použitia: rozsah merania teploty by mal byť medzi °35C až °42C, a teplota prostredia (iba pre bezortuťový teplomer) by mala byť od °20C do °30C; ak je teplota pre skladovanie menej ako °20C, uveďte teplomery do teploty °20C až °30C na aspoň 2-1 hodiny alebo °30C až °35C na desať minút pre použitím alebo skúškou.
   2. Teplota by sa pri skladovaní a preprave mala udržiavať medzi °10-C až °42C;
   3. Likvidácia teplomera: po použití otočte kovovú kvapalinu smerom nadol, potom vyčistite a vložte ju do plastovej nádoby, aby ste zabránili poškodeniu.

Upozornenie pre otočenie: palcom a ukazovákom pevne a opatrene chyťte koncovú časť teplomera, teplomerom jemne otáčajte niekoľkokrát, kým kvapalina nebude dole.

c. Prevádzkové postupy
   1. Stĺp s kvapalinou pred použitím klesne pod najnižšiu očíslovanú značku stupnice,potom klinický teplomer vyčistite a dezinfikujte v alkohole na lekárske účely alebo ho položte na sterilizovanú plastovú trubku.
   2. Buďte opatrní a vložte ho pod jazyk pacientov, ak ide o meranie v ústach a povedzte im, aby pevne zatvorili ústa.
   3. V prípade klinického teplomera na rektálne použitie sa pred jeho vložením do konečníka aplikuje lubrikant.
   4. Buďte opatrní pri vkladaní teplomera do podpazušia pacientov v prípade merania v podpazuší a povedzte im, aby ho pevne stisli.

Odčítajte číslo na klinickom teplomere približne 4 minúty po vykonaní krokov merania uvedených vyššie.

d. Varovanie
   1. Varujte pacientov pred žuvaním, rozprávaním a hraním, keď klinické teplomery budú pod ich jazykom;
   2. Chorým deťom musíte dovoliť, aby ticho ležali a pomôžte im držať druhý koniecklinických teplomerov na rektálne použitie v prípade, ak sú vložené príliš hlbokoalebo vykĺzli z konečníka.
   3. Polhodinu pred meraním telesnej teploty sa nekúpte, nejedzte a nefajčte;
   4. Teplomer nie je určený na špeciálne aplikácie (napr. Teplomery pre predčasne narodené deti, ovulačné teplomery);

e. Likvidácia klinických teplomerov
   Kovová kvapalina je zliatinou obsahujúcou gálium, indium a cín. S týmto klinickým teplomerom by sa malo zaobchádzať opatrne. Osobitne by ste mali byť opatrní, aby stezabránili pádu prístroja alebo manipulácii, dôsledkom ktorej by bolo poškodenie. Pripraskнutí klinických teplomerov odsajte rozliatu kovovú kvapalinu vlhkou handrou smydlom a výrobok sa môže zlikvidovať s ostatným odpadom z domácnosti.

f. Opis symbolu

	Upozornenie: Pozorne si prečítajte a dodržiavajte pokyny (upozornenia) na použitie
	Skladujte mimo dosahu slnečného žiarenia
	Skladujte na chladnom a suchom mieste
	Prečítajte si návod na použitie
	Výrobca
	Dátum výroby
	Autorizovaný zástupca
	Zdravotnícka pomôcka v súlade s nariadením (EÚ) 2017/745
	Model
	Číslo šarže
	Teplotný limit
	Bez ortuti
	Dovozca
	Enolični identifikator naprave
	Lekárska pomôcka
	Rok uporabe

ZÁRUČNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI GIMA

Platí -12mesačná štandardná B2B záruka spoločnosti Gima.

a

b

c

e

Model - Modello - Modèle - Modell - Modelo - Modelo - Μοντέλο - Модел - Model - Model - Model - Modell - Model - Model - Model - Model - نموذج**:** CR.W00

M25551-M-Rev.6-02.26

Gima 25551 - 25568 - 25586 25589

Wuxi Medical Instrument Factory Co., Ltd.
No. 43 Xixin Road, ZhangJing, Xibei Town,
Wuxi city, Jiangsu, 214194, China
Made in China

EU REP

Lotus NL B. V.
Koningin Julianaplein 10, 1e Verd, 2595AA
The Hague, Netherlands

Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

42°C
-10°C

CE 0197

MERCURY