GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCT

EKOLOGISK TERMOMETER

Det är nödvändigt att meddela tillverkaren och de behöriga myndigheterna i den berörda medlemsstaten, om alla allvarliga olyckor som inträffat i samband med den medicintekniska utrustning som levererats av oss.

a. Kvicksilverfri klinisk termometer är en slags mätanordning för patientens temperatur, och den kan användas för att mäta temperaturen i patientens mun eller armhåla eller anus.
b. Produkten uppfyller EN+1:2000-12470A1:2009, Kliniska termometrar - Del 1: Metalliska vätska-i glastermometrar med maximal anordning:
   1. Användningsvillkor: mättemperaturområdet bör vara mellan °35C och °42C, och omgivningstemperaturen (endast för kvicksilverfri termometer) bör vara °20C till °30C; om lagringstemperaturen är lägre än °20C, placera termometrarna i temperaturen °20C till °30C i minst 2-1 timmar eller °30C till °35C i tio minuter före användning eller testning.
   2. Temperaturen ska hålla °10-C till °42C när den förvaras och transporteras;
   3. Kassering av termometern: efter användning, sväng ner metallvätskan, rengör den och lägg den i ett plastfodral för att undvika skador.

Observera för svängning: ta tag i änden av termometern med tummen och pekfingret hårt och försiktigt, sväng termometern lätt flera gånger tills vätskan är nere.

c. Procedurer för användning
   1. Vätskepelaren ska falla under den lägsta numrerade skalmarkeringen före användning, rengör och desinficera sedan den kliniska termometern i medicinsk alkohol eller placera den på ett steriliserat plaströr.
   2. Var noga med att placera den under tungan på patienter om du mäter i munläge och säg åt dem att stänga munnen ordentligt.
   3. På en klinisk termometer för rektal användning appliceras lite glidmedel innan den förs in i anus.
   4. Var noga med att placera den under armhålan på patienter om du mäter med armhålsläge och säg åt dem att klämma åt den ordentligt.

Läs numret på den kliniska termometern cirka 4 minuter efter ovanstående mätsteg.

d. Varning
   1. Varna patienter för att tugga, tala och leka när kliniska termometrar är under patientens tunga;
   2. Det är nödvändigt att låta sjuka barn ligga stilla och hjälpa dem att hålla i en annan ände av den kliniska termometern för rektal användning om den sätts in för djupt eller glider från anus.
   3. Undvik att bada, äta eller röka en halvtimme innan du tar kroppstemperaturen;
   4. Den är inte designad för speciella applikationer (t.ex. termometrar för prematura barn, ägglossningstermometrar);
e. Avfallshantering av kliniska termometrar
   Den metalliska vätskan är en legering som består av gallium, indium och tenn. Denna kliniska termometer bör hanteras med försiktighet. I synnerhet bör försiktighet iakttas för att undvika att tappa instrumentet eller behandla det på något sätt som kan resultera i skada. När de kliniska termometrarna är trasiga, rengör metallvätskan med en fuktig trasa med såplödder och produkten kan slängas tillsammans med annat hushållsavfall.
f. Symbolbeskrivning

	Varning: Läs och följ instruktionerna (varningarna) för användning noggrant
	Förvaras åtskilt från solljus
	Förvara på en sval, torr plats
	Läs bruksanvisningen
	Tillverkare
	Tillverkningsdatum
	Auktoriserad representant
	Medicintekniska produkter som uppfyller förordning (EU) 2017/745
	Modell
	Batchnummer
	Temperaturgräns
	Kvicksilverfri
	Importör
	Unik enhetsidentifierare
	Medicinsk apparat
	Dátum vypršania platnosti

GARANTIVILLKOR GIMA

Man tillämpar standard garanti B2B Gima på 12 månader.

a

b

c

e

Model - Modello - Modèle - Modell - Modelo - Modelo - Μοντέλο - Модел - Model - Model - Model - Modell - Model - Model - Model - Model - نموذج**:** CR.W00

M25551-M-Rev.6-02.26

Gima 25551 - 25568 - 25586 25589

Wuxi Medical Instrument Factory Co., Ltd.
No. 43 Xixin Road, ZhangJing, Xibei Town,
Wuxi city, Jiangsu, 214194, China
Made in China

EU REP

Lotus NL B. V.
Koningin Julianaplein 10, 1e Verd, 2595AA
The Hague, Netherlands

Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

42°C
-10°C

CE 0197

MERCURY