GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS


BILANCIA ASTRA
ASTRA SCALE
BALANCE ASTRA
WAAGE ASTRA
BÁSCULA ASTRA
BALANÇA ASTRA
ΖΥΓΑΡΙΑ ASTRA
ASTRA ميزان

REF **27310**

Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in China

CE 0476 CE Mxx 0474

M27310-M-Rev.13.10.25


LOCK
READ

الميّزات

الميزان Astra المصنوع من قبل GIMA عبارة عن أداة مفيدة لقياس الطول والوزن لجسد الإنسان. التدريج الواسع للمقاييس, ' الدقة العالية والحساسيّة تجعل من هذا الميزان الجهاز الملائم بالأكثر للإستعمال في المستشفيات, في العيادات الطبيّة, في المدارس, في عيادات أطباء العائلة, في قاعات الرياضة وإلخ.

الميّزات التقنيّة

عمليّات قياس الوزن

القدرة الأقصى: 200 كغم

الدقة: 100 غم

عمليات قياس الطول

سلّم القياس: 75 – 200 سم

الدقة: 0,5 سم

مقاييس المنصّة: (الطول x العرض): 37,5 x 27,5 سم

المقاييس العامّة (الطول x العرض x الإرتفاع):148,5x43,5x56,5 سم

الوزن الفارغ: 15,3 كغم

محتويات العبوة

- عامود ورقاص الميزان
- منصّة
- عامود لقياس الطول
- نموذج عجلات
- براغي وحلقات

الإستعمال المخصّص للجهاز

هذا الجهاز موجّه للإستعمال فقط من قبل العاملين الطبيين المؤهّلين.

عدم إستعمال الجهاز في حالة وجود أضرار به. التوجّه إلى بائعكم الخاص.

تحايد أي نوع من التصليحات الغير وافية. يجبأن تتم التصليحات فقط باستعمال قطع غيارأصليّة والتي يجب تركيبها بموجب الإستعمال المفروض.

الجهاز مصنوع من المواد القويّة المقاومة للتآكل والظروف البيئيّة المهيّأة للإستعمال العادي, لذلك فهو لا يحتاج إلى اهتمامات خاصّة؛ مع ذلك من الضروري حفظه فيبيئة مغلقة, وتحايد تعريضه إلى الضوء والعوامل المناخيّة, والاهتمام بحمايته من الغبار للمحافظة على الشروط الصحيّة المتعلقة بالنظافة. ينصح أيضا بحفظ الجهاز في مكان بحيث يكون من السهل الوصول إليه من قبل العاملين في حالات الحاجة.

إزالة التغليف



نذكّر بأن العناصر المستعملة للتغليف (الورق, النايلون, الدبابيس المعدنيّة, الشريط اللاصق, وإلخ..) قد تسبب إلى جروح فيما إذا لم يتم التعامل معها بعناية. من الضروري التخلّص منها باستعمال الأدوات الملائمة وعدم تركها لأشخاص غير واعيين وبدون مسؤوليّة, نفس الشيء يقال بالنسبة للمعدّات المستعملة للتخلّص من عناصرالتغليف نفسها (المقصّ, السكاكين وإلخ..).

أول عمليّة يجب القيام بها بعد أن يكون قد تمّ فتح العبوة وتمّت إزالة التغليف هو القيام بفحص عام للقطع والأجزاء التي تكوّن الجهاز؛ التأكّد من وجود كافّة العناصر الضروريّة ومن حالتها الكاملة.

التركيب

الجهاز, بغالبه, يكون قد تمّ تركيبه في المصنع مسبقا, لذلك التركيب النهائي يبدو سهلا جدا (النظر إلى الرسومات).

- تثبيت العامود على القاعدة بواسطة البراغي والحلقات المزوّدة
- تمديد الميزان أفقياعلى الأرضيّة وربط قضيب الإيصال في الموضع الخاص به.
- تثبيت العجلات على القاعدة بواسطة البراغي والحلقات المزوّدة
- ربط خط القياس على البرغيين ذوي الرأس السداسي المركبين مسبقا والموجودين على العامود.
- تثبيت القضيب بالشد على البراغي المسدسة الرأس بواسطة المفتاح الخاص. عدم شدّ البراغي كثيرا!

لعمليّة الضبط من الضروري, بعد أن يكون قد تمّ وضع الوزنين على القيمة 0, العمل على برغي الضبط (النظر للصورة) حتى الحصول على تتطابق المشير إلى فرز القياس.

للحصول على ضبط ممتاز من الضروري أن تكون القاعدة مستوية جدا.

الفعاليّة

قبل أن يصعد الشخص إلى المنصّة من الضروري رفع المنزلقة لمقياس الطول إلى ارتفاع يفوق إرتفاع الشخص نظريا. بعد أن يكون الشخص قد صعد إلى المنصّة, إنزال المنزلقة ببطء حتى أن تمس الرأس.

الخط المدرّج في جزئين منها تتداخل ببعضها. الخط الأسفل يسمح بقياس أطوال حتى 101,5 سم وتتم القراءة بمحاذاة المنزلقة, الخط الأعلى يسمح بقياس أطوال حتى 201 سم ولكن يجب أن تتم القراءة بالقرب من المقطع الموجود بين الخطين المدرجين المميّزة بالسهم READ (النظر إلى الصورة).

ملاحظة: لاستعمال الخط الأعلى بالشكل الصحيح من الضروري تثبيت المنزلقة على القسم الأعلى للخط المنزلق.

تنبيه: عدم الحفظ على المنزلقة بالوضع الأفقي لأنها قد تؤدي إلى حالات خطيرة في حالة الاصطدام بها.

الصيانة

تمّ تصميم الجهاز هذا ليبقى لمدى الحياة, يصمد أمام أكبر نسبة من المواد الكيميائيّة باستثناء الكيتونات .M.E.K, محاليل الإذابة والمواد الخاصّة بإزالة الطلاء.

من فترة لأخرى, وفي كل مرّة تتم بها إزاحة الميزان, القيام بفحص التعيير والتسوية (النظر إلى التركيب).

شروط ضمان جيما GIMA

يُطبق ضمان B2B القياسي جيما GIMA لمدة 12 شهر.

REF	IT Codice prodotto GB Product code PT Código produto FR Code produit DE Erzeugniscode ES Código producto GR Κωδικός προϊόντος AR كود المنتج	LOT	IT Numero di lotto GB Lot number FR Numéro de lot DE Chargennummer ES Número de lote PT Número de lote GR Αριθμός παρτίδας AR رقم الدفعة
	IT Conservare in luogo fresco ed asciutto GB Keep in a cool, dry place PT Armazenar em local fresco e seco FR Á conserver dans un endroit frais et sec DE An einem kühlen und trockenen Ort lagern ES Conservar en un lugar fresco y seco GR Διατηρείται σε δροσερό και στεγνό περιβάλλον AR يحفظ في مكان بارد وجاف		IT Conservare al riparo dalla luce solare GB Keep away from sunlight PT Guardar ao abrigo da luz solar FR Á conserver à l'abri de la lumière du soleil DE Vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern ES Conservar al amparo de la luz solar GR Κρατήστε το μακριά από ηλιακή ακτινοβολία AR يحفظ بعيدًا عن ضوء الشمس
	IT Fabbricante GB Manufacturer PT Fabricante FR Fabricant DE Hersteller ES Fabricante GR Παραγωγός AR الشركة المصنعة		IT Leggere le istruzioni per l'uso GB Consult instructions for use FR Consulter les instructions d'utilisation DE Gebrauchsanweisung beachten ES Consultar las instrucciones de uso PT Consulte as instruções de uso GR Διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης AR اقرأ بدقة وحرص تعليمات الاستخدام
	IT Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso GB Caution: read instructions (warnings) carefully FR Attention: lisez attentivement les instructions (avertissements) DE Achtung: Anweisungen (Warnungen) sorgfältig lesen ES Precaución: lea las instrucciones (advertencias) cuidadosamente PT Cuidado: leia as instruções (avisos) cuidadosamente GR Προσοχή: διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες (ενστάσεις) AR الحذر: قراءة التعليمات (التحذيرات) بعناية	CE Mxx 0474	IT Bilancia omologata in conformità a Direttiva 2014/31/EU e Norma EN 45501 GB Balance harmonised according to Directive 2014/31/EU and EN 45501 standard FR Balance approuvée conformément à la directive 2014/31/UE et à la norme EN 45501 DE In Übereinstimmung mit der Richtlinie 2014/31/EU und der Norm 45501 homologier te Waage ES Balanza homologada de acuerdo con la Directiva 2014/31/UE y con la norma EN 45501 PT Balança homologada nos termos da Diretiva 2014/31/UE e da Norma EN 45501 GR εγκεκριμένη ζυγαριά σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2014/31/ΕΕ και το Πρότυπο EN 45501 AR جهاز طبي يتوافق مع التوجيه 45501 EN
III	IT Classe di precisione GB Accuracy class FR Classe de précision DE Classe de précision ES Classe de précision PT Classe de précision GR Classe de précision AR فئة الدقة	CE 0476	IT - Dispositivo medico conforme alla Direttiva 93/42/CEE GB - Medical Device complies with Directive 93/42/EEC FR - Dispositif médical conforme à la directive 93/42 / CEE ES - Dispositivo médico segun a la Directiva 93/42 / CEE PT - Dispositivo médico em conformidade com a Diretiva 93/42/CEE DE - Medizinprodukt gemäß Richtlinie 93/42/CEE GR - Ιατρική συσκευή σύμφωνα με την οδηγία 93/42 / CEE AR جهاز طبي يتوافق مع التوجيه 93/42/CEE
UK REP	IT - Rappresentante autorizzato nel Regno Unito GB - Authorized Representative in the UK FR - Représentant autorisé au Royaume-Uni ES - Representante autorizado en el Reino Unido PT - Representante autorizado no Reino Unido DE - Autorisierter Vertreter im Vereinigten Königreich GR - Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος στο H.B AR **الممثل المعتمد في المملكة المتحدة**	CH REP	IT - Rappresentante autorizzato in Svizzera GB - Authorized Representative in Swiss FR - Représentant autorisé au Suisse ES - Representante autorizado en Suizo PT - Representante autorizado no Suíço DE - Autorisierter Vertreter im Schweizer GR - Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος στο Ελβετός AR الممثل المعتمد في سويسرا