

seca 416





seca
Precision for health


Bedienung • Operation • Utilisation • Uso • Manejo • Betjening • Användning • Betjening • Käyttö • Bediening • Operação • Χειρισμός

















Norsk

1 BRUKSFORMÅL

Den mekaniske baby-høydemåleren hjelper leger å ta beslutninger om diagnose og behandlingsmåte som er basert på pasientens kroppsstørrelse eller vekst.

2 SIKKERHETSINSTRUKS

⚠ ADVARSEL!

Skader på grunn av fall

Måleapparater for spedbarn plasseres som regel på høytstående arbeidsflater. Dersom spedbarnet faller ned fra arbeidsflaten, kan det bli utsatt for alvorlige irreversible eller dødelige skader.

- ► Kontroller at apparatet står stabilt og plant eller ligger.
- ► La aldri spedbarn være uten tilsyn.

3 MERKING PÅ APPARATET OG MERKEPLATEN

Tekst/symbol	Betydning
UK CA xxxx	Apparatet samsvarer med direktivene i Det forente kongeriket xxxx: Teknisk kontrollorgan for medisinsk utstyr i Storbritannia
UK REP	Importør/representant i Storbritannia: seca Ltd 40 Barn Street B5 5QB Birmingham United Kingdom
CH REP	Importør/representant i Sveits: seca ag (schweiz) Medizinische Waagen und Messsysteme Schönmatt Str. 2 CH-4153 REINACH
MD	Medisinsk utstyr i henhold til forordning (EU) 2017/745

4 HYGIENISK FORBEREDELSE

⚠ ADVARSEL!

Infeksjonsrisiko

- ► Dekontaminer apparatet med jevne mellomrom.

⚠ OBS!

Skader på apparatet

- ► Bruk kun desinfeksjonsmidler på alkoholbasis (f.eks. 70 % etanol).
- ► Følg bruksanvisningen for desinfeksjonsmidlet.
- ► Ikke bruk sterke eller skurende rengjøringsmidler.

► Rengjør apparatet:
– Fukt ved behov en myk klut med mildt såpevann og tørk av apparatet med denne.

► Desinfiser apparatet:
– Fukt en myk klut med desinfeksjonsmiddel, og tørk av apparatet med denne.

Før og etter hver måling	Ved behov
• Målemattens overflate • Hodeanlegg • Anlegg for fot	Alle andre deler av målematten

5 AVFALLSHÅNDTERING

Dette apparatet består av råstoffer av høy kvalitet som kan brukes om igjen. Sørg for at apparatet avfallshåndteres i samsvar med gjeldende lokale lover og forskrifter i ditt land.

6 GARANTI

For mangler som er å tilbakeføre til material- eller produksjonsfeil gjelder en garantifrist på to år fra levering. Alle bevegelige deler, som f.eks. batterier, kabler, nettapparater, oppladbare batterier etc. er unntatt fra garantien. Mangler som faller inn under garantien, utbedres gratis for kunden mot fremleggelse av kjøpskvitteringen. Andre krav kan ikke imøtekommes. Utgifter til transport frem og tilbake belastes kunden hvis apparatet befinner seg på et annet sted enn kundens adresse. Ved transportskader kan garantikrav kun gjøres gjeldende hvis hele originalemballasjen brukes under transporten og varen sikres og festes i emballasjen på samme måte som i originalpakket tilstand. Ta derfor vare på alle emballasjedeler.






Garantien ugyldiggjøres hvis apparatet åpnes av personer som ikke er uttrykkelig autorisert av seca.

Kunder i utlandet bes i garantitilfeller ta direkte kontakt med forhandleren i vedkommende land.

7 SAMSVARSERKLÆRING

CE Hermed erklærer seca gmbh & co. kg at produktet er i samsvar med bestemmelsene i de anvendelige europeiske direktivene. Den fullstendige samsvarserklæringen finner du på: www.seca.com.

Technische Daten • Technical data • Fiche technique • Specifiche tecniche • Datos técnicos • Tekniske data • Tekniska data • Tekniske data • Tekniset tiedot • Technische gegevens • Dados técnicos • Τεχνικά στοιχεία

				kg 
1 mm	33 – 100 cm ±2 mm	+10°C ... +40°C	a = 402 mm	3,2 kg
1/16 inch	13 – 39 inch ±1/8 inch		b = 1105 mm	
			c = 165 mm	

Medical Measuring Systems and Scales since 1840

seca gmbh & co. kg
Hammer Steindamm 3–25
22089 Hamburg
Germany

T +49 40 20 00 00 0
F +49 40 20 00 00 50
E info@seca.com

seca operates worldwide with headquarters in Germany and branches in:
seca france
seca united kingdom
seca north america
seca schweiz
seca zhong guo
seca nihon
seca mexico
seca austria
seca polska
seca middle east
seca suomi
seca américa latina
seca asia pacific
seca danmark
seca benelux
seca lietuva

and with exclusive partners in more than 110 countries.

All contact data at seca.com

17-10-02-242e_2025-12B