seca 416



seca
Precision for health

Bedienung • Operation • Utilisation • Uso • Manejo • Betjening • Användning • Betjening • Käyttö • Bediening • Operação • Χειρισμός















Svenska

1 ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL

Det mekaniska längdmätinstrumentet för spädbarn utgör ett stöd för läkare vid diagnos- eller behandlingsbeslut baserade på patientens kroppslängd eller tillväxt.

2 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

⚠ **VARNING!**
Personskador på grund av fall
Mätinstrument för spädbarn placeras ofta på en förhöjd arbetsyta. Spädbarnet kan skadas svårt, irreversibelt eller dödligt om det faller från arbetsytan.

- ► Se till att apparaten står eller ligger stadigt och vågrätt.
- ► Lämna aldrig spädbarn utan tillsyn.

3 SYMBOLER PÅ APPARATEN OCH TYPSKYLTEN

Text/symbol	Innebörd
UK CA xxxx	Apparaten överensstämmer med direktiven i Storbritannien xxxx: Anmält organ för medicintekniska produkter i Storbritannien
UK REP	Importör/representant i Storbritannien: seca Ltd 40 Barn Street B5 5QB Birmingham Storbritannien
CH REP	Importör/representant i Schweiz: seca ag (schweiz) Medizinische Waagen und Messsysteme Schönmatt Str. 2 CH-4153 REINACH
MD	Medicinteknisk produkt enligt förordning (EU) 2017/745

4 HYGIENISK REPROCESSING

⚠ **VARNING!**
Infektionsrisk

- ► Reprocessa apparaten hygieniskt regelbundet.

⚠ **OBS!**
Apparatskador

- ► Använd enbart spritbaserade desinfektionsmedel (t.ex. 70 % etanol).
- ► Följ bruksanvisningen för desinfektionsmedlet.
- ► Använd inga skarpa eller repande rengöringsmedel.

► Rengör apparaten:
– Fukta en rengöringsduk med en mild tvållösning och våttorka apparaten med den.

► Desinficera apparaten:
– Fukta en rengöringsduk med desinfektionsmedel och våttorka apparaten med den.

Före och efter varje mätning	Vid behov
• Mätmattans yta • Huvudanslag • Fotanslag	Alla övriga delar av mätmattan

5 AVFALLSHANTERING

Apparaten består av högkvalitativa material som kan återanvändas. Avfallshantera apparaten enligt gällande lagar och föreskrifter.

6 GARANTI

För brister vilka kan hänföras till material- eller fabrikationsfel lämnas en garantifrist på två år från leveransdatum. Undantagna från detta är alla rörliga delar, som t.ex. batterier, kablar, nätaggregat, laddningsbara batterier osv.. Brister vilka faller under garantin åtgärdas utan kostnad för kunden mot förevisande av köpkvittot. Övriga anspråk kan inte lämnas. Kunden står för transportkostnaderna när apparaten befinner sig på annan ort än kundens huvudadress. Vid transportskador kan garantianspråk endast göras gällande när för transporten den kompletta originalförpackningen använts och varan säkrats och fixerats i originalförpackat tillstånd. Ta därför vara på alla förpackningsdelar.
Garantin upphör att gälla när apparaten öppnats av person som inte uttryckligen auktoriserats av seca.
Kunder i utlandet ber vi att i garantifall ta kontakt med representanten i respektive land.

7 FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

CE Härmed förklarar seca gmbh & co. kg att produkten uppfyller bestämmelserna i tillämpliga EU-direktiv. Den kompletta överensstämmelseförklaringen finns på: www.seca.com.

Technische Daten • Technical data • Fiche technique • Specifiche tecniche • Datos técnicos • Tekniske data • Tekniska data • Tekniske data • Tekniset tiedot • Technische gegevens • Dados técnicos • Τεχνικά στοιχεία

				kg 
1 mm	33 – 100 cm ±2 mm	+10°C ... +40°C	a = 402 mm	3,2 kg
1/16 inch	13 – 39 inch ±1/8 inch		b = 1105 mm	
			c = 165 mm	

Medical Measuring Systems and Scales since 1840

seca gmbh & co. kg
Hammer Steindamm 3–25
22089 Hamburg
Germany

T +49 40 20 00 00 0
F +49 40 20 00 00 50
E info@seca.com

seca operates worldwide with headquarters in Germany and branches in:
seca france
seca united kingdom
seca north america
seca schweiz
seca zhong guo
seca nihon
seca mexico
seca austria
seca polska
seca middle east
seca suomi
seca américa latina
seca asia pacific
seca danmark
seca benelux
seca lietuva

and with exclusive partners in more than 110 countries.

All contact data at seca.com

17-10-02-242e_2025-12B