seca 210

seca®
Precision for health

Deutsch	Seite 3
Englisch	Page 5
Français	Page 7
Español	Página 9
Italiano	Pagina 11
Dansk	Side 13
Svenska	Sida 15
Norsk	Side 17
Suomi	Sivu 19
Nederlands	Pagina 21
Português	Página 23
Ελληνικά	Σελίδα 25
日本語	ページ27
Polski	Strona 29
Română	Pagina 31

Anvendelsesformål

Den mekaniske babyhøjdemåler hjælper læger ved diagnose- eller terapivalg, der er baseret på patientens kropshøjde eller vækst.

Sikkerhedshenvisninger

⚠ ADVARSEL!

Fare for kvæstelser ved styrt

Måleenheder til spædbørn placeres oftest på forhøjede arbejdsflader. Hvis spædbarnet falder ned fra arbejdsfladen, kan det få alvorlige irreversible eller dødelige kvæstelser.

- ► Sørg for, at apparatet står eller ligger fast og plant.
- ► Lad aldrig et spædbarn være uden opsyn.

Mærkninger på apparatet og på typeskiltet

Tekst/ symbol	Betydning
UK CA xxxx	Apparatet er i overensstemmelse med gældende retningslinjer i Det Forenede Kongerige (UK) xxxx: Bemyndiget organ for medicinsk udstyr i Det Forenede Kongerige (UK)
UK REP	Importør/repræsentant i Det Forenede Kongerige (UK): seca Ltd 40 Barn Street B5 5QB Birmingham United Kingdom
CH REP	Importør/repræsentant i Schweiz: seca ag (schweiz) Medizinische Waagen und Messsysteme Schönmatt Str. 2 CH-4153 REINACH
MD	Medicinsk udstyr iht. forordning (EU) 2017/745

Betjening

Måling:

1. Spædbarnet lægges på målemåtten. Spædbarnets hoved skal ligge mod målemåttens hovedstopanslag (1).
2. Med højre hånd skubber man fodstopanslaget (2) hen i retning af spædbarnets fødder. Med venstre hånd holdes barnet fast.
3. Stræk benene ved forsigtigt at trykke spædbarnets knæ lidt ned på måttens bund med venstre hånd.
4. Med højre hånd lægges fodstopanslaget (2) i en ret vinkel mod spædbarnets fodsåler.



5. Afl æs kropslængden på markeringen på bunden af målemåtten (3).

Hvis den ovennævnte fremgangsmåde overholdes, opnår man en nøjagtighed, som er bedre end ± 5 mm.

Hygiejnisk klargøring

⚠ ADVARSEL!

Infektionsfare

► Klargør apparatet hygiejnisk med regelmæssige mellemrum.

⚠ BEMÆRK!

Skade på apparatet

► Anvend udelukkende desinfektionsmiddel på basis af alkohol (f.eks. 70 % ethanol).

► Se brugsanvisningen til desinfektionsmidlet.

► Undlad at bruge skarpe eller skurende rengøringsmidler.

► Rengør apparatet:
— Fugt om nødvendigt en blød klud med en mild sæbeopløsning, og tør apparatet af med kluden.

► Desinficér apparatet:
— Fugt en blød klud med desinfektionsmiddel, og tør apparatet af med kluden.

Før og efter hver måling	Ved behov
• Målemåttens overflade • Hovedstøtte • Fodanslag	Alle andre dele af målemåtten

Tekniske data

Måleområde:	100 - 990 mm / 4 - 39 inch
Inddeling:	5 mm / 1/4 inch
Nøjagtighed:	bedre end ± 5 mm
Mål (B x H x D):	300 mm x 140 mm x 1340 mm
Egenvægt:	ca. 500 g
Temperaturområde:	+10 °C til +40 °C
Medicinsk udstyr iht. forordning (EU) 2017/745:	Klasse I med målefunktion

Bortskaffelse

Dette apparat indeholder værdifulde råstoffer, som kan genanvendes. Bortskaf apparatet i overensstemmelse med de nationale lovforskrifter og bestemmelser.

Garanti

For mangler, som skyldes materiale- eller fabrikationsfejl, gælder en to års garantifrist fra dagen for leveringen. Alle bevægelige dele, f.eks. batterier, kabler, netenheder, akkuer osv., er udelukket herfra. Mangler, som dækkes af garantien, udbedres gratis for kunden mod fremlæggelse af salgskvitteringen. Der kan ikke tages hensyn til andre krav. Udgifter for transporten frem og tilbage debiteres kunden, hvis apparatet befinder sig på et andet sted end kundens adresse. Ved transportskader kan garantikrav kun gøres gældende, hvis hele den originale emballage er blevet benyttet til transporter, og varen har været sikret og befæstet deri på tilsvarende måde som originale emballagetilstand.Opbevar derfor alle emballagedele.

Garantien bortfalder, hvis apparatet åbnes af personer, som ikke udtrykkeligt er autoriseret hertil af seca.

I garantitilfælde beder vi kunder i udlandet om at henvende sig direkte til sælgeren i det pågældende land.

Overensstemmelsesattest CE

Hermed erklærer seca gmbh & co. kg, at produktet overholder bestemmelserne i de relevante europæiske direktiver. Hele overensstemmelseserklæringen findes på: www.seca.com.

Medical Measuring Systems and Scales since 1840

seca gmbh & co. kg
Hammer Steindamm 3–25
22089 Hamburg
Germany

T +49 40 20 00 00 0
F +49 40 20 00 00 50
E info@seca.com

seca operates worldwide with headquarters in Germany and branches in:
seca france
seca united kingdom
seca north america
seca schweiz
seca zhong guo
seca nihon
seca mexico
seca austria
seca polska
seca middle east
seca suomi
seca américa latina
seca asia pacific
seca danmark
seca benelux
seca lietuva

and with exclusive partners in more than 110 countries.

All contact data at
seca.com

17-10-02-222m_2025-12B