seca 210

seca®
Precision for health

Deutsch	Seite 3
Englisch	Page 5
Français	Page 7
Español	Página 9
Italiano	Pagina 11
Dansk	Side 13
Svenska	Sida 15
Norsk	Side 17
Suomi	Sivu 19
Nederlands	Pagina 21
Português	Página 23
Ελληνικά	Σελίδα 25
日本語	ページ27
Polski	Strona 29
Română	Pagina 31

Käyttötarkoitus

Mekaaninen vauvojen pituuden mittauslaite tukee lääkäreitä potilaan pituuteen tai koon muutokseen perustuvien diagnoosi- tai hoitopäätösten tekemisessä.

Turvallisuusohjeet

⚠ VAROITUS!

Kaatumisen aiheuttama loukkaantuminen

Vauvojen mittalaitteet asetetaan yleensä korotetuille työtasoille. Jos vauva putoaa työtasolta, voi aiheutua vakavia, pysyviä tai kuolemaan johtavia loukkaantumisia.

- ► Varmista, että laite seisoo tukevasti ja tasaisella alustalla.
- ► Älä koskaan jätä vauvaa ilman valvontaa.


Laitteessa ja tyyppikilvessä olevat merkinnät

Teksti/ symboli	Merkitys
UK CA xxxx	Laite on Yhdistyneen kuningaskunnan säännösten mukainen xxxx: Yhdistyneen kuningaskunnan ilmoitettu laitos lääkintälaitteille
UK REP	Maahantuoja/edustaja Yhdistyneessä kuningaskunnassa: seca Ltd 40 Barn Street B5 5QB Birmingham United Kingdom
CH REP	Maahantuoja/edustaja Sveitsissä: seca ag (schweiz) Medizinische Waagen und Messsysteme Schönmatt Str. 2 CH-4153 REINACH
MD	Asetuksen (EU) 2017/745 mukainen lääkintälaite

Käyttö

Mittaaminen:

1. Aseta vauva mittausmatolle. Vauvan pään täytyy olla kiinni mittausmaton päävasteessa (1).
2. Työnnä oikealla kädellä jalkavastetta (2) vauvan jalkaterien suuntaan ja pidä samalla vauvasta kiinni vasemmalla kädellä.
3. Suorista vauvan jalat painamalla vasemmalla kädellä vauvan polvia varovasti mittausmattoa vasten.
4. Aseta oikealla kädellä jalkavaste (2) suorassa kulmassa vauvan jalkapohjia vasten.
5. Lue pituus mittausmaton pohjassa olevasta merkistä (3).



Toimimalla näiden ohjeiden mukaisesti saavutat paremmin ± 5 mm:n tarkkuuden.

Puhdistus ja desinfiointi

⚠ VAROITUS!
Infektiovaara

► Puhdista ja desinfioi laite säännöllisin välein.

⚠ HUOMIO!
Laitevahingot

► Käytä vain alkoholipohjaista desinfiointiainetta (esim. 70 % etanolia).

► Noudata desinfiointiaineen käyttöohjeessa annettuja tietoja.

► Älä käytä voimakkaita tai hankaavia puhdistusaineita.

► Puhdista laite:
— Kostuta tarvittaessa pehmeä liina mietoon saippualiuokseen ja pyyhi laite sillä.

► Desinfioi laite:
— Kostuta pehmeä liina desinfiointiaineella ja pyyhi laite sillä.

Ennen jokaista mittausta ja sen jälkeen	Tarvittaessa
• Mittausmaton pinta • Päänkohdistin • Jalkalista	Mittausmaton kaikki muut osat

Tekniset tiedot

Mittausalue:	100 - 990 mm / 4 - 39 tuumaa
Jako:	5 mm / 1/4 tuumaa
Tarkkuus:	parempi kuin ± 5 mm
Mitat (L x K x S):	300 mm x 140 mm x 1340 mm
Omapaino:	n. 500 g
Lämpötila-alue:	+10 °C - +40 °C
Asetuksen (EU) 2017/745 mukainen lääkintälaite:	Luokka I mittaustoiminnolla

Hävittäminen

Laite on valmistettu korkealaatuisista materiaaleista, jotka voidaan käyttää uudelleen. Hävitä laite käyttömaassa voimassa olevien lakien ja määräysten mukaisesti.

Takuu

Myönnämme puutteista, jotka johtuvat materiaali- tai valmistusvirheistä, kahden vuoden takuun toimitusajankohdasta alkaen. Kaikki liikkuvat osat, kuten esim. paristot, sähköjohdot, verkkolaitteet, akut jne., eivät kuulu takuun piiriin. Takuun piiriin kuuluvat puutteet poistetaan asiakkaalle maksutta esitettäessä ostokuitti. Muita vaatimuksia ei ole mahdollista ottaa huomioon. Edestakaisesta kuljetuksesta syntyvät kulut menevät asiakkaan laskuun, jos laite on muulla kuin asiakkaan paikkakunnalla. Kuljetusvahingoista voidaan esittää korvausvaatimuksia vain, kun kuljetukseen on käytetty kokonaista alkuperäispakkausta ja tavara on varmistettu ja kiinnitetty pakkaukseen tavalla kuin alkuperäisessä toimituksessa. Kaikki pakkausosat tulee säilyttää tallella tästä syystä.
Takuu ei ole voimassa, jos laitteen avaa henkilö, jota seca ei ole nimenomaisesti valtuuttanut tähän. Ulkomailla olevia asiakkaita pyydämme kääntymään takuutapauksessa suoraan kyseisen maan myyntiliikkeen puoleen.

Vaatimuksenmukaisuus-vakuutus

CE

seca gmbh & co. kg vakuuttaa, että tuote vastaa siihen sovellettavien eurooppalaisten direktiivien vaatimuksia. Vaatimustenmukaisuus löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta: www.seca.com.

Medical Measuring Systems and Scales since 1840

seca gmbh & co. kg
Hammer Steindamm 3–25
22089 Hamburg
Germany

T +49 40 20 00 00 0
F +49 40 20 00 00 50
E info@seca.com

seca operates worldwide with headquarters in Germany and branches in:
seca france
seca united kingdom
seca north america
seca schweiz
seca zhong guo
seca nihon
seca mexico
seca austria
seca polska
seca middle east
seca suomi
seca américa latina
seca asia pacific
seca danmark
seca benelux
seca lietuva

and with exclusive partners in more than 110 countries.

All contact data at
seca.com

17-10-02-222m_2025-12B