seca 210

seca®
Precision for health

Deutsch	Seite 3
Englisch	Page 5
Français	Page 7
Español	Página 9
Italiano	Pagina 11
Dansk	Side 13
Svenska	Sida 15
Norsk	Side 17
Suomi	Sivu 19
Nederlands	Pagina 21
Português	Página 23
Ελληνικά	Σελίδα 25
日本語	ページ27
Polski	Strona 29
Română	Pagina 31

Toepassingsdoel

De mechanische infantometer helpt artsen bij het nemen van diagnose- of behandelingsbeslissingen die zijn gebaseerd op de lichaamslengte of de groei van de patiënt.

Veiligheidsaanwijzingen

⚠ WAARSCHUWING!

Letsel door vallen

Meetapparaten voor zuigelingen worden meestal op verhoogde werkvlakken geplaatst. Wanneer de zuigeling van het werkvlak valt, kan hij ernstig onomkeerbaar of dodelijk letsel oplopen.

- ► Controleer of het apparaat stevig en vlak staat of ligt.
- ► Laat de zuigeling nooit zonder toezicht.

Markeringen op het apparaat en op het typeplaatje

Tekst/ symbool	Betekenis
UK CA xxxx	Het apparaat is in overeenstemming met de richtlijnen van het Verenigd Koninkrijk xxxx: aangemelde instantie medisch hulpmiddel van het Verenigd Koninkrijk
UK REP	Importeur/vertegenwoordiger in het Verenigd Koninkrijk: seca Ltd 40 Barn Street B5 5QB Birmingham United Kingdom
CH REP	Importeur/vertegenwoordiger in Zwitserland: seca ag (schweiz) Medizinische Waagen und Messsysteme Schönmatt Str. 2 CH-4153 REINACH
MD	Medisch hulpmiddel volgens verordening (EU) 2017/745

Bediening

Meetproces:

1. De zuigeling op de meetmat neerleggen. Het hoofd van de zuigeling moet tegen de hoofdaanslag (1) van de meetmat aan liggen.
2. Met de rechterhand de voetaanslag (2) in de richting van de voeten van de zuigeling schuiven. De linkerhand fixeert de zuigeling.



3. De benen strekken door met de linkerhand voorzichtig de knieÙn van de zuigeling op de mat te drukken.
4. Met de rechterhand de voetaanslag (2) in een rechte hoek tegen de voetzolen van de zuigeling aanleggen.
5. De lichaamslengte kan aan de markering op de bodem van de meetmat (3) worden afgelezen.

Bij het aanhouden van de bovengenoemde stappen wordt een precisie van ± 5 mm bereikt.

Hygiënische voorbereiding

⚠ WAARSCHUWING!

Infectiegevaar

► Bereid het apparaat met regelmatige tussenpozen hygiënisch voor.

⚠ LET OP!

Schade aan het apparaat

► Gebruik uitsluitend desinfectiemiddelen op basis van alcohol (bijv. 70% ethanol).

► Neem de gebruiksaanwijzing van het desinfectiemiddel in acht.

► Gebruik geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen.

► Reinig het apparaat:
— Bevochtig zo nodig een zachte doek met een mild zeepsopje en neem het apparaat daarmee af.

► Desinfecteer het apparaat:
— Bevochtig een zachte doek met desinfectiemiddel en neem het apparaat daarmee af.

Vóór en na elke meting	Indien nodig
• Oppervlak van de meetmat • Hoofdaanslag • Voetaanslag	Alle andere delen van de meetmat

Technische gegevens

Meetbereik:	100 - 990 mm/4 - 39 inch
Indeling:	5 mm / 1/4 inch
Precisie:	beter dan ± 5 mm
Afmetingen (B x H x D):	300 mm x 140 mm x 1340 mm
Eigengewicht:	ca. 500 g
Temperatuurbereik:	+10 °C tot +40 °C
Medisch hulpmiddel volgens verordening (EU) 2017/745:	klasse I met meetfunctie

Verwijderen van afval

Dit apparaat bevat hoogwaardige grondstoffen die hergebruikt kunnen worden. Verwijder het apparaat conform de plaatselijke wetten en bepalingen in uw land.

Garantie

Voor gebreken, die voortvloeien uit materiaalof fabricagefouten, geldt een garantieperiode van 2 jaar vanaf de levering. Alle beweeglijke delen zoals bijv. batterijen, kabels, voedingseenheden, accu's enz. zijn hiervan uitgesloten. Gebreken die onder de garantie vallen, worden tegen overdracht van de koopkwitantie kosteloos voor de klant verholpen. Met verdere aanspraken kan geen rekening worden gehouden. Transportkosten voor het zenden en terugsturen gaan ten laste van de klant, wanneer het apparaat zich op een andere plaats bevindt, dan de woonplaats van de klant. Bij transportschade kunnen er alleen garantieaanspraken geldend gemaakt worden, wanneer voor de transporten de originele verpakking wordt gebruikt en wanneer het artikel hierin volgens de origineel verpakte toestand beveiligd en bevestigd werd. Bewaar daarom alle verpakkingsdelen.
Er bestaat geen aanspraak op garantie wanneer het apparaat door personen wordt geopend die hiervoor niet uitdrukkelijk door seca werden geautoriseerd.
Klanten in het buitenland adviseren wij zich in geval van garantieaanspraken direct tot de verkoper van het desbetreffende land te richten.

Verklaring van overeenkomst

CE

Hiermede verklaart de seca gmbh & co. kg dat het product in overeenstemming is met de toepasbare Europese richtlijnen. De volledige verklaring van overeenkomst kunt u vinden op: www.seca.com.

Medical Measuring Systems and Scales since 1840

seca gmbh & co. kg
Hammer Steindamm 3–25
22089 Hamburg
Germany

T +49 40 20 00 00 0
F +49 40 20 00 00 50
E info@seca.com

seca operates worldwide with headquarters in Germany and branches in:
seca france
seca united kingdom
seca north america
seca schweiz
seca zhong guo
seca nihon
seca mexico
seca austria
seca polska
seca middle east
seca suomi
seca américa latina
seca asia pacific
seca danmark
seca benelux
seca lietuva

and with exclusive partners in more than 110 countries.

All contact data at
seca.com

17-10-02-222m_2025-12B