seca 210

seca®
Precision for health

Deutsch	Seite 3
Englisch	Page 5
Français	Page 7
Español	Página 9
Italiano	Pagina 11
Dansk	Side 13
Svenska	Sida 15
Norsk	Side 17
Suomi	Sivu 19
Nederlands	Pagina 21
Português	Página 23
Ελληνικά	Σελίδα 25
日本語	ページ27
Polski	Strona 29
Română	Pagina 31

Bruksformål

Den mekaniske baby-høydemåleren hjelper leger å ta beslutninger om diagnose og behandlingsmåte som er basert på pasientens kroppsstørrelse eller vekst.

Sikkerhetsinstruks

⚠ ADVARSEL!

Skader på grunn av fall

Måleapparater for spedbarn plasseres som regel på høytstående arbeidsflater. Dersom spedbarnet faller ned fra arbeidsflaten, kan det bli utsatt for alvorlige irreversible eller dødelige skader.

- ► Kontroller at apparatet står stabilt og plant eller ligger.
- ► La aldri spedbarn være uten tilsyn.

Merking på apparatet og merkeplaten

Tekst/ symbol	Betydning
UK CA xxxx	Apparatet samsvarer med direktivene i Det forente kongeriket xxxx: Teknisk kontrollorgan for medisinsk utstyr i Storbritannia
UK REP	Importør/representant i Storbritannia: seca Ltd 40 Barn Street B5 5QB Birmingham United Kingdom
CH REP	Importør/representant i Sveits: seca ag (schweiz) Medizinische Waagen und Messsysteme Schönmatt Str. 2 CH-4153 REINACH
MD	Medisinsk utstyr i henhold til forordning (EU) 2017/745

Betjening

Måling:

1. Spedbarnet legges på målematten. Spedbarnets hode må ligge inntil målemattens hodeanslag (1).
2. Med høyre hånd skyves fotanslaget (2) i retning av spedbarnets føtter. Med venstre hånd holdes spedbarnet i ro.
3. Benene strekkes ut ved å trykke spedbarnets knær forsiktig ned mot mattens bunn med venstre hånd.
4. Med høyre hånd legges fotanslaget (2) rettvinklet mot spedbarnets fotsåler.
5. Kroppslengden avleses på markeringen på målemattens bunn (3).



Ved å overholde skrittene ovenfor oppnås en nøyaktighet på minst ± 5 mm.

Hygienisk forberedelse

⚠ ADVARSEL!

Infeksjonsrisiko

► Dekontaminer apparatet med jevne mellomrom.

⚠ OBS!

Skader på apparatet

► Bruk kun desinfeksjonsmidler på alkoholbasis (f.eks. 70 % etanol).

► Følg bruksanvisningen for desinfeksjonsmidlet.

► Ikke bruk sterke eller skurende rengjøringsmidler.

► Rengjør apparatet:
— Fukt ved behov en myk klut med mildt såpevann og tørk av apparatet med denne.

► Desinfiser apparatet:
— Fukt en myk klut med desinfeksjonsmiddel, og tørk av apparatet med denne.

Før og etter hver måling	Ved behov
• Målemattens overflate • Hodeanlegg • Anlegg for fot	Alle andre deler av målematten

Tekniske data

Måleområde:	100-990 mm / 4-39 tommer
Deling:	5 mm / 1/4 tomme
Nøyaktighet:	bedre enn ± 5 mm
Dimensjoner (b x h x d):	300 mm x 140 mm x 1340 mm
Egenvekt:	ca. 500 g
Temperaturområde:	+10 °C til +40 °C
Medisinsk utstyr i henhold til forordning (EU) 2017/745:	Klasse I med målefunksjon

Avfallsbehandling

Dette apparatet består av råstoffer av høy kvalitet som kan brukes om igjen. Sørg for at apparatet avfallshåndteres i samsvar med gjeldende lokale lover og forskrifter i ditt land.

Garanti

For mangler som er å tilbakeføre til materialeller produksjonsfeil gjelder en garantifrist på to år fra levering. Alle bevegelige deler, som f.eks. batterier, kabler, nettapparater, oppladbare batterier etc. er unntatt fra garantien.
Mangler som faller inn under garantien, utbedres gratis for kunden mot fremleggelse av kjøpskvitteringen. Andre krav kan ikke imøtekommes. Utgifter til transport frem og tilbake belastes kunden hvis apparatet befinner seg på et annet sted enn kundens adresse.
Ved transportskader kan garantikrav kun gjøres gjeldende hvis hele originalemballasjen brukes under transporten og varen sikres og festes i emballasjen på samme måte som i originalpakket tilstand. Ta derfor vare på alle emballasjedeler.
Garantien ugyldiggjøres hvis apparatet åpnes av personer som ikke er uttrykkelig autorisert av seca.
Kunder i utlandet bes i garantitilfeller ta direkte kontakt med forhandleren i vedkommende land.

Konformitetserklæring

CE

Hermed erklærer seca gmbh & co. kg at produktet er i samsvar med bestemmelsene i de anvendelige europeiske direktivene. Den fullstendige samsvarserklæringen finner du på: www.seca.com.

Medical Measuring Systems and Scales since 1840

seca gmbh & co. kg
Hammer Steindamm 3–25
22089 Hamburg
Germany

T +49 40 20 00 00 0
F +49 40 20 00 00 50
E info@seca.com

seca operates worldwide with headquarters in Germany and branches in:
seca france
seca united kingdom
seca north america
seca schweiz
seca zhong guo
seca nihon
seca mexico
seca austria
seca polska
seca middle east
seca suomi
seca américa latina
seca asia pacific
seca danmark
seca benelux
seca lietuva

and with exclusive partners in more than 110 countries.

All contact data at
seca.com

17-10-02-222m_2025-12B