seca 210

seca®
Precision for health

Deutsch	Seite 3
Englisch	Page 5
Français	Page 7
Español	Página 9
Italiano	Pagina 11
Dansk	Side 13
Svenska	Sida 15
Norsk	Side 17
Suomi	Sivu 19
Nederlands	Pagina 21
Português	Página 23
Ελληνικά	Σελίδα 25
日本語	ページ27
Polski	Strona 29
Română	Pagina 31

用途

機械的な乳児身長計は、患者の体の大きさや成長に基づいて医師が診断や治療法の決定をする際にサポートします。

安全上のご注意

⚠警告!

転落による負傷

乳児の測定装置は、よく高い場所に設置されます。乳児が作業台から落下すると、重傷、取り返しのつかないケガ、致命的負傷を負うおそれがあります。

- ► 製品がしっかりかつ水平に立てられているか置かれていることを確認してください。
- ► 乳児から決して目を放さないでください。


製品および型番プレートに記されているマーク

テキスト/記号	意味
UK CA xxxx	製品はイギリスの指令 xxxx:イギリス医療機器の指定機関
UK REP	輸入業者/イギリスの代表者: seca Ltd 40 Barn Street B5 5QB Birmingham United Kingdom
CH REP	輸入業者/スイスの代表者: seca ag (schweiz) Medizinische Waagen und Messsysteme Schönmatt Str. 2 CH-4153 REINACH
MD	医療機器規則 (EU) 2017/745 に準拠

操作方法

測定の手順:

1. 乳幼児を測定マットの上に寝かせてください。乳幼児の頭を測定マットの頭部ストッパー (1) に置いてください。
2. 乳幼児の足の方向へ、足部ストッパー (2) を右手で引いてください。乳幼児が動かないように、左手で軽く押さえてください。
3. 左手で乳児のひざをマットに慎重に軽く押さえて、脚が伸びるようにしてください。
4. 右手で足部ストッパー (2) を乳児の脚の裏に直角に設定してください。
5. 測定マットのマークの位置で身長を読み取ってください (3)。



上記の測定法に従えば、誤差が±5mm以下の優れた精確度に達します。

衛生管理

⚠ 警告!
感染の危険
► 製品は定期的に衛生処理してください。

⚠ 気をつけて!
製品の破損
► アルコールベース (エタノール70 %など) の消毒剤以外は使用しないでください。
► 消毒剤の取扱説明書に記載されている事項を守ってください。
► クレンザーや刺激性のクリーナーは使用しないでください。

► 製品を清掃します:
– 必要に応じて、柔らかい布を刺激の弱い石鹸液で湿らせ、その布で製品の表面を清掃してください。

► 製品を消毒します:
– – 必要に応じて、柔らかい布を消毒剤で湿らせ、その布で製品の表面を清掃してください。

測定の前後毎回	必要に応じて
• 測定マットの表面 • ヘッドプレート • フットプレート	測定マットのその他のすべての部分

技術データ

計測範囲:	100 - 990 mm / 4 〜 39 インチ
目盛単位:	5 mm / 1/4 インチ
精密度:	± 5 mm
製品寸法 (巾X高X奥行):	300 mm x 140 mm x 1340 mm
本体重量:	約 500 g
周囲温度:	+10 °C 〜 +40 °C
医療機器規則 (EU) 2017/745 に準拠:	第一級計測器

廃棄処分

本装置は、再利用が可能な高価値な材料でできています。装置は、お客様の国の地元の法規に則って廃棄処分してください。

保証

材質または製品の欠陥については、製品が配送されてから一年間の保証期間が適用されます。乾電池、コード、AC アダプター、充電式電池などの可動の部品はこれにあてはまりません。保証が適用される欠陥は無料で修理されます。その場合、領収書の提示が必要です。この条件にあてはまらない要求には応じられません。
お客様の住 所以外の場所か らの運送費は、お客様の負担になります。運送中に生じた欠陥についての保証は、運送が完全な本来の梱包状態にあり、計測器が本来のパッキングで保護されて固定されていた場合にのみ通用します。そのため、梱包部材は全て保管してください。

seca 社から資格を与えられた担当者以外によって器械内部があけられた場合の保証は負いかねます。
海外のお客様の商品保証のケースは、製品をお求めになられた際の担当の店員がうけたまわります。

seca 株式会社
〒262-0011
千葉県千葉市花見川区三角町94-2
電話: 043-216-0850 (代表)
ファックス: 043-216-085

seca corporation
94-2 Sankakucho, Hanamigawaku,
Chiba City, Chiba 262-0011, Japan
Phone: +81 (0) 43-216-0850
Fax: +81 (0) 43-216-0851

Medical Measuring Systems and Scales since 1840

seca gmbh & co. kg
Hammer Steindamm 3–25
22089 Hamburg
Germany

T +49 40 20 00 00 0
F +49 40 20 00 00 50
E info@seca.com

seca operates worldwide with headquarters in Germany and branches in:
seca france
seca united kingdom
seca north america
seca schweiz
seca zhong guo
seca nihon
seca mexico
seca austria
seca polska
seca middle east
seca suomi
seca américa latina
seca asia pacific
seca danmark
seca benelux
seca lietuva

and with exclusive partners in more than 110 countries.

All contact data at
seca.com

17-10-02-222m_2025-12B