GIMA
PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

PORTUGUÊS

PROTETORES LATERAIS

AVISOS
Antes de efetuar qualquer operação, inspecione visualmente a integridade do dispositivo. Caso o produto apresente anomalias, contacte imediatamente o ponto de venda onde foi efetuada a compra. A Erregi s.a.s. não assume qualquer responsabilidade pela utilização indevida do dispositivo. No caso de se verificar um acidente grave relacionado com a utilização do dispositivo, solicita-se que informe a ocorrência ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro onde o utilizador e / ou o paciente está estabelecido.

DESCRIÇÃO
Protetores barreira feitos em diversas versões e com diferentes sistemas de fixação, para garantir a máxima adaptabilidade às necessidades específicas. Fabricados com tecidos emborrachados hidrorrepelentes e ignífugos, e com revestimentos de poliuretano expandido.

FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO
Dispositivos utilizados para evitar os impactos acidentais contra as barreiras rígidas da cama e garantir a segurança a doentes adultos com dificuldades motoras e de controlo.

INDICAÇÕES E PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Utilize sempre o dispositivo vestindo roupas de proteção pessoal.

CONTRAINDICAÇÕES
Não foram detetadas contraindicações exceto em casos de sensibilidade verificada aos materiais constituintes.

COMPOSIÇÃO
TECIDO EXTERNO: Poliéster/Borracha de poliuretano, hidrorrepelente, ignífugo de classe 1
ACOLCHOAMENTO: Poliuretano expandido

MODOS DE LAVAGEM
TECIDO EXTERNO:

			
LAVAR NO MÁXIMO A 95°C	NÃO USAR LIXÍVIA	NÃO PASSAR A FERRO	SECAR EM SECADOR EM TEMPERATURA BAIXA
	UTILIZAR QUALQUER SOLVENTE, EXCETO TETRACLORETO DE MAGNÉSIO		

ACOLCHOAMENTO: LIMPE COM UM PANO MACIO E HUMEDECIDO.

A empresa produtora não se responsabiliza por quaisquer alterações das caraterísticas técnicas do apoio em caso de inobservância dos modos de lavagem.

DESINFEÇÃO
Utilize produtos com supervisão médico-cirúrgica.

CONSERVAÇÃO
Conserve ao abrigo de fontes de luz, calor e humidade.

ELIMINAÇÃO
Elimine o dispositivo de acordo com os regulamentos em vigor relativos à proteção do ambiente e à recolha seletiva de resíduos.

	Código produto		Dispositivo médico
	Número de lote		Fabricante
	Dispositivo médico em conformidade com a regulamento (UE) 2017/745		Consulte as instruções de uso
	Guardar ao abrigo da luz solar		Armazenar em local fresco e seco

	Data de fabrico		Sem látex de borracha natural
	Representante autorizado no Suíço		Distribuído por
	Identificador exclusivo do dispositivo		

NÃO remova a etiqueta do Dispositivo Médico, pois permite a rastreabilidade do produto fornecido (Fabricante, IUD, número do lote, código do produto).

CONDIÇÕES DE GARANTIA GIMA
Aplica-se a garantia B2B padrão GIMA de 12 meses.

Gima 27638

Erregi S.a.s.
Via Adua 40
21040 Vedano Olona (Va)
commerciale@erregiausilimedici.it
www.erregiausilimedici.it
MADE IN ITALY

REF **18/24**

Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in Italy

CH REP **Élite Med Group Sagl**
Via Luigi Lavizzari 4
6850 Mendrisio
Switzerland

MD CE

M27638-Rev.0-09.26