GIMA
PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

ROMÂNĂ

APĂRĂTORI LATERALE

ATENȚIONĂRI
Înaintea efectuării oricărei operațiuni, verificați vizual integritatea dispozitivului. Dacă produsul prezintă anomalii, contactați imediat punctul de vânzare de la care a fost achiziționat.
Erregi sas nu își asumă nicio responsabilitate pentru utilizarea necorespunzătoare a dispozitivului.
În cazul unui incident grav survenit în legătură cu utilizarea dispozitivului, vă rugăm să îl raportați producătorului și autorității competente din statul membru în care este stabilit utilizatorul și/sau pacientul.

DESCRIERE
Apărători laterale moi, realizate în mai multe versiuni și cu diferite sisteme de fixare, pentru a garanta maxima adaptabilitate la necesitățile specifice. Realizate din țesături cauciucate hidrofuge și ignifuge, cu căptușeli din poliuretan expandat.

DESTINAȚIE DE UTILIZARE
Dispozitive utilizate pentru a evita lovirea accidentală de barele laterale rigide ale patului și pentru a garanta siguranța pacienților adulți cu tulburări motorii și de control.

INDICAȚII ȘI PRECAUȚII DE UTILIZARE
Utilizați întotdeauna dispozitivul peste un articol de îmbrăcăminte care să protejeze persoana.

CONTRAINDICAȚII
Nu au fost identificate contraindicații, cu excepția cazurilor de sensibilitate cunoscută la materialele componente.

COMPOZIȚIE
MATERIAL EXTERIOR: Poliester/poliuretan cauciucat, hidrofug, ignifug, clasa 1
CĂPTUȘEALĂ: Poliuretan expandat

MODALITĂȚI DE SPĂLARE
MATERIAL EXTERIOR:

			
SPĂLARE LA MAXIM 95°	NU ÎNĂLBIȚI	NU CĂLCAȚI	USCARE ÎN USCARE LA TEMPERATURI SCĂZUTE
	NU FOLOSIȚI ORICE SOLVENT, CU EXCEPȚIA TETRACLORESTILENEI		

CĂPTUȘEALĂ: CURĂȚAȚI CU O LAVETĂ MOALE UMEZITĂ.
Producătorul nu își asumă răspunderea pentru eventualele modificări ale caracteristicilor tehnice ale dispozitivului, în caz de nerespectare a modalităților de spălare.

DEZINFECTARE
Utilizați produse dezinfectante, autorizate pentru uz medico-chirurgical.

DEPOZITARE
Depozitați produsul ferit de lumină, surse de căldură și umiditate.

ELIMINARE
Eliminați dispozitivul în conformitate cu reglementările în vigoare privind protecția mediului și colectarea selectivă a deșeurilor.

REF	Cod produs	MD	Dispozitiv medical
LOT	Număr de lot		Producător
CE	Dispozitiv medical conform regulamentului (UE) 2017/745		Citiți instrucțiunile de utilizare
	A se păstra ferit de razele soarelui		A se păstra într-un loc răcoros și uscat
	Data fabricației	LATEX	Nu conține latex
CH REP	Reprezentant autorizat în Elveția		Distribuit de
UDI	Identificatorul unic al dispozitivului		

NU îndepărtați eticheta de pe dispozitivul medical, deoarece aceasta asigură trasabilitatea produsului furnizat (producător, UDI, număr de lot și codul produsului).

CONDIȚII DE GARANȚIE GIMA
Se aplică garanția B2B standard Gima, de 12 luni

Gima 27638

Erregi S.a.s.
Via Adua 40
21040 Vedano Olona (Va)
commerciale@erregiausilimedici.it
www.erregiausilimedici.it
MADE IN ITALY

REF **18/24**

Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in Italy

CH REP **Élite Med Group Sagl**
Via Luigi Lavizzari 4
6850 Mendrisio
Switzerland

MD CE

M27638-Rev.0-09.26