GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

LETTI PER DEGENZA
HOMECARE BEDS
LITS MÉDICALISÉS À DOMICILE
CAMAS DE CUIDADO EN EL HOGAR
CAMAS PARA CUIDADOS NO DOMICÍLIO
OIKIAKA KPEBATIA ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
PATURI DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU
SÄNGAR FÖR HEMVÅRD

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.

Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.

Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado

É necessário notificar ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro onde ele está sediado qualquer acidente grave verificado em relação ao dispositivo médico fornecido por nós

Σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό σε σχέση με την ιατρική συσκευή που σας παρέχουμε θα πρέπει να το αναφέρετε στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεστε

Orice accident grav produs, privitor la dispozitivul medical fabricat de firma noastră, trebuie semnalat producătorului și autorității competente în statul membru pe teritoriul căruia își are sediul utilizatorul

Det är nödvändigt att meddela tillverkaren och de behöriga myndigheterna i den berörda medlemsstaten, om alla allvarliga olyckor som inträffat i samband med den medicintekniska utrustning som levererats av oss

GIMA 27683 - 27684 - 27693

Anhui Longway Medical Technology Co., Ltd.
No. 59 Lingji Rd., Industrial Park, Mingguang, Anhui, China
Made in China

REF **LW05202SL - LW05202S - LW05208**

EC REP Lotus NL B.V. Koningin Julianaplein 10, 1 e Verd, 2595AA, The Hague, Netherlands

Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

MD

M27683-M-Rev.2-06.26

1. ALLMN INFORMATION

1.1 Manualens struktur och tillvägagångssätt för konsultation

Instruktionsboken är en integrerad del av leveransen av denna säng.
Manualen är avsedd för kunder, ägare, säkerhetspersonal och underhållspersonal.

1.1.1. Använda Symboler

Följande piktogram återfinns i manualen.

	**Driften får endast utföras av kvalificerad personal eller ett assistanscenter**
	**Läs bruksanvisningen**
	**Procedur som måste utföras av två personer**
	**Varning! Fara**
	**Varning! Viktig information**
	**Använd skyddshandskar**

1.1.2 Avsikt och innehåll

Denna manual tillhandahåller information om korrekt användning, tekniska egenskaper och säkerhetsvarningar; emellertid kan den aldrig ersätta användarens lämpliga erfarenhet.

1.1.3 Underhåll

Denna manual ska hållas tillgänglig på en plats som är välkänd a alla operatörer, skyddad mot fukt, värme och ljus.

1.2 Inledning

1.2.1 Avsedd användning

Anordningen är avsedd att användas endast som säng.
Denna säng är avsedd att användas i privata hem, vårdhem, sjukhus eller gemenskapsmiljöer, av användare över 12 år.
Annorlunda användningsområden övervägs inte.
Denna produkt kan endast paras ihop med de produkter som finns i listan över kompatibla tillbehör.
Användning med andra produkter måste utvärderas i förväg och kan göra garantin ogiltig

2 SÄKERHETSVARNINGAR

2.1 Allmänna bestämmelser

Fortsätt inte med att montera denna produkt innan du har konsulterat denna bruksanvisning.

- Ansvaret för eventuell ändring av produkten som tillverkaren inte är informerad om åligger helt den som utfört ändringen. Ändringar som görs utan tillstånd från Longway Medical Technology Co., Ltd. kommer att ogiltigförklara alla garantier och ogiltigförklara försäkran om överensstämmelse med tillämpliga direktiv.
- Det är förbjudet att använda produkten på ett annat sätt än det som beskrivs i denna bruksanvisning.
- Longway Medical tar inget ansvar för funktionsfel eller skador på föremål och personer på grund av felaktig användning av produkten.
- Operatörer måste noggrant läsa denna manual, följa de givna instruktionerna och bekanta sig med procedurerna för användning och underhåll av denna produkt.
- När patienten inte är under övervakning bör sjukvårdssängen ställas i det nedre läget med räckena uppfällda för att minska risken för fall och skador.
- Undvik all olämplig användning av nätsladden. De faror som uppstår kan till exempel vara veck, snitt och andra mekaniska skador.
- I händelse av att kablar från annan utrustning finns inuti sjukvårdssängen, är det nödvändigt att vidta försiktighetsåtgärder för att undvika att de kläms mellan andra komponenter i sjukvårdssängen.
- På grund av det begränsade utrymmet under sjukvårdssängen är det nödvändigt att använda den med lämpliga lyftanordningar.
- Använd och utför allt underhåll på produkten enligt instruktionerna i denna manual och använd endast reservdelar och assistans som godkänts av Longway Medical.
- Använd inte produkten för andra ändamål än de som den är byggd och designad för.
- Bevara denna manualen för framtida konsultation eller personalutbildning. Den ska medfölja produkten vid försäljning eller i händelse av nya användare.
- Eventuella allvarliga olyckor som inträffat i samband med anordningen ska meddelas tillverkaren och kompetent myndighet i medlemsstaten där användaren och/eller patienten är etablerad

2.2 Föreskrifter för elektrisk fara

Strömförsörjning måste tillhandahållas till maskinen med en skyddad ledning för att undvika överström genom automatisk magneto-termisk brytare och diff; dessa enheter måste ge tillräckligt med el för att skydda storleken på strömkablarna.

- Om förlängningssladdar behövs, måste strömkablarna sluta med en stickpropp som är oupplösligt ansluten eller med andra enheter som kan undvika att vatten kommer in under rengöringsprocessen av sängen.
- Sjukvårdssängen måste vara försedd med lämplig utrustning för att hålla strömkabeln fri från alla rörliga delar eller mekanismer på sjukvårdssängen när denna fungerar, eller när den flyttas, för att undvika skador på strömkabeln.
- Strömkablar måste vara tillräckligt skyddade mot skador som kan uppstå om de kommer i kontakt med en eller flera rörliga delar eller om de skaver mot skarpa vinklar och ytor inuti sjukvårdssängen.

2.3 Föreskrifter för användning

Varningar beträffande användningen av den medicinskteknisk produkten visas nedan.

- Innan du använder de rörliga delarna av sängen, se till att de inte skadar några rör, elkablar, katetrar och andra enheter och se till att de inte kommer att göra användaren obekväm eller i någon form av problematisk situation; se denna handbok för information om proceduren.
- När de tillhandahålls, har hjulen det enda syftet att flytta sängen när sanering, terapi etc. är nödvändigt och de bör hållas bromsade vid alla andra tillfällen.

2.4 Användning

Den dagliga användningen av produkten är endast tillåten när varje säkerhetsfunktion och funktionsdel är välfungerande och korrekt underhållen.
Sängen är avsedd att användas i privata hem eller vårdhem, sjukhus och gemenskapsmiljöer av användare över 12 år.
Den enda möjliga användningen är den som beskrivs i denna manual; vi rekommenderar att du läser instruktionerna noggrant för att vara fullt medveten om produktens funktionalitet.

2.5 Kontraindikation för användning

• Den får inte användas när rörliga delar inte är anslutna eller svetsade eller uppvisar avvikelser.
• Den får inte användas i miljöer som utsätts för vattenstänk eller kritiska och ogynnsamma väderförhållanden.
• Den kan inte användas om defekt uppvisas: detta kan orsaka oväntade situationer av fara.

2.6 Kvarstående risk

Om kraven som anges i denna handbok inte följs
• Risk för att lemmar kläms om lemmar placeras under de rörliga delarna vid nedåtgående rörelser.
• Risk för skada eller brand om de elektriska komponenterna kommer i kontakt med vätskor.
• Risk för skador på produkten om denna utsätts för kritiska eller ogynnsamma väderförhållanden

3. PRODUKTBESKRIVNING

KODER:
LW05202S Standard Elektrisk Hemvårdssäng Ny
LW05202SL Extra Låg Elektrisk Hemvårdssäng Ny
LW05208 Ekonomisk Elektrisk Hemvårdssäng (med träribbor)







3.1 Referens och illustrationer

1. Apstång
2. Handtag
3. Ryggdel
4. Knapp/fjärrkontroll med kabel
5. Hjul med broms
6. Fotplatta
7. Fotdel
8. Sidopaneler
9. Lårdel
10 Bäckendel
11 Madrasstopp
12 Elektriskt ställdon
13 Ström-LED
14 Trendelenburg/Antitrendelenburg aktivering
15 Sängbas höjdjustering
16 Ben-rygg samtidigt justering
17. Justering bendel
18. Justering ryggdel
19. Hjul med broms

Tillverkaren förbehåller sig rätten att göra ändringar av produkten och dess bruksanvisning utan förvarning eller modifiering av tidigare produktioner. Tillverkaren är befriad från allt ansvar för skador som uppstår på grund av felaktig användning av outbildad personal, obehöriga ändringar eller operationer, användning av icke-original reservdelar, exceptionella händelser, total eller partiell underlåtenhet att iaktta instruktionerna som visas i denna manual.

Sängstyrenhet



3.2 Beskrivning

Sängen designades och byggdes för att ge högkvalitativa standarder och stabilitet.
Den medicinsktekniska produkten består av en sängbotten, nämnd applicerad del, en fotgavel och en stödgavel.
Denna treledade, fyrasektionssäng med justerbar höjd har följande egenskaper:

- Fyrkantsmaskig nätram av stål 200x89 cm som är justerbar i höjdled med elektroniska kontroller som finns i 43 eller 86 cm
- Ryggdelen justerbar från 0° till 70° med den elektroniska knappen (24V DC).
- Fast bäckendel
- Bendelen justerbar från 0° till 30° med den elektroniska knappen (24V DC).
- Ryggdelen steglöst justerbar tillsammans med bendelen
- Avtagbara sidolister i trä
- Sänggavel och fotgavel höjd 44 cm
- Denna säng är avsedd att användas i privata hem, vårdhem, sjukhus eller gemenskapsmiljöer, av användare över 12 år. Den kan dock även användas som rumsmöbel i samma miljö. Användning med andra produkter måste utvärderas i förväg.
- Medföljande hjul med broms för sänggavel och fotgavel på 12,5 cm Ø

3.3 Tillval

KOMPONENTKOD	BESKRIVNING
LW10206	N-formad sänglist EXTRA TILLBEHÖR KANSKE INTE FINNS



Användningen av olika typer av madrasser än de som visas kräver att minimihöjden för sidgavlarna och kraven i UNI 60601-2-52-standarden respekteras.
VARNING! — Med hänsyn till patientens säkerhetsanordningar avsäger sig tillverkaren allt ansvar vid användning av en annan typ av madrass som inte överensstämmer med den lägsta höjden på sidgavlarna enligt UNI 60601-2-52-standarden

3.4 Teknisk specifikation

3.4.1 Teknisk specifikation

	LW05202S LW05202SL	LW05208
Sängens vikt	120 Kg	108 kg
Max kapacitet (madrass + användare + tillbehör)	180 Kg	180kgs
Max storlek	2150 x 1020 mm	2120 x 1030mm
Sängbasens höjd från golvet (min/max)	380/790 mm 270/680mm(LW-05202SL)	380/790 mm
Ryggstöd/fotgavel höjd	560mm	560mm
Sängbasens storlek	2000x 900 mm	2000x900mm
Huvuddel	790 x 715 mm	790x 715 mm
Bäckendel	860 x 205 mm	860x 205 mm
Bendel	790 x 295 mm	790x 295 mm
Fotdel	790 x 440 mm	790x 440 mm
Vinkel rörelse av ryggdelen (max)	70°	70°
Vinkel rörelse av bendelen (max)	25°	25°
Rörelse bendelen höjd från sängbasen (max)	210mm	210mm
Förvarings och förpacknings-temperatur (i torr miljö)	-10÷ 50°C	-10÷ 50°C

Temperaturområde i användningsmiljön	10÷ 50°C	10÷ 50°C
Madrassens vikt (max)	30 Kg	30 Kg
Användarens vikt (max)	135 Kg	
Förpackningsstorlekar HUVUDGAVEL/FOTGAVEL + SÄNGFJÄDER	1240 x 410/450(B) x 960 mm(LW05202(S); 1240x390/410(B) x930(LW05207)	1240 x 410/450(B) x 960 mm(LW05203); 1240x390/410 (B) x930 (LW05208)
Förpackningsstorlekar SIDO-PANELER	2050 x 150 x 110 mm	2050 x 150 x 110 mm
Förpackningsstorlekar APSTÅNG	2074 x 400 x 400 mm	2074 x 400 x 400 mm

3.4.2 Elektriska komponenter
Matningsspänning 230V AC
Driftsspänning 24V DC
MAX strömförbrukning 220 W
MAX dragkraft ställdon 6000 N
MAX handkontroll spänning 24V DC

4. MONTERING

4.1 Uppackning
Bruksanvisningen är en integrerad del av leveransen.
Manualen är avsedd för kunder, ägare, säkerhetspersonal och underhållspersonal.

Använda symboler
Följande piktogram återfinns i manualen.

Sängen levereras demonterad i sina delar i 2 lådor. Se till att alla komponenter är i gott skick innan du fortsätter

När den förpackade produkten transporteras med en vagn, var noga med att undvika skador från oavsiktlig rullning



Öppna förpackningen och extrahera innehållet med aktsamhet, se till att det inte skadas

Efter att ha packat upp produkten, se till att den inte är skadad; annars, kontakta den auktoriserade återförsäljaren. Skador orsakade vid felaktig transport, uppackning eller montering täcks inte av garantin

Sängens komponenter:

BOX 1



Sängbas och motor med inbyggd styrenhet



Huvudgavel och fotgavel

BOX 2



Sidoskenor I trä

Proceduren får endast utföras av kvalificerad personal.

4.2 Montering

Produkten måste transporteras enligt anvisningarna på förpackningen; om manuell hantering är nödvändig, kom ihåg att en operatör kan bära en maxlast på 25 kg

Lyft och flytta sängen långsamt för att undvika skador från biomekanisk överbelastning av ryggraden. Om det är nödvändigt att flytta produkten. Rekommenderar vi användning av skyddshandskar och närvaro av minst två operatörer för att lyfta produkten

Monteringen av den medicinsktekniska produkten måste utföras av minst två operatörer för att undvika skador på föremål eller personer

Använd skyddshandskar

Anordningen levereras nedmonterad

Sängbas
- Sätt in de två insatserna i änden av sängbasen,
huvudsidan. Insatserna ska monteras så att en av dem sticker ut mer än den andra.
- Dra åt de två bultarna något på huvudsidan



- Skjut sängbasen, fotsidan, mot de två insatserna.
- Dra åt de två bultarna på fotsidan.
- Dra åt alla bultar fullständigt.

Motor och inbyggd styrenhet
- När sängbasen är monterad, innan du går vidare och fäster den på sänggaveln och fotgaveln, måste sängbotten vändas så att dess krokar pekar uppåt.

För LW05208
- Börja från denna position av sängbotten, fortsätt med monteringen av motorenheten genom att trycka och se till att den är fäst vid de två stiften
- Skjut ut de två locken från skårorna, där krokarna för sängen ska placeras
- Vänd motorn och matcha skårorna med de två krokarna som sticker ut krokar och tryck på.
- Sätt tillbaka de två locken i motorn över krokarna för att säkra dem



Innan du placerar krokarna, var uppmärksam på ikonerna som är fästa på motorn för att säkerställa korrekt riktning



HUVUDSIDA



BENSIDA

Styrenheten är fäst på huvudsängplattan
Etiketter finns på styrenheten med symboler som illustrerar anslutningspunkten för motorn och styruttagen. Implementera länkarna enligt följande matchningar:



M1	Huvudmotor
M2	Fotmotor
M3	Motor benstödslyft
M4	Motor ryggstödslyft
Handset	Handstyrenhet

Montering av HUVUDGAVEL/FOTGAVEL
• Haka fast sängbasen på sänggaveln / fotgaveln och tryck hårt för att blockera den på plats
• Dra åt skruvarna



KABELMONTERING För LW05208
23. Sänggavelns motoranslutning
24. Fotgavelns motoranslutning
25. Fjärranslutning



Anslut motorn på huvudgaveln







För LW05202S/LW05202SL
För att förhindra att kablar skadas när motorerna aktiveras, följ instruktionerna nedan:
• Anslut kablarna till huvud-/fotmotorerna direkt på styrenheten.
• Anslut höjdjusteringsmotorkablarna som finns i huvudena direkt på styrenheten
• Anslut fjärrkontrollkabeln till styrenheten
• Anslut nätkabeln till den allmänna 230V-strömförsörjningen.
• För huvud-/fotmotorerna till ett högt läge.
• Utför alla sektionsrörelser, madrassplattform och trendelenburg för att kontrollera om det finns störningar mellan kablar och rörliga delar.
• Se till att alla kablar är fria och utan risk att trassla in sig i rörliga delar av sängen
Sätt i apstången (öglor från reservdelslådan)







För att undvika skador på kablarna när motorn startar, följ noggrant följande instruktioner:
- Anslut kablarna för sänggaveln/fotgaveln direkt till den centrala motorenheten
- Anslut fjärrkabeln till den centrala motorenheten
- Anslut nätkabeln till en 230V allmän elförsörjning
- Placera huvudgavel-/fotgavelmotorerna i ett högt läge
- Utför rörelser av sektionerna, madrassplattformen och trendelenburg för att verifiera eventuell interferens mellan kablarna och de rörliga delarna
- Se till att alla kablar är fria från risk för intrassling med sängens rörliga delar

Var försiktig när du hanterar fotgaveln, risken för klämning och skador på produkten är verklig om den justerbara fotlyften inte är ordentligt låst i huvud- eller fotgaveln

Dra ut stickkontakten ur uttaget innan du flyttar sängen

Montering av SIDOPANELER
- Lyft sängbasen ca 1/4 för att underlätta införandet av panelerna
- Sätt in panelerna underifrån tills anslagen klickar på plats



Förvara den elektromedicinska anordningen på ett ställe där kontakten lätt kan kopplas bort från uttaget

5. ANVÄNDNING

5.1 Användning av den medicinskteknika produkten

Förvara den elektromedicinska enheten på ett ställe där kontakten lätt kan kopplas bort från uttaget

Fjärrkontrollen är försedd med säkerhetslås tack vare en magnet som slås på automatiskt.
När anordningen inte har använts under mer än 30/40 sekunder

Enheten är inte försedd med en huvudströmbrytare, anslut bara till eluttaget för att komma åt alla funktioner. Att dra stickkontakten ur eluttaget fungerar som nödhjälp på strömförsörjningen

Sängen måste ställas på lägsta höjd och sidogavlarna höjas när sängen är utan uppsikt för att minska risken för fall



13. Strömled
14. Trendelenburg/Anti -trendelenburg aktivering
15. Höjdjustering av sängbasen
16. Ben-rygg samtidigt justering
17. Justering av bensektionen
18. Ryggjustering
19. Hjul med broms



Ström-LED (grön innebär på)



Lysdiod för kommandomottagning (röd innebär på)



Säkerhetslås magnet handset



Varning! symbolen lyser när en av komponenterna i anordningen flyttas av de elektriska motorerna

För att flytta sidolisterna i trä är det nödvändigt att trycka på den bruna knappen som aktiverar låsstiftet på sänggaveln och fotgaveln, fortsätt sedan enligt följande:
- LYFT: ta tag i en ände av panelen och dra upp den högre träsidolisten för att aktivera låsstiftet; om detta klickar har kopplingen lyckats.
Upprepa denna operation för huvudgaveln och sedan fotgaveln eller vice versa.
- SÄNKNING: ta tag i en ände av sidolisten, tryck på den bruna knappen och sänk sedan skenan hela vägen ned. Upprepa denna operation med den andra änden.
Så här aktiverar du apstången:
Sätt in apstången på den medföljande kroken på sängbasen och se till att föra in låsstoppen i de högra hålen på kroken.

6. FELSÖKNING

När operationer representeras av denna symbol måste de utföras av kvalificerad personal.

BESVÄR	LÖSNING
Sängen svarar inte på UPP/ NER-kommandot;	- Kontrollera att kontakten är korrekt ansluten - Upprepa aktiveringsprocessen för fjärrkontrollen - Verifiera och rengör kontakterna - Minska belastningen
LED-kommandot på fjärrkontrollen fungerar inte;	- Byt ut lysdioden
Batteriet laddas inte ordentligt;	- Kontakta den tekniska servicetjänsten
Anordningen rör sig intermittent;	- Ta bort rörelsekontakterna från fjärrkontrollen och rengör kontakterna med en torr spritdyna - Kontakta teknisk assistans
Panelerna är inte korrekt insatta;	- Smörj maskinen - Kontakta teknisk assistans
Ovanliga ljud när enheten är igång	- Kontakta teknisk assistans

7. RUTINUNDERHÅLL

Dessa procedurer kan utföras av användaren.
Enheten behöver ordinärt underhåll precis som alla andra produkter, så att den underhålls i säkert och perfekt fungerande skick.
Mat, hår och andra ackumulerande skräp - som damm - måste avlägsnas dagligen; en hushållsdammsugare kan användas för denna operation.
Följande tabell visar den rekommenderade frekvensen för underhållsoperationer. Konstant övervakning och uppmärksamhet från användaren ska uppmuntra till att utföra de faktiska nödvändiga operationerna.

7.1 Rutinunderhållstabell

FREVENS	
6 månader	**Rengöring av metalldelar** Fortsätt med att rengöra dessa delar efter användning och behov **Rengöring av plastdelar** Fortsätt med att rengöra dessa delar efter användning och behov **Rengöring av trädelar** Fortsätt med att rengöra dessa delar efter användning och behov
1 år	**Allmän kontroll** • Kontrollera hjulen och dra åt bultarna • Kontrollera färgen för rost eller flagning • Kontrollera att plastdelarna är intakta och slitaget, överväg att byta ut vid behov • Kontrollera om elmotorerna fungerar som de ska och smörj skruvarna
Om överlåten till tredje part eller återställd	**Desinfektion** **Varning! Desinfektionsmedel måste endast användas av särskilt kvalificerad personal** Desinfektionen av denna apparat måste utföras av specialiserade centra i enlighet med anvisningarna från den behöriga hälsomyndigheten. Kontakta den auktoriserade tekniska supporttjänsten för mer information.

7.2 Rengöring av metalldelar

Målade metalldelar kan endast rengöras med sprayer för hushållsbruk om de är alkoholfria och lösningsmedelsfria, alkohol och lösningsmedel kan missfärga eller skada lacken.
Förkromade delar kan rengöras med vanliga hushållsprodukter och sedan torkas noggrant.

7.3 Rengöring av plastdelar

Plastdelar kan rengöras med ett vanligt plastrengöringsmedel enligt produktens instruktioner och kontraindikationer. Undvik lösningsmedelsbaserade och alkoholbaserade produkter.
Använd inte strålar och undvik att stänka vatten.

7.4 Rengöring av trädelar

Trädelar kan rengöras med ett vanligt icke blekande rengöringsmedel, enligt instruktionerna och kontraindikationerna för produkten. Undvik lösningsmedelsbaserade och alkoholbaserade produkter.
Använd inte strålar och undvik att stänka vatten.

7.5 Byte av slitna delar

Proceduren för utbyte av slitna delar får endast utföras av kvalificerad personal

Om det under den minst årliga rutininspektionen upptäcks skadade eller slitna delar, ska dessa omedelbart bytas ut enligt rekommendation från besiktningspersonalen. Vi rekommenderar att en oberoende inspektion genomförs minst var 12:e månad.
Originalreservdelar ska användas vid byte av skadade delar, vi kan inte ta ansvar för skador på föremål eller personer om detta inte följs.
Lista över vanliga väsentliga reservdelar:
• plattformens elmotorsats
• handenhet
• länkhjul med broms
• Huvudgavel/fotgavel-motor

VARNING! Allt underhåll och/eller användare och fritt från alla tillbehör (linne, madrass, paneler, etc.) och BOTTKOPPLAD. utbyte måste utföras uteslutande när sängen inte används av

7.6 Lagring

Om den medicinsktekniska produkten förblir oanvänd under en längre tid, måste den förvaras i en torr miljö på avstånd från direkt solljus och fukt för att undvika skador på apparaten.
Se till att den medicinsktekniska produkten hålls i perfekt rent skick.

7.7 Avfallshantering

Innan du fortsätter med demontering måste enheten kopplas ur.



Denna symbol på enheten betyder att produkten vid slutet av sin livslängd måste samlas in separat från hushållsavfall i enlighet med det europeiska direktivet 2012/19/EU om elektriskt och elektroniskt avfall (RAEE).



Förpackningsmaterialet är 100 % återvinningsbart. Följ lokala föreskrifter för avfallshantering.



Förpackningsmaterialet (plastpåsar, polystyren, etc.) måste förvaras utom räckhåll för barn som potentiell fara.

För ytterligare information om behandling, återvinning och återanvändning av denna produkt, vänligen kontakta den lokala myndigheten i enlighet med tillämplig lag.

8 FÖRVÄNTAD LIVSLÄNGD

Den genomsnittliga livslängden för din hemvårdssäng är 5 år. Beroende på frekvens och sätt att använda och underhålla kommer livslängden på din hemvårdssäng att öka eller minska.

SYMBOLER LEGEND

	Tillverkare
	Tillverkningsdatume
	Produktkod
	Satsnummer
	Auktoriserad representant i Europeiska gemenskapen
	Varsamhet: läs anvisningarna (varningar) noga
	Följ bruksanvisningen
	Den medicintekniska produkten överensstämmer med förordning (EU) 2017/745
	Medicinteknisk produkt
	Unik identifierare för enheten
	Avfallshantering av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE)
	Importerad av
	Förvara svalt och torrt
	Förvaras åtskilt från solljus
	Temperaturgräns

GARANTIVILLKOR GIMA
Man tillämpar standard garanti B2B Gima på 12 månader



Bortskaffande: *Produkten får inte bortskaffas med annat hushållsavfall.Användarna ska bortskaffa utrustningarna som ska skrotas , genom att ta dem till en uppsamlingsplats, som anges för återvinning av elektriska och elektroniska utrustningar.*