GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

ASTE PORTAFLEBO
I.V STANDS
PIED À PERFUSION
INFUSIONSSTÄNDER
POSTE DE GOTEO INTRAVENOSO
HASTES SUPORTE DE SORO

27841/27843 **27842**



- È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.
- All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.
- Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.
- Jeder schwere Unfall im Zusammenhang mit dem von uns gelieferten medizinischen Gerät muss unbedingt dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem das Gerät verwendet wird, gemeldet werden.
- Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.
- É necessário notificar ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro onde ele está sediado qualquer acidente grave verificado em relação ao dispositivo médico fornecido por nós.

REF **27841 – 27842 – 27843**

Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in Italy

CH REP Medicare AG, Hauptstr.51
5024 Kuttigen, Schweiz
CHRN-AR-20002506

UK REP Maclin Power Ltd
20 Wenlock Road London N1 7GU
England, United Kingdom

MD

M27841-M-Rev.4-05.26

27841 POSTE DE GOTEO INTRAVENOSO 2 GANCHOS
27842 POSTE DE GOTEO INTRAVENOSO 4 GANCHOS
27843 POSTE DE GOTEO INTRAVENOSO ALUMINIO 2 GANCHOS

INTRODUCCIÓN

A los efectos del reglamento (UE) 2017/745, el producto está incluido en los DISPOSITIVOS MÉDICOS DE CLASE I. Se aconseja leer detenidamente el siguiente manual antes de usar el producto.

DESCRIPCIÓN

Poste de goteo telescópico de 2/4 ganchos para el soporte de bolsas e infusiones intravenosas destinadas al paciente. Compuesto por dos tubulares coaxiales en acero cromado o aluminio. Tubular superior ajustable en altura hasta 210 cm mediante botón de plástico. Provisto de base de plástico negro con 5 ruedas Ø 50 mm. El dispositivo es una ayuda para el cuidado del paciente encamado o con límites de autonomía funcional.

COMPONENTES:

- *n.1 Tubular sección 25 x 1 L.980 mm*
- *n.1 Tubular sección 20 x 1 L.1480 mm*
- *n.1 botón de ajuste de plástico*
- *n.1 soporte para cesta de goteo intravenoso*
- *n.1 base de plástico negro de 5 radios sobre ruedas*

Bolsa con material de montaje

Para códigos 27841/27843:
- *n. 1 soporte de plástico de 2 ganchos para cesta goteo intravenoso (código artículo 27845)*
- *n. 5 ruedas Ø 50 mm*
- *n.1 tornillo de mariposa M6 x 30*
- *tapón negro para base*

Para código 27842:
- *n. 1 soporte de acero cromado de 4 ganchos para cesta goteo intravenoso (código artículo 27846)*
- *n. 5 ruedas Ø 50 mm*
- *n.1 tornillo de mariposa M6 x 30*
- *tapón negro para base*

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. *Aferrar las ruedas y encajarlas en la base.*

2. *Aferrar el tubular con sección mayor (25 x 1.2) dotado de botón e introducirlo primero en el tapón negro, sucesivamente en la base y fijar las piezas mediante el tornillo de mariposa en la zona por debajo la base.*

3. *Aferrar el tubular con sección 20 x 1, introducirlo en el tubular inferior y sujetarlo a la altura deseada mediante el botón de ajuste.*

4. *Para los códigos 27841/27843 aferrar el soporte de plástico con 2 ganchos y ejerciendo presión introducirlo en el extremo superior del tubular. En caso de necesidad se puede usar un martillo blando para introducirlo hasta el fondo.*

5. *Para el código 27842 fijar el soporte de 4 ganchos mediante la arandela suministrada.*

DATOS TÉCNICOS:

Medidas	**27841 – 27842**	Altura ajustable 160-210 cm
	27843	Altura ajustable 165-210 cm
Peso	**27841**	2,900 kg
	27842	3,150 kg
	27843	2,080 kg
Capacidad máxima	**27841 – 27843**	Gancho de plástico 5 kg por gancho
	27842	Gancho de acero 2 kg por gancho

ADVERTENCIAS DE USO

- **Fijar bien usando la tornillería suministrada.**
- **Comprobar que las tuercas del bloqueo estén bien ajustadas.**
- **Asegurarse de que las piezas de encastre están bloqueadas en sus respectivos alojamientos.**
- **Atenerse a las capacidades máximas indicadas en las fichas técnicas.**
- **Evitar el contacto directo con heridas abiertas.**
- **No adecuada para el uso en ambientes abiertos.**

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

- Utilizar sólo recambios originales.
- Controlar periódicamente todos los puntos de fijación.
- Para conservarlo del mejor modo, se aconseja evitar la exposición prolongada a los rayos solares; el contacto con ambientes salinos; el depósito en ambientes muy húmedos.
- Lavar las superficies de acero inox con agua con jabón y usar desinfectantes adecuados.
- Enjuagar con un paño mojado y secar con cuidado.
- No derramar en las superficies detergentes a base de cloro o amoniaco, sustancia grasas y oleosas.
- No usar para la limpieza herramientas que contengan hierro. Si es necesaria la desinfección, usar sólo productos idóneos no corrosivos.

	*Conservar al amparo de la luz solar*		*Producto sanitario conforme con el reglamento (UE) 2017/745*		*Conservar en un lugar fresco y seco*
	*Código producto*		*Consultar las instrucciones de uso*		*Fabricante*
	*Fecha de fabricación*		*Número de lote*		*Producto sanitario*
	*Precaución: lea las instrucciones (advertencias) cuidadosamente*		*Identificador de dispositivo único*		*Representante autorizado en la comunidad suiza*
	*Representante autorizado en Gran Bretaña*				

CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA

Se aplica la garantía B2B estándar de Gima de 12 meses