GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

ASTE PORTAFLEBO
I.V STANDS
PIED À PERFUSION
INFUSIONSSTÄNDER
POSTE DE GOTEO INTRAVENOSO
HASTES SUPORTE DE SORO

27841/27843 **27842**



- È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.
- All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.
- Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.
- Jeder schwere Unfall im Zusammenhang mit dem von uns gelieferten medizinischen Gerät muss unbedingt dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem das Gerät verwendet wird, gemeldet werden.
- Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.
- É necessário notificar ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro onde ele está sediado qualquer acidente grave verificado em relação ao dispositivo médico fornecido por nós.

REF **27841 – 27842 – 27843**

Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in Italy

CH REP Medicare AG, Hauptstr.51
5024 Kuttigen, Schweiz
CHRN-AR-20002506

UK REP Maclin Power Ltd
20 Wenlock Road London N1 7GU
England, United Kingdom

MD

M27841-M-Rev.4-05.26

27841 ASTA PORTAFLEBO 2 GANCI
27842 ASTA PORTAFLEBO 4 GANCI
27843 ASTA PORTAFLEBO ALLUMINIO 2 GANCI

INTRODUZIONE
Ai fini del regolamento (UE) 2017/745, il prodotto rientra nei DISPOSITIVI MEDICI DI CLASSE I. Si consiglia di leggere attentamente il seguente manuale prima di utilizzare il presidio.

DESCRIZIONE
Asta porta flebo telescopica a 2/4 ganci per il sostegno di sacche ed infusioni intravenose destinate al paziente. Costituita da due tubolari coassiali in acciaio cromato o alluminio. Tubolare superiore regolabile in altezza fino 210 cm tramite manopola in plastica. Dotata di base in plastica nera a 5 ruote Ø 50 mm. Il dispositivo è un ausilio per la cura del paziente allettato o con limiti nell'autonomia funzionale.

COMPONENTI:
- *n.1 tubolare sezione 25x1 L.980 mm*
- *n.1 tubolare sezione 20x1 L.1480 mm*
- *n.1 manopola di regolazione in plastica*
- *n.1 supporto per cestello flebo*
- *n.1 base in plastica nera a 5 raggi su ruote*

Sacchetto con materiale di montaggio

Per codici 27841/27843:
- *n. 1 supporto in plastica a 2 ganci per cestello flebo (codice articolo 27845)*
- *n. 5 ruote Ø 50 mm*
- *n.1 vite a farfalla M6x30*
- *tappo nero per base*

Per codice 27842:
- *n. 1 supporto in acciaio cromato a 4 ganci per cestello flebo (codice articolo 27846)*
- *n. 5 ruote Ø 50 mm*
- *n.1 vite a farfalla M6 x 30*
- *tappo nero per base*

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. Prendere le ruote e inserirle ad incastro nella base.

2. Prendere il tubolare con sezione maggiore (25 x 1.2) dotata di manopola ed inserirlo prima nel tappo nero, successivamente nella base e fissare le parti tramite vite a farfalla nella zona sottostante la base.

3. Prendere il tubolare con sezione 20 x 1 inserirlo all'interno di quello inferiore e fermarlo all'altezza desiderata tramite la manopola di regolazione.

4. Per i codici 27841/27843 prendere il supporto in plastica a 2 ganci e facendo pressione inserirlo all'estremità superiore del tubolare. In caso di necessità usare un martello morbido per inserirlo fino a fine in fondo.

5. Per il codice 27842 fissare il supporto a 4 ganci tramite la rotella in dotazione.

DATI TECNICI

Misure	**27841 – 27842**	Altezza regolabile 160-210 cm
	27843	Altezza regolabile 165-210 cm
Peso	**27841**	2,900 kg
	27842	3,150 kg
	27843	2,080 kg
Portata massima	**27841 – 27843**	Gancio in plastica 5 kg per gancio
	27842	Gancio in acciaio 2 kg per gancio

AVVERTENZE D'USO

- **Fissare bene tramite la viteria in dotazione.**
- **Verificare che i dadi del bloccaggio siano ben stretti.**
- **Assicurarsi che le parti ad incastri siano bloccati nei propri alloggiamenti.**
- **Attenersi alle portate massime indicate nelle schede tecniche.**
- **Evitare il contatto diretto con ferite aperte.**
- **Non adatto all'uso in ambienti aperti.**

MANUTENZIONE E PULIZIA

- Utilizzare solo ricambi originali.
- Controllare periodicamente tutti i punti di fissaggio.
- Per conservarlo al meglio, si consiglia di evitare l'esposizione prolungata ai raggi solari; il contatto con ambienti salini; il deposito in ambienti molto umidi.
- Lavare le superfici in acciaio inox con acqua saponata ed usare disinfettanti appositi.
- Risciacquare con un panno bagnato ed asciugare con cura.
- Non versare sulle superfici detergenti a base di cloro o ammoniaca, sostanze grasse ed oleose.
- Non usare per la pulizia utensili contenenti ferro. Se necessaria la disinfezione usare solo prodotti idonei non corrosivi.

	*Conservare al riparo dalla luce solare*		*Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745*		*Conservare in luogo fresco ed asciutto*
	*Codice prodotto*		*Leggere le istruzioni per l'uso*		*Fabbricante*
	*Data di fabbricazione*		*Numero di lotto*		*Dispositivo medico*
	*Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso*		*Identificatore univoco del dispositivo*		*Rappresentante autorizzato nella Comunità elvetica*
	*Rappresentante autorizzato nel Regno Unito*				

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.