GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

ASTE PORTAFLEBO
I.V STANDS
PIED À PERFUSION
INFUSIONSSTÄNDER
POSTE DE GOTEO INTRAVENOSO
HASTES SUPORTE DE SORO

27841/27843 **27842**



- È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.
- All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.
- Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.
- Jeder schwere Unfall im Zusammenhang mit dem von uns gelieferten medizinischen Gerät muss unbedingt dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem das Gerät verwendet wird, gemeldet werden.
- Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.
- É necessário notificar ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro onde ele está sediado qualquer acidente grave verificado em relação ao dispositivo médico fornecido por nós.

REF **27841 – 27842 – 27843**

Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in Italy

CH REP Medicare AG, Hauptstr.51
5024 Kuttigen, Schweiz
CHRN-AR-20002506

UK REP Maclin Power Ltd
20 Wenlock Road London N1 7GU
England, United Kingdom

MD

M27841-M-Rev.4-05.26

27841 HASTE SUPORTE DE SORO 2 GANCHOS
27842 HASTE SUPORTE DE SORO 4 GANCHOS
27843 HASTE SUPORTE DE SORO ALUMÍNIO 2 GANCHOS

INTRODUÇÃO
Nos termos do Regulamento (UE) 2017/745, o produto enquadra-se nos DISPOSITIVOS MÉDICOS DA CLASSE I. Aconselhamos a leitura atenta deste manual antes de utilizar o dispositivo.

DESCRIÇÃO
Haste telescópica para soro com 2/4 ganchos para suporte de bolsas e infusões intravenosas destinadas ao paciente. Composto por dois tubos coaxiais em aço cromado ou alumínio. Tubo superior regulável em altura até 210 cm usando o manípulo de plástico. Dotada de base de plástico preto com 5 rodas de Ø 50 mm. O dispositivo é um auxílio para o cuidado ao paciente acamado ou com limites de autonomia funcional.

COMPONENTES:
- *n. 1 Tubo secção 25 x 1 C.980 mm*
- *n. 1 Tubo secção 20 x 1 C.1480 mm*
- *n. 1 Manípulo de regulação em plástico*
- *n. 1 suporte para cesto de soro*
- *n. 1 Base de plástico preto com 5 raios sobre rodas*

Saco com material de montagem

Para os códigos 27841/27843:
- *n. 1 suporte de plástico com 2 ganchos para porta-soro (código de artigo 27845)*
- *n. 5 rodas Ø 50 mm*
- *n. 1 parafuso de orelhas M6 x 30*
- *tampo preto para base*

Para código 27842:
- *n. 1 suporte em aço cromado com 4 ganchos para porta-soro (código de artigo 27846)*
- *n. 5 rodas Ø 50 mm*
- *n. 1 parafuso de orelhas M6 x 30*
- *tampo preto para base*

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

1. *Agarre nas rodas e encaixe-as na base.*
2. *Agarre no tubo com a secção maior (25 x 1.2) dotado com o manípulo e insira-o primeiro no tampo preto, de seguida na base e fixe as peças usando o parafuso de orelhas na zona por baixo da base.*
3. *Agarre no tubo com a secção 20 x 1 e insira-o dentro do tubo inferior e prenda-o à altura desejada usando o manípulo de regulação.*
4. *Para os códigos 27841/27843, agarre no suporte de plástico com 2 ganchos e, pressionando-o, insira-o na extremidade superior do tubo. Em caso de necessidade, use um martelo de borracha para o inserir até ao fim.*
5. *Para o código 27842, fixe o suporte com 4 ganchos usando a rodela em dotação.*

DADOS TÉCNICOS

Medidas	**27841 – 27842**	Altura regulável 160-210 cm
	27843	Altura regulável 165-210 cm
Peso	**27841**	2,900 kg
	27842	3,150 kg
	27843	2,080 kg
Capacidade máxima	**27841 – 27843**	Gancho em plástico 5 kg por gancho
	27842	Gancho em aço 2 kg por gancho

AVISOS DE UTILIZAÇÃO

- **Fixe bem usando os parafusos em dotação.**
- **Verifique se as contraporcas estão bem apertadas.**
- **Certifique-se de que as peças de encaixe estão presas nos seus locais apropriados.**
- **Respeite as capacidades máximas indicadas nas fichas técnicas.**
- **Evite o contacto direto com feridas abertas.**
- **Não está adequado para uso ao ar livre.**

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

- Utilize apenas peças sobressalentes originais.
- Inspecione periodicamente todos os pontos de fixação.
- Para a conservar nas melhores condições, é aconselhável evitar a exposição prolongada à luz solar, o contacto com ambientes salinos e o armazenamento em ambientes muito húmidos.
- Lave as superfícies de aço inoxidável com água e sabão e use desinfectantes específicos.
- Enxagúe com um pano molhado e seque com cuidado.
- Não deite nas superfícies detergentes à base de cloro ou amoníaco, substâncias gordurosas e oleosas.
- Na limpeza não use utensílios que contenham ferro. Se for necessária a desinfestação, use apenas produtos adequados não corrosivos.

	*Guardar ao abrigo da luz solar*		*Dispositivo médico em conformidade com a regulamento (UE) 2017/745*		*Armazenar em local fresco e seco*
	*Código produto*		*Consulte as instruções de uso*		*Fabricante*
	*Data de fabrico*		*Número de lote*		*Dispositivo médico*
	*Cuidado: leia as instruções (avisos) cuidadosamente*		*Identificador exclusivo do dispositivo*		*Representante autorizado na comunidade suíça*
	*Representante autorizado na Grã-Bretanha*				

CONDIÇÕES DE GARANTIA GIMA

Aplica-se a garantia B2B padrão GIMA de 12 meses.