GIMA
PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

HRVATSKI

SILIKONSKI ŠTITNICI ZA PETE I PUTNI JASTUK OD ŠUPLJIH VLAKANA

UPOZORENJA
Prije izvođenja bilo kakve operacije, vizualno provjerite integritet uređaja. Ako proizvod pokazuje bilo kakve anomalije, odmah se obratite prodajnom mjestu gdje ste obavili kupnju. Erregi sas ne preuzima nikakvu odgovornost za nepravilnu upotrebu uređaja.
U slučaju ozbiljnog incidenta povezanog s korištenjem uređaja, molimo vas da prijavite incident proizvođaču i nadležnom tijelu države članice u kojoj se korisnik i/ili pacijent nalazi.

OPIS
Pamučni uređaj za ublažavanje pritiska s punjenjem od šupljih silikonskih vlakana. Neki uređaji imaju čičak pričvršćivanje.
Visoka otpornost i visoka prozračnost omogućuju učinkovito djelovanje u sprječavanju nastanka dekubitusa.
NAMJENA
Sprječavanje dekubitusa kod odraslih pacijenata s ciljem smanjenja vršnih tlakova, smanjenja sila smicanja i trenja te poticanja cirkulacije zraka.
INDIKACIJE I MJERE OPREZA ZA UPORABU
Medicinski proizvod indiciran za sprječavanje dekubitusa, koji se koristi nakon kliničke procjene koju provodi liječnik specijalist. Postavite uređaj na zahvaćeni dio tijela i pričvrstite ga čičak trakama gdje ih ima. Preporučuje se redovito praćenje zahvaćenog područja, često pomicanje pacijenta i posvećivanje posebne pozornosti higijeni.
U tu svrhu preporučljivo je konzultirati protokole i smjernice za sprječavanje dekubitusa.
Uvijek koristite uređaj dok nosite zaštitnu odjeću. Proizvod nije otporan na vatru.
KONTRAINDIKACIJE
Nisu utvrđene kontraindikacije osim u slučajevima poznate preosjetljivosti na sastojke.
SASTAV
VANJSKA PODSTAVA: Pamuk
PODLOGA: Silikonizirana šuplja vlakna
NAČIN PRANJA

PRANJE MAKS. 40 °C	NE IZBJELJIVATI	NE PEGLATI	NE KORISTITI SUŠILICU ZA RUBLJE
KORISTITE BILO KOJE OTAPALO OSIM TETRAKLOROETILENA.			

Tvrtka proizvođač ne snosi odgovornost za bilo kakve promjene tehničkih karakteristika pomagala u slučaju nepridržavanja načina pranja.

DEZINFEKCIJA
Koristite proizvode s medicinsko-kirurškom zaštitom.
SKLADIŠTENJE
Čuvati dalje od izvora svjetlosti, topline i vlage.
ZBRINJAVANJE
Uređaj odložite u skladu s važećim propisima o zaštiti okoliša i odvojenom prikupljanju otpada.

REF	Codice prodotto	MD	Broj serije
LOT	Broj serije		Proizvođač
CE	Medicinski proizvod u skladu s Uredbom (EU) 2017/745		Pročitajte upute za uporabu.
	Čuvati dalje od sunčeve svjetlosti.		Čuvati na hladnom i suhom mjestu.
	Datum proizvodnje	LATEX	Nije izrađeno od lateksa od prirodne gume.
CH REP	Ovlašteni zastupnik u Švicarskoj		Distribuira
UDI	Jedinstveni identifikator uređaja		

NE uklanjajte naljepnicu s medicinskog proizvoda, jer ona omogućuje sljedivost isporučenog proizvoda (proizvođač, jedinstvena identifikacijska oznaka proizvoda, broj serije, šifra proizvoda).

UVJETI JAMSTVA GIMA
Primjenjuje se standardno B2B jamstvo Gima od 12 mjeseci.

Gima 28555 - 28556 - 28557

Erregi S.a.s.
Via Adua 40
21040 Vedano Olona (Va)
commerciale@erregiausilimedici.it
www.erregiausilimedici.it
MADE IN ITALY

REF **08/13 - 13/11 - 13/04**

Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in Italy

CH REP **Élite Med Group Sagl**
Via Luigi Lavizzari 4
6850 Mendrisio
Switzerland

MD CE



M28555-Rev.7-07.26