GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

# *CINGHIE MONITOR FETALE SINGOLO PAZIENTE*

# *SINGLE PATIENT FOETAL TRANSDUCER BELTS*

# *SANGLES POUR TRANSDUCTEUR FOETAL À USAGE UNIQUE*

# *CORREAS PACIENTE INDIVIDUAL PARA SONDA FETAL*

# *CORREIA FETAL TRANSDUTORA DESCARTÁVEL*

# *EINWEG-GÜRTEL FÜR FETALEN SCHALLKOPF*

# *ΖΩΝΗ ΜΟΡΦΟΤΡΟΠΕΑ ΕΜΒΡΥΪΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ*

# *EENMALIGE FOETALE TRANSDUCER RIEM*

# *PASEK PRZETWORNIKA PŁODU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU*

# *CUREA ABDOMINALĂ PENTRU MONITORIZARE FETALĂ, DE UNICĂ FOLOSINȚĂ*


# *FOSTERGIVAREBÄLTE FÖR ENGÅNGSBRUK*

**GIMA 29544**

**REF B01**

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Fabricante / Hersteller / Κατασκευαστής / Fabrikant / Producent / Producător / Tillverkare:
**Dongguan Belcare Medical Technology Co., Ltd.**
**503 of 2nd. Block, #2 of Shaping Road,Tangxia Town,**
**Dongguan, Guangdong, China 523710 - joe@belcare-med.com**
**Made in China**

Importato da/Imported by/ Importé par/ Importiert von/ Importado por/ Importado por/ Εισάγεται ααπό / Geïmporteerd door / Importowane przez / Importat de / Importerad av:
**Gima S.p.A.**
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
**www.gimaitaly.com**




M29544-M-rev.1-11.24

**Προοριζόμενη χρήση:**

• Το προϊόν αυτό λειτουργεί προσαρμόζοντας τη θέση της αγκράφας της ζώνης για τη στερέωση του μορφοτροπέα εμβρυϊκού ελέγχου.

**Παρουσίαση προϊόντος:**

• Όνομα προϊόντος: Ζώνη μορφοτροπέα εμβρυϊκού ελέγχου μιας χρήσης.

• Δομή προϊόντος: Το προϊόν αποτελείται από την ελαστική ζώνη και από την αγκράφα.

**Πεδίο εφαρμογής προϊόντος:**

• Χρησιμοποιείται με τον μορφοτροπέα παρακολούθησης της εγκυμοσύνης, για τη στερέωση του μορφοτροπέα.

**Συνθήκες χρήσης:**

• Θερμοκρασία: 0°C ~ 40°C

• Σχετική υγρασία: 15% ~ 95%

• Ατμοσφαιρική πίεση: 70kpa ~ 106kpa

**Συσκευασία και αποθήκευση:**

• Η ζώνη εμβρυϊκού ελέγχου μιας χρήσης πρέπει να είναι συσκευασμένη σε μεμονωμένη συσκευασία. Το συσκευασμένο προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο χωρίς διαβρωτικά αέρια.

**Οι συνθήκες αποθήκευσης είναι οι εξής:**

• Θερμοκρασία: -10°C ~ +40°C

• Σχετική υγρασία: ≤80%

• Ατμοσφαιρική πίεση:70kpa ~ 106kpa

**Τοποθέτηση/χρήση:**

• Συνδέστε το ένα άκρο της ζώνης στον μορφοτροπέα εισάγοντας μία από τις οπές της ζώνης στο κουμπί στο επάνω μέρος του μορφοτροπέα.

• Κρατώντας τον μορφοτροπέα στη θέση του, τεντώστε το άλλο άκρο της ζώνης και συνδέστε το στο κουμπί, τεντώνοντας επαρκώς ώστε ο μορφοτροπέας να παραμένει σε σταθερή επαφή με την κοιλιά.

• Αποφύγετε την υπερβολική σύσφιξη της ζώνης διότι μπορεί να προκληθεί δυσφορία στον ασθενή.

**Καθαρισμός προϊόντος:**

• Πλύνετε τη ζώνη με χλιαρό νερό, μην τρίβετε την άκρη της ζώνης, μην την εκθέτετε.

**Περίοδος ισχύος:**

• Περίοδος ισχύος: 2 έτη.

**Αντικατάσταση και απόρριψη:**

• Αντικατάσταση: Σε περίπτωση που προκληθεί θραύση, ζημιά στο ελαστικό ή παρέλθει η ημερομηνία λήξης, αντικαταστήστε τη ζώνη εμβρυϊκού ελέγχου με μια καινούργια.

• Απόρριψη: Απορρίψτε τη ζώνη μαζί με τα κοινά απορρίμματα.

**Αντενδείξεις, προφυλάξεις, προειδοποιήσεις και συμβουλές:**

• Αντενδείξεις: Οι ζώνες δεν πρέπει να τοποθετούνται σε σημεία που φέρουν τραύμα.

• Σε περίπτωση αλλεργίας στην ελαστάνη (Spandex) θα πρέπει να διακόπτεται η χρήση.

• Συμβουλές: Το προϊόν αυτό είναι μιας χρήσης για την αποφυγή διασταυρούμενης μόλυνσης. Διαβάστε τις οδηγίες πριν από τη χρήση.

**ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ GIMA**

Ισχύει η τυπική εγγύηση B2B της Gima διάρκειας 12 μηνών

