GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

CINGHIE MONITOR FETALE SINGOLO PAZIENTE

SINGLE PATIENT FOETAL TRANSDUCER BELTS

SANGLES POUR TRANSDUCTEUR FOETAL À USAGE UNIQUE

CORREAS PACIENTE INDIVIDUAL PARA SONDA FETAL

CORREIA FETAL TRANSDUTORA DESCARTÁVEL

EINWEG-GÜRTEL FÜR FETALEN SCHALLKOPF

ΖΩΝΗ ΜΟΡΦΟΤΡΟΠΕΑ ΕΜΒΡΥΪΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

EENMALIGE FOETALE TRANSDUCER RIEM

PASEK PRZETWORNIKA PŁODU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

CUREA ABDOMINALĂ PENTRU MONITORIZARE FETALĂ, DE UNICĂ FOLOSINȚĂ

FOSTERGIVAREBÄLTE FÖR ENGÅNGSBRUK

GIMA 29544

REF B01

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Fabricante / Hersteller / Κατασκευαστής / Fabrikant / Producent / Producător / Tillverkare:
Dongguan Belcare Medical Technology Co., Ltd.
503 of 2nd. Block, #2 of Shaping Road,Tangxia Town,
Dongguan, Guangdong, China 523710 - joe@belcare-med.com
Made in China

Importato da/Imported by/ Importé par/ Importiert von/ Importado por/ Importado por/ Εισάγεται ααπό / Geïmporteerd door / Importowane przez / Importat de / Importerad av:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



M29544-M-rev.1-11.24

Zamierzone zastosowanie:

• Produkt umożliwia regulację sprzączki na pasku w celu poprawnego zamocowania przetwornika do monitorowania płodu.

Informacje o produkcie:

• Nazwa produktu: Pasek przetwornika płodu jednorazowego użytku.

• Struktura produktu: Składa się z elastycznego paska i sprzączki.

Zakres zastosowania produktu:

• Umożliwia zamocowanie przetwornika płodu w celu monitorowania płodu.

Warunki używania:

• Temperatura: 0°C ~ 40°C

• Wilgotność względna: 15% ~ 95%

• Ciśnienie atmosferyczne: 70kpa ~ 106kpa

Opakowanie i przechowywanie:

• Pasek do przetwornika płodu jednorazowego użytku musi być zapakowany pojedynczo i przechowywany w pomieszczeniu bez gazów korozyjnych i dobrze wentylowanym.

Przechowywać w środowisku o następującej charakterystyce:

• Temperatura: -10°C ~ 40°C

• Wilgotność względna: ≤80%

• Ciśnienie atmosferyczne:70kpa ~ 106kpa

Instalacja/używanie:

• Zamocować jedną końcówkę pasa do przetwornika poprzez wprowadzenie jednego z otworów paska na przycisk znajdujący się w górnej części przetwornika.

• Utrzymując przetwornik w pozycji, przytrzymać drugą końcówkę pasa i zaczepić ją na przycisku tak, aby zapewnić naprężenie wystarczające dla utrzymania przetwornika w kontakcie z brzuchem.

• Nie zaciskać nadmiernie paska, aby nie spowodować uczucia dyskomfortu u pacjenta.

Czyszczenie produktu:

• Pasek myć w ciepłej wodzie, nie trzeć krawędzi paska, aby uniknąć usunięcia, nie wystawiać na oddziaływanie czynników zewnętrznych.

Okres ważności:

• Okres ważności: 2 lata.

Wymiana i utylizacja:

• Wymiana: W przypadku pęknięcia, uszkodzenia, upływu terminu ważności, wymienić pasek do monitorowania płodu na nowy.

• Utylizacja: Pasek może być utylizowany jako odpad zwykły.

Przeciwwskazania, ostrzeżenia, wskazania i środki ostrożności:

• Przeciwwskazania: Nie stosować w miejscu urazu.

• Zaprzestać stosowania w przypadku wystąpienia alergii na spandex.

• Ostrzeżenia: Przedmiotowy produkt jest jednorazowego użytku, aby uniknąć zakażenia krzyżowego. Przed użyciem przeczytać instrukcję

WARUNKI GWARANCJI GIMA

Obowiązuje 12-miesięczna standardowa gwarancja B2B Gima

