GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

CINGHIE MONITOR FETALE SINGOLO PAZIENTE

SINGLE PATIENT FOETAL TRANSDUCER BELTS

SANGLES POUR TRANSDUCTEUR FOETAL À USAGE UNIQUE

CORREAS PACIENTE INDIVIDUAL PARA SONDA FETAL

CORREIA FETAL TRANSDUTORA DESCARTÁVEL

EINWEG-GÜRTEL FÜR FETALEN SCHALLKOPF

ΖΩΝΗ ΜΟΡΦΟΤΡΟΠΕΑ ΕΜΒΡΥΪΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

EENMALIGE FOETALE TRANSDUCER RIEM

PASEK PRZETWORNIKA PŁODU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

CUREA ABDOMINALĂ PENTRU MONITORIZARE FETALĂ, DE UNICĂ FOLOSINȚĂ

FOSTERGIVAREBÄLTE FÖR ENGÅNGSBRUK

GIMA 29544

REF B01

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Fabricante / Hersteller / Κατασκευαστής / Fabrikant / Producent / Producător / Tillverkare:
Dongguan Belcare Medical Technology Co., Ltd.
503 of 2nd. Block, #2 of Shaping Road,Tangxia Town,
Dongguan, Guangdong, China 523710 - joe@belcare-med.com
Made in China

Importato da/Imported by/ Importé par/ Importiert von/ Importado por/ Importado por/ Εισάγεται ααπό / Geïmporteerd door / Importowane przez / Importat de / Importerad av:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



M29544-M-rev.1-11.24

Avsedd användning:

• Denna produkt fungerar enligt justering av spännets plats på bältet för att fästa fostergivaren.

Produkt inledning:

• Produktnamn: Fostergivarebälte för engångsbruk.

• Produktstruktur: Den består av ett elastiskt bälte och ett spänne.

Produktområde:

• Används med fostergivare vid fosterövervakning under graviditet, för att fästa fostergivaren.

Användningsvillkor:

• Temperatur: 0°C ~ 40°C

• Relativ fuktighet: 15% ~ 95%

• Atmosfärtryck: 70kpa ~ 106kpa

Förpackning och lagring:

• Fosterbältet för engångsbruk ska förpackas enskilt, den förpackade produkten ska lagras i en lokal utan frätande gas, med god ventilation.

Lagringsmiljö som nedan:

• Temperatur: -10°C ~ 40°C

• Relativ fuktighet: ≤80%

• Atmosfärtryck: 70kpa ~ 106kpa

Installation/användning:

• Fäst ena änden av bältet på givaren genom att fästa ett av hålen i bältet över knappen på givarens ovansida.

• Håll givaren på plats, spänn den andra änden av bältet och koppla in bältet över knappen, och säkerställ tillräcklig spänning för att hålla givaren i stadig kontakt med buken.

• Undvik att dra åt för hårt eftersom detta kommer att orsaka onödigt obehag för patienten.

Rengöring av produkten:

• Tvätta bältet i varmt vatten, gnid inte fosterbältets kanter för att undvika att det lossnar, utsätt inte.

Giltighetsdatum:

• Giltighetstid: 2 år.

Utbyte och bortskaffande:

• Utbyte: Vid situationer, som brott, elastisk skada, förfallodatum, var god byt fosterbälte att använda.

• Bortskaffande: Uttjänt bälte kan behandlas som vanligt avfall.

Kontraindikationer, försiktighetsåtgärder och varningar:

• Kontraindikationer: Bältet får inte fästas på skadat område.

• Avbryt användning i händelse av allergi mot Spandex.

• Varningar: Denna produkt är för engångsbruk för att undvika korsinfektion. Var god läs instruktionerna före användning

GARANTIVILLKOR GIMA

Man tillämpar standard garanti B2B Gima på 12 månader

