GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

CINGHIE MONITOR FETALE SINGOLO PAZIENTE

SINGLE PATIENT FOETAL TRANSDUCER BELTS

SANGLES POUR TRANSDUCTEUR FOETAL À USAGE UNIQUE

CORREAS PACIENTE INDIVIDUAL PARA SONDA FETAL

CORREIA FETAL TRANSDUTORA DESCARTÁVEL

EINWEG-GÜRTEL FÜR FETALEN SCHALLKOPF

ΖΩΝΗ ΜΟΡΦΟΤΡΟΠΕΑ ΕΜΒΡΥΪΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

EENMALIGE FOETALE TRANSDUCER RIEM

PASEK PRZETWORNIKA PŁODU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

CUREA ABDOMINALĂ PENTRU MONITORIZARE FETALĂ, DE UNICĂ FOLOSINȚĂ


FOSTERGIVAREBÄLTE FÖR ENGÅNGSBRUK

GIMA 29544

REF B01

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Fabricante / Hersteller / Κατασκευαστής / Fabrikant / Producent / Producător / Tillverkare:
Dongguan Belcare Medical Technology Co., Ltd.
503 of 2nd. Block, #2 of Shaping Road,Tangxia Town,
Dongguan, Guangdong, China 523710 - joe@belcare-med.com
Made in China

Importato da/Imported by/ Importé par/ Importiert von/ Importado por/ Importado por/ Εισάγεται ααπό / Geïmporteerd door / Importowane przez / Importat de / Importerad av:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



M29544-M-rev.1-11.24

Utilização prevista:

• Este produto serve para ajustar o local da fivela no cinto para fixar o transdutor fetal.

Apresentação do produto:

• Nome do produto: Correia fetal transdutora descartável.

• Estrutura do produto: É composto por correia elástica e fivela.

Gama do produto:

• É utilizado com transdutor fetal aquando da monitorização fetal da grávida, para fixar o transdutor fetal.

Condições de utilização:

• Temperatura: 0°C ~ 40°C

• Humidade relativa: 15% ~ 95%

• Pressão atmosférica: 70kpa ~ 106kpa

Embalagem e armazenamento:

• A correia fetal descartável deve ser embalada individualmente, o produto embalado deve ser armazenado num ambiente sem gases corrosivos e com boa ventilação.

Ambiente de armazém conforme indicado abaixo:

• Temperatura: -10 °C ~ +40 °C

• Humidade relativa: ≤80%

• Pressão Atmosférica: 70 kPa ~ 106 kPa

Instalação/utilização:

• Prenda uma extremidade da correia ao transdutor encaixando um dos orifícios da correia sobre o botão na parte superior do transdutor.

• Mantendo o transdutor na posição, estique a outra extremidade da correia e encaixe a correia sobre o botão, garantindo a tensão suficiente para manter o transdutor firme em contacto com o abdómen.

• Evite esticar demais, pois isso causará desconforto desnecessário à paciente.

Limpeza do produto:

• Lave a correia em água morna, não esfregue a borda da correia fetal para evitar a deterioração, não exponha ao sol.

Período de validade:

• Período de validade: 2 anos.

Substituir e eliminar:

• Substituir: No caso de situações tais como, rotura, danificação do elástico, expiração da data de validade, para utilizar troque por uma correia nova.

• Eliminar: A eliminação da correia pode ser feita como o lixo normal.

Contraindicações, precauções, advertências e declarações de prudência:

• Contraindicações: As correias não devem ser fixadas no local de ferimento.

• Interrompa a utilização no caso de alergias ao elastano.

• Declarações de prudência: Este produto é um produto de utilização única para evitar infeções cruzadas. Leia as instruções antes de utilizar.

CONDIÇÕES DE GARANTIA GIMA

Aplica-se a garantia B2B padrão GIMA de 12 meses

