GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

CINGHIE MONITOR FETALE RIUTILIZZABILI

REUSABLE FOETAL TRANSDUCER BELTS

SANGLES RÉUTILISABLES POUR TRANSDUCTEUR FOETAL

CORREAS PACIENTE INDIVIDUAL PARA SONDA FETAL

CORREIA FETAL TRANSDUTORA REUTILIZÁVEL

EINWEG-GÜRTEL FÜR FETALEN SCHALLKOPF

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΖΩΝΗ ΜΟΡΦΟΤΡΟΠΕΑ ΕΜΒΡΥΪΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

EENMALIGE FOETALE TRANSDUCER RIEM

PASEK PRZETWORNIKA PŁODU DO WIELOKROTNEGO UŻYTKU


CUREA ABDOMINALĂ PENTRU MONITORIZARE FETALĂ, REFOLOSIBILĂ

ÅTERANVÄNDBART FOSTERGIVAREBÄLTE

REF **B08 (GIMA 29545)**

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Fabricante / Hersteller / Κατασκευαστής / Fabrikant / Producent / Producător / Tillverkare:
Dongguan Belcare Medical Technology Co., Ltd.
402 of 4th. Block, #3 of Keyuan Road,Tangxia Town,
Dongguan, Guangdong, China 523710 - joe@belcare-med.com
Made in China

Importato da/Imported by/ Importé par/ Importiert von/ Importado por/ Importado por/ Εισάγεται απο / Geïmporteerd door / Importowane przez / Importat de / Importerad av:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



M29545-M-rev2-11.25

Zamierzone zastosowanie:

• Produkt umożliwia regulację sprzączki na pasku w celu poprawnego zamocowania przetwornika do monitorowania płodu.

Informacje o produkcie:

• Nazwa produktu: Pasek przetwornika płodu do wielokrotnego użytku.

• Struktura produktu: Składa się z elastycznego paska i sprzączki.

Zakres zastosowania produktu:

• Umożliwia zamocowanie przetwornika płodu w celu monitorowania płodu.

Warunki używania:

• Temperatura: 0°C ~ 40°C

• Wilgotność względna: 15% ~ 95%

• Ciśnienie atmosferyczne: 70kpa ~ 106kpa

Opakowanie i przechowywanie:

• Pasek do przetwornika płodu użytku musi być zapakowany pojedynczo i przechowywany w pomieszczeniu bez gazów korozyjnych i dobrze wentylowanym.

Przechowywać w środowisku o następującej charakterystyce:

• Temperatura: -10°C ~ 40°C

• Wilgotność względna: ≤80%

• Ciśnienie atmosferyczne:70kpa ~ 106kpa

Instalacja/używanie:

• Zamocować jedną końcówkę pasa do przetwornika poprzez wprowadzenie jednego z otworów paska na przycisk znajdujący się w górnej części przetwornika.

• Utrzymując przetwornik w pozycji, przytrzymać drugą końcówkę pasa i zaczepić ją na przycisku tak, aby zapewnić naprężenie wystarczające dla utrzymania przetwornika w kontakcie z brzuchem.

• Nie zaciskać nadmiernie paska, aby nie spowodować uczucia dyskomfortu u pacjenta.

Czyszczenie produktu:

• Pasek myć w ciepłej wodzie, nie trzeć krawędzi paska, aby uniknąć usunięcia, nie wystawiać na oddziaływanie czynników zewnętrznych.

Okres ważności:

• Okres ważności: 2 lata.

Wymiana i utylizacja:

• Wymiana: W przypadku pęknięcia, uszkodzenia, upływu terminu ważności, wymienić pasek do monitorowania płodu na nowy.

• Utylizacja: Pasek może być utylizowany jako odpad zwykły.

Przeciwwskazania, ostrzeżenia, wskazania i środki ostrożności:

• Przeciwwskazania: Nie stosować w miejscu urazu.

• Zaprzestać stosowania w przypadku wystąpienia alergii na spandex.

• Opmerking: Lees de instructies voor gebruik.

WARUNKI GWARANCJI GIMA

Obowiązuje 12-miesięczna standardowa gwarancja B2B Gima

