GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

# *CINGHIE MONITOR FETALE RIUTILIZZABILI*

# *REUSABLE FOETAL TRANSDUCER BELTS*

# *SANGLES RÉUTILISABLES POUR TRANSDUCTEUR FOETAL*

# *CORREAS PACIENTE INDIVIDUAL PARA SONDA FETAL*

# *CORREIA FETAL TRANSDUTORA REUTILIZÁVEL*

# *EINWEG-GÜRTEL FÜR FETALEN SCHALLKOPF*

# *ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΖΩΝΗ ΜΟΡΦΟΤΡΟΠΕΑ ΕΜΒΡΥΪΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ*

# *EENMALIGE FOETALE TRANSDUCER RIEM*

# *PASEK PRZETWORNIKA PŁODU DO WIELOKROTNEGO UŻYTKU*


# *CUREA ABDOMINALĂ PENTRU MONITORIZARE FETALĂ, REFOLOSIBILĂ*

# *ÅTERANVÄNDBART FOSTERGIVAREBÄLTE*

**REF** **B08 (GIMA 29545)**

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Fabricante / Hersteller / Κατασκευαστής / Fabrikant / Producent / Producător / Tillverkare:
Dongguan Belcare Medical Technology Co., Ltd.
402 of 4th. Block, #3 of Keyuan Road,Tangxia Town,
Dongguan, Guangdong, China 523710 - joe@belcare-med.com
Made in China

Importato da/Imported by/ Importé par/ Importiert von/ Importado por/ Importado por/ Εισάγεται απο / Geïmporteerd door / Importowane przez / Importat de / Importerad av:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
**www.gimaitaly.com**




M29545-M-rev2-11.25

**Avsedd användning:**

• Denna produkt fungerar enligt justering av spännets plats på bältet för att fästa fostergivaren.

**Produkt inledning:**

• Produktnamn: Återanvändbart fostergivarebälte.

• Produktstruktur: Den består av ett elastiskt bälte och ett spänne.

**Produktområde:**

• Används med fostergivare vid fosterövervakning under graviditet, för att fästa fostergivaren.

**Användningsvillkor:**

• Temperatur: 0°C ~ 40°C

• Relativ fuktighet: 15% ~ 95%

• Atmosfärtryck: 70kpa ~ 106kpa

**Förpackning och lagring:**

• Fosterbältet ska förpackas enskilt, den förpackade produkten ska lagras i en lokal utan frätande gas, med god ventilation.

**Lagringsmiljö som nedan:**

• Temperatur: -10°C ~ 40°C

• Relativ fuktighet: ≤80%

• Atmosfärtryck: 70kpa ~ 106kpa

**Installation/användning:**

• Fäst ena änden av bältet på givaren genom att fästa ett av hålen i bältet över knappen på givarens ovansida.

• Håll givaren på plats, spänn den andra änden av bältet och koppla in bältet över knappen, och säkerställ tillräcklig spänning för att hålla givaren i stadig kontakt med buken.

• Undvik att dra åt för hårt eftersom detta kommer att orsaka onödigt obehag för patienten.

**Rengöring av produkten:**

• Tvätta bältet i varmt vatten, gnid inte fosterbältets kanter för att undvika att det lossnar, utsätt inte.

**Giltighetsdatum:**

• Giltighetstid: 2 år.

**Utbyte och bortskaffande:**

• Utbyte: Vid situationer, som brott, elastisk skada, förfallodatum, var god byt fosterbälte att använda.

• Bortskaffande: Uttjänt bälte kan behandlas som vanligt avfall.

**Kontraindikationer, försiktighetsåtgärder och varningar:**

• Kontraindikationer: Bältet får inte fästas på skadat område.

• Avbryt användning i händelse av allergi mot Spandex.

• Varningar: Var god läs instruktionerna före användning.

**GARANTIVILLKOR GIMA**

Man tillämpar standard garanti B2B Gima på 12 månader

