CE 0051

RI.MOS. s.r.l. via Manuzio, 15 – 41037 MIRANDOLA (MO) ITALY – tel. +39 0535 – 25755
fax +39 0535 – 25509 e-mail: info@rimos.com – http://www.rimos.com

GINRAM ®


PRODOTTI MONOUSO STERILI PER LA GINECOLOGIA

Gynaecological disposable, sterile devices

AMNIORAM

Ago per amniocentesis transaddominale
Transabdominal amniocentesis needle

COD.770212 – 770228 – 770222 –770224 – 770201 – 770226 – 770227 – 770223 – 770202 – 770229 - 770232 - 770233



CE 0051

RI.MOS. s.r.l. via Manuzio, 15 – 41037 MIRANDOLA (MO) ITALY – tel. +39 0535 – 25755 fax +39 0535 – 25509 e-mail: info@rimos.com – http://www.rimos.com

N

Bruksanvisning

Påse at mandrinen er lukket. Stikk nålen inn med loddrett vinkel for å følge ultralydsporet (identifisert tidligere) opp til fostercisternen. Fjern mandrinen og sett på en 20 cc sprøyte. Sug ut væsken med et langsomt og moderat trykk. Sett mandrinen inn igjen. Ha fostervannet opp i et tørt sterilt reagensrør og oppbevar det ved en temperatur på 37 °C.

Advarsel: må brukes i samråd med legen. Må brukes med en gang etter at pakken har blitt åpnet. Oppbevares ved en temperatur mellom 0 °C og 40 °C.

Produktet kan inneholde spor av nikkel.

CE 0051

RI.MOS. s.r.l. via Manuzio, 15 – 41037 MIRANDOLA (MO) ITALY – tel. +39 0535 – 25755 fax +39 0535 – 25509 e-mail: info@rimos.com – http://www.rimos.com



