CE 0051

RI.MOS. s.r.l. via Manuzio, 15 – 41037 MIRANDOLA (MO) ITALY – tel. +39 0535 – 25755
fax +39 0535 – 25509 e-mail: info@rimos.com – http://www.rimos.com

GINRAM ®

PRODOTTI MONOUSO STERILI PER LA GINECOLOGIA

Gynaecological disposable, sterile devices

AMNIORAM

Ago per amniocentesis transaddominale
Transabdominal amniocentesis needle

COD.770212 – 770228 – 770222 –770224 – 770201 – 770226 – 770227 – 770223 – 770202 – 770229 - 770232 - 770233



CE 0051

RI.MOS. s.r.l. via Manuzio, 15 – 41037 MIRANDOLA (MO) ITALY – tel. +39 0535 – 25755 fax +39 0535 – 25509 e-mail: info@rimos.com – http://www.rimos.com

S

Anvisningar för användandet

Se till att mandrinen är stängd. Inför nålen lodrätt för att följa ultraljudets spår (enl tidigare identifiering) upp till amnionsäcken. Avlägsna mandrinen och anslut en 20 cc spruta.

Sug upp vätskan med långsamt och måttligt negativt tryck. Återinför mandrinen och avlägsna både nål och mandrin. överför amnionvätskan till ett torrt och sterilt provrör och behåll detta vid en temperatur av 37 grader celsius.

Varning: Får endast användas under uppsikt af sjukvårdpersonal. Användes omedelbart efter öppnandet. Förvaras vid en temperatur mellan 0°C och 40°C.

Kan innehålla spår av nickel.

CE 0051

RI.MOS. s.r.l. via Manuzio, 15 – 41037 MIRANDOLA (MO) ITALY – tel. +39 0535 – 25755 fax +39 0535 – 25509 e-mail: info@rimos.com – http://www.rimos.com



