CE 0051

RI.MOS. s.r.l. via Manuzio, 15 – 41037 MIRANDOLA (MO) ITALY – tel. +39 0535 – 25755
fax +39 0535 – 25509 e-mail: info@rimos.com – http://www.rimos.com

GINRAM ®

PRODOTTI MONOUSO STERILI PER LA GINECOLOGIA

Gynaecological disposable, sterile devices

AMNIORAM

Ago per amniocentesis transaddominale
Transabdominal amniocentesis needle

COD.770212 – 770228 – 770222 –770224 – 770201 – 770226 – 770227 – 770223 – 770202 – 770229 - 770232 - 770233



CE 0051

RI.MOS. s.r.l. via Manuzio, 15 – 41037 MIRANDOLA (MO) ITALY – tel. +39 0535 – 25755 fax +39 0535 – 25509 e-mail: info@rimos.com – http://www.rimos.com

TR

Kullanma talimatı

İğneyi paketten çıkarın. Prosedüre başlamadan önce kapağın kancasının doğru şekilde takıldığından emin olun.
Stoperi kanülün üzerindeki doğru noktaya yerleştirin. Stoperi muhtemel bir çıkış olmaması için sıkıca tutun ve iğnenin üzerindeki koruyucu kapağı çıkarın. İğneyi abdomene amniyotik keseye ulaşana kadar dikey eksende batırın ve ultrasondaki çizgiyi (önceden belirlenen) takip edin.
Madreni çıkarın ve iğnenin konnektörüne uygun bir şırınga (20cc önerilir) takın. İstenen miktarda amniyotik sıvı örneği elde edilene kadar şırıngaya yavaş ve hafif bir negatif basınç uygulayarak amniyotik sıvıyı aspire edin. Şırıngayı çıkarın, madreni tekrar iğneye takın ve iğneyi çıkarın.
Amniyotik sıvıyı kuru, steril bir tüpe aktarın ve 37°C'de saklayın.
Uyarı: Ürünü kullanmadan önce talimatlarını okuyun. Kullanılmış ürünü tekrar kullanmayın. Paketi açılmış veya hasarlı ise ürünü kullanmayın. 0°C ile 40°C arasındaki bir sıcaklıkta saklayın. Paketi açtıktan sonra hemen kullanın.
Kullanımdan sonra yürürlükteki yasalara uygun şekilde atın. Yalnızca eğitimli sağlık personeli gözetiminde kullanın. ***Az miktarda nikel içerebilir.***



