HISTEROMETRAS

I klasė Sterilus

Sterilus – vienkartinio naudojimo

1 – APRAŠYMAS



Histerometras yra pagamintas iš baltos lanksčios polietileninės distalinės dalies, pažymėtos juodu rašalu, pritvirtintos (atsižvelgiant į modelį) prie kieto polistireno kotelio

2 – NUORODOS IR SAVYBĖS

NUORODA	CH	SKERSMUO (mm)	KOTELIO SPALVA
PS1251000	10	3,3	Mėlyna
PS1251200	12	4	Pilka
PS1251400	14	4,6	Žalia

Pakuotė: dėžutė su 25 vienetais atskiruose steriliuose maišeliuose
Sterilizavimo būdas: sterilizavimas etileno oksidu.

3 – KLINIKINĖ INDIKACIJA

Histerometru galima įvertinti gimdos ertmės gylį atliekant įprastą ginekologinę apžiūrą.

NENAUDOKITE PAGAL JOKIĄ KITĄ PASKIRTĮ

Histerometras pristatomas STERILUS ir VIENKARTINIO NAUDOJIMO.

4 – NAUDOJIMO PRINCIPAS

Dezinfekavus gimdos kaklelį, pažymėta distalinė histerometro dalis įkišama į gimdos ertmę su skėtikliu.

5 – KONTRAINDIKACIJOS

Histerometro negalima naudoti šiuo atveju (sąrašas nėra baigtinis):

- Alergija polietilenui.

6 – GALIMI NEPAGEIDAUJAMI ŠALUTINIAI POVEIKIAI

Histerometro naudojimas gali sukelti šiuos galimus nepageidaujamus šalutinius poveikius (sąrašas nėra baigtinis):

- Alergija medžiagai
- Skausmas gimdoje

Nedidelis kraujavimas

7 – RIZIKA IR KOMPLIKACIJOS

Komplikacijos daugiausiai kyla dėl ginekologinės praktikos. Pagrindinė komplikacija yra pradūrimas (taip pat susijusi su pacientės anatomija), bet ji pasitaiko retai. Kadangi histerometrija yra invazinė procedūra, po pradūrimo gali kilti rimtų komplikacijų, tokių kaip peritonitas, kuris reiškia pilvaplėvės infekciją. Jei nebus išgydyta laiku, infekcija gali sukelti paciento mirtį.
Siekiant išvengti pradūrimo rizikos, pavyzdžiui, sulūžus žnyplių galams gimdoje, atsirėmus į kliūtį, pacientei pajutus skausmą arba polinkį į sinkopę, histerometras turėtų būti ištrauktas ir procedūra turi būti sustabdyta.

8 – REKOMENDACIJOS

- Prieš naudodami perskaitykite visas naudojimo instrukcijas.
- Ši medicinos priemonė turi būti naudojama tik išmokyto ir kvalifikuoto medicinos personalo arba įgalioto asmens, susipažinusio su ginekologiniais tyrimais ir išmanančio susijusias patologijas, o taip pat galimas komplikacijas (prisiimant atsakomybę praktikuojančiam gydytojui).

NENAUDOKITE priemonės, jei pakuotė buvo atidaryta ar pažeista arba jei matosi defektų, padarytų dėl gabenimo arba netinkamų laikymo sąlygų, neteisingo kilnojimo, nes tai gali turėti neigiamos įtakos jos naudojimui.

9 – LAIKYMO SĄLYGOS

Kad išvengtumėte bet kokio pažeidimo, produktai turėtų būti laikomi originalioje pakuotėje, šaltoje ir sausoje vietoje.

10 – MEDŽIAGŲ PARUOŠIMAS – NAUDOJIMAS

- Įsitikinkite, kad pakuotė nepažeista ir naudojimo laikas nesibaigė, nes šie aspektai garantuoja produkto sterilumą ir kokybę.
- Kad būtų laikomasi higienos ir saugos taisyklių, rekomenduojama mūvėti pirštines.
- Atidarykite maišelį nulupdami popierių dviem rodyklėmis nurodytoje vietoje.
- Išimkite medicinos priemonę laikydamiesi aseptikos taisyklių.
- Įsitikinkite, kad priemonė yra nepažeista.
- Įstatykite gimdos kaklelio plėtiklį ir apžiūrėkite gimdą.
- Atsargiai dezinfekuokite gimdos kaklelį.
- Atlikite gimdos gylio vertinimą švelniai stumdami histerometrą.
- Švelniai ištraukite histerometrą laikydamiesi aseptikos taisyklių.

ATSARGIAI ELKITĖS SU HISTEROMETRU

11 – PRODUKTO ŠALINIMAS PO NAUDOJIMO

Po naudojimo šalinkite produktą ir jo pakuotę pagal jūsų įstaigoje taikomas infekcijos riziką keliančių atliekų tvarkymo procedūras.

Primename, kad šie produktai yra griežtai tik vienkartinės priemonės, kurių negalima naudoti ir sterilizuoti pakartotinai.
Jei naudojate arba sterilizuojate pakartotinai, jų eksploatacinėms savybėms gali būti pakenkta sukeliant didžiulę užteršimo riziką.

VIENKARTINIS NAUDOJIMAS - NENAUDOTI PAKAROTINAI – NESTERILIZUOTI PAKARTOTINAI

12 – ETIKETĖSE NAUDOTŲ SIMBOLIŲ REIKŠMĖ

	Galiojimo data
	Partijos numeris
	Produkto nuoroda
	Sterilizavimas etileno oksidu
	Nenaudoti, jei pakuotė pažeista
	Nenaudoti pakartotinai
	Perskaityti naudojimo instrukcijas
	Vengti karščio
	Vengti drėgmės
	Pagaminimo data
	Gamintojas
	Be latekso

Apie bet kokį rimtą dėl medicinos priemonės kylantį incidentą reikia pranešti gamintojui arba šalies narės, kurioje naudotojas ir (arba) pacientė įsikūrę, kompetentingai institucijai.

Gamintojas:

PRINCE MEDICAL SAS, ZA La Sente du Moulin, 60530 Ercuis - PRANCŪZIJA
Tel. : + 33 (0)3 44 26 54 76 – prince-medical@omerin.com – www.prince-medical.fr

CE
0459

CE ženklo metai: 1999