KLY® GEL LUBRIFIANT FR

NOM DU PRODUIT: KLY® GEL LUBRIFIANT
COMPOSITION: Eau Désionisée, Glycérine Naturelle, Glycol De Mono Propylène, Éthyle De Hydroxyle Cellulose, Méthyle Hydrox Benzoate, Acide Citrique
UTILISATION PREVUE: Ce gel est utilisé dans l'endoscopie, la colonoscopie, les examens gynécologiques, l'endoscopie rectal, les opérations de cathéter, utilisé aussi pour la lubrification vaginale.
INSTRUCTION POUR L'UTILISATION: Ouvrir le Tube: Enlevez et reverser le plafond alors le tube avec cela. Appliquez la gelée lubrifiante aux gants ou à l'instrument dans une quantité suffisante, pour qu'il forme un film sur la zone qui entre en contact avecle patient. Lavez-vous d'après l'utilisation.
Ouvrir Le Sachet: Ouvrez soigneusement de la zone marquée.
PRÉCAUTIONS SPÉCIALES: Précautions: Si le récipient est endommagé ou ouvert, le produit n'est pas garanti.
CONTRE-INDICATION: Il n'y a aucune contre-indication connue
SURDOSAGE ET EFFETS SECONDAIRES: Il n'y a aucun symptôme connu pour l'usage d'overdose.
SENSIBILITÉ À LA GLYCÉRINE: la Glycérine a des propriétés émollientes. Des précautions seront pris en utilisant le gel dans les gens avec la sensibilité à la glycérine.
IDENTIFICATION: Transparent, d'eau et soluble, sans graisse et sans gelée.
PRÉSENTATION: Tubes c contenant une quantité de: 42 g, 50 g, 82 g, 113,4 g, 100 g, 250 g, 1000 g
SACHETS CONTENANT UNE QUANTITÉ DE: 2,5 g, 3 g, 3,5 g, 4 g, 4,5 g, 5 g, 10 g
INSTRUCTIONS DE STOCKAGE: Emmagasinez sous une température de 5 à 30°C
GARDEZ HORS DE PORTÉE DES ENFANTS

TRADEMARK/KLY

Paket hasarlı ise kullanmayınız / Do not use if package is damaged / يجب عدم استعمال المنتج اذا كانت العبوة متضررة	Güneş ışığından uzak tutunuz / Keep away from sunlight / يجب المحافظة على المنتج بعيدا عن أشعة الشمس	Kuru ortamda saklayınız / Keep Dry / يجب المحافظة على المنتج في وسط جاف
Saklama Sıcaklığı / Storage Temperature / درجة حرارة التخزين	Dikkat / Caution / انتباه	Katalog Numarası / Catalogue Number / رقم الكتالوج
Kullanım kılavuzuna bakınız / Consult instructions for use / يجب مراعاة تعليمات الإستخدام	Üretici / Manufacturer / المصنع	"LOT" numarası / Batch Code / رقم الدفعة
Üretim Tarihi / Date of Manufacture / تاريخ الإنتاج	Son kullanma tarihi (gg/ yıl) / Expiration Date (Months/ Year) / تاريخ انتهاء الصلاحية (شهور/ السنة)	Tek kullanımlıktır. / Do not re-use. / يحذر الاستعمال
Nonsterli / Non-sterile / غير معقم	Tıbbi cihaz / Medical Device / جهاز طبي	

Rev:10/23.02.2023

turkuaz Healthcare
Turkuaz Sağlık Hizmetleri, Medikal, Temizlik Kimyasal Ürünler San. ve Tic. A.Ş.
Akçaburgaz Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:45/5 34522 Esenyurt / İstanbul / Türkiye
T +90 212 428 6848 Pbx F +90 212 428 6853
info@turkuazsaglik.com.tr / www.turkuazsaglik.com.tr

CE 2292

Made in Turkey
Discover the potential

PROSPEKTÜS/IFU

Tarih: 23 / 02 / 2023

ÜRÜN KODU	: 150.06.05.0582		
ÜRÜN İSMİ	: KLY NON-STERIL ORTAK PROSPEKTUS - YENI ADRES - REV.10		
MALZEME CİNSİ	: I.HAMUR 70 GR		
GİRECEĞİ KUTU ÖLÇÜSÜ	: 135x40x30mm	KATLAMA	: OLACAK
RENK	: BLACK	ÖLÇÜ	: 285X120 MM

AÇIKLAMA / NOT

turkuaz Healthcare

Turkuaz Sağlık Hizmetleri, Medikal, Temizlik Kimyasal Ürünler San. ve Tic. A.Ş.
Akçaburgaz Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:45/5 34522 Esenyurt / İstanbul / Türkiye
T +90 212 428 6848 Pbx F +90 212 428 6853 info@turkuazsaglik.com.tr / www.turkuazsaglik.com.tr