KLY® GEL LUBRIFICANTE

NOME DEL PRODOTTO: KLY® GEL LUBRIFICANTE
INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI: Acqua Deionizzata, Glicerina Naturale, Monopropilenglicole, Idrossietilcellulosa, Metilidrossibenzoato, Acido Citrico
DESTINAZIONE D'USO: Questo gel è utilizzato in endoscopia, colonscopia, esami ginecologici, applicazioni di rettoscopia, applicazioni di catetere e anche per la lubrificazione vaginale.
ISTRUZIONI PER L'USO: Per aprire il tubo: Rimuovere il tappo nella parte superiore del tubo e perforare il tubo spingendo la bocca del tubo con la punta del tappo. Applicare il Gel Lubrificante KLY, con l'aiuto di guanti o di un altro strumento, in una quantità sufficiente a formare lo strato superficiale. Lavare dopo l'uso.
APERTURA DELLA BUSTINA: Usare il prodotto dopo aver aperto con cautela la bustina alle posizione contrassegnata.
PRECAUZIONI SPECIALI: Precauzioni: se il contenitore è danneggiato o aperto, il prodotto non si considera garantito.
CONTROINDICAZIONE: Non ci sono controindicazioni conosciute.
SOVRADOSAGGIO ED EFFETTI COLLATERALI: Non ci sono sintomi noti in caso di overdose.
SENSIBILITÀ ALLA GLICERINA: La glicerina ha proprietà emollienti. Perciò, tali caratteristiche devono essere prese in considerazione quando il gel si utilizza nelle persone con sensibilità alla glicerina.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Gel lubrificante, trasparente, di colore ambrato chiaro e solubile in acqua.
DIVERSE FORME DI IMBALLAGGIO: Tubo: 42 g, 50 g, 82 g, 113,4 g, 100 g, 250 g, 1000 g
BUSTINE MONOUSO: 2,5 g, 3 g, 3,5 g, 4 g, 4,5 g, 5 g, 10 g
CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE: Conservare a 5-30°C in un tubo chiuso o sigillato.
CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

MARCHIO / KLY

Paket hasarlı ise kullanmayınız *Do not use if package is damaged* يجب عدم استعمال المنتج إذا كانت العبوة متضررة	Güneş ışığından uzak tutunuz *Keep away from sunlight* يجب المحافظة على المنتج بعيدا عن أشعة الشمس	Kuru ortamda saklayınız *Keep Dry* يجب المحافظة على المنتج في وسط جاف
Saklama Sıcaklığı *Storage Temperature* درجة حرارة التخزين	Dikkat *Caution* انتباه	Katalog Numarası *Catalogue Number* رقم الكتالوج
Kullanım kılavuzuna bakınız *Consult instructions for use* يجب مراعاة تعليمات الاستخدام	Üretici *Manufacturer* الصنع	"LOT" numarası *Batch Code* رقم الدفعة
Üretim Tarihi *Date of Manufacture* تاريخ الانتاج	Son kullanma tarihi (gg/ yıl) *Expiration Date (Months/ Year)* تاريخ انتهاء الصلاحية (شهر/ السنة)	Tek kullanımlıktır. *Do not re-use.* يجب الاستعمال
Nonsteril / Non-sterile غير معقم	Tıbbi cihaz *Medical Device* جهاز طبي	

Rev:10/23.02.2023

Turkuaz Sağlık Hizmetleri, Medikal, Temizlik Kimyasal Ürünler San. ve Tic. A.Ş.
Akçaburgaz Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:45/5 34522 Esenyurt / İstanbul / Türkiye
T +90 212 428 6848 Pbx **F** +90 212 428 6853
info@turkuazsaglik.com.tr / www.turkuazsaglik.com.tr

CE 2292

Made in Turkey Discover the potential

PROSPEKTÜS/IFU

Tarih: 23 / 02 / 2023

ÜRÜN KODU	: 150.06.05.0582		
ÜRÜN İSMİ	: KLY NON-STERIL ORTAK PROSPEKTUS - YENI ADRES - REV.10		
MALZEME CİNSİ	: I.HAMUR 70 GR		
GİRECEĞİ KUTU ÖLÇÜSÜ	: 135x40x30mm	KATLAMA	: OLACAK
RENK	: BLACK	ÖLÇÜ	: 285X120 MM

AÇIKLAMA / NOT

Turkuaz Sağlık Hizmetleri, Medikal, Temizlik Kimyasal Ürünler San. ve Tic. A.Ş.
Akçaburgaz Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:45/5 34522 Esenyurt / İstanbul / Türkiye
T +90 212 428 6848 Pbx **F** +90 212 428 6853 **info@**turkuazsaglik.com.tr / www.**turkuazsaglik**.com.tr