PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

PESSARY
PESSARIO
PESSAIRE
PESSAR
PESARIO
PESSÁRIO
ΠΕΣΣΟΣ
ПЕСАР
PESAR

PESAR
NIJE STERILNO
PESSZÁRIUM
PESĀRIJS
PESSARIUM
PESSAR
PESAR VAGINAL
PESAR

فَرْزَجَة

GIMA 30030 - 30031 - 30032 - 30033 - 30034 - 30035 - 30036 - 30037 30038 30039 - 30040 - 30041 - 30042 - 30044 - 30045 - 30046 30047 30048 - 30049 - 30053 - 30054 - 30055 - 30056 - 30057 - 30071- 30072 - 30073 - 30074 - 30075 - 30043

Guangzhou Fame Medical Co., Ltd.
Second Floor a No.8, Lianhua Port Industrial Zone, Lotus Mountain Bonded Area, Shilou Panyu District, 511440 Guangzhou China
Made in China

CE 0123

LATEX

REF PER00 - PER01 - PER02 - PER03 - PER04 - PER05 - PER06 - PER07 - PER08 PER09 - PERS00 - PERS01 - PERS02 - PERS04 - PERS05 - PERS06 - PERS07 PERS08 - PERS09 - PEGL03 - PEGL04 - PEGL05 - PEGL06 - PEGL07 PECUD00- PECUD01 - PECUD02 - PECUD03 - PECUD04 - PERSO3

EC REP **Shanghai International Holding Corp. Gmbh (Europe)**
Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany

Gima S.p.A
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (Mi) - Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

M-30030M-Rev.0.01.25

Gebrauchsanweisungen

Das flexible Silikonpessar wird häufig bei einem leichten Uterusprolaps ersten oder zweiten Grades oder einer Prolaps uteri eingesetzt. Die Pessare bestehen zu 100 % aus medizinischem Silikon. Pessare sind für den einmaligen Gebrauch bei einer Patientin bestimmt.

VORSICHT
Laut Bundesgesetz muss das Pessar von einem Arzt verschrieben werden.

KONTRAINDIKATIONEN
Pessare sind bei akuten Genitaltraktinfektionen, Beckeninfektionen oder bei nicht kooperativen Patientinnen kontraindiziert.

VERFAHREN
Die Anpassung erfordert in der Regel einen Test mit verschiedenen Größen, um die richtige Pessargröße zu bestimmen. Das Pessar-Anpassungs-Set ist eine wertvolle Hilfe bei der Auswahl des richtigen Pessars. Vor dem Einführen des Pessars kann ein Vaginalgel erforderlich sein, damit sich die Patientin wohlfühlt. Der Arzt kann K-Y-Gelee® oder ein gleichwertiges Gel vorschlagen.
Der Arzt sollte vor der Verschreibung eines Pessars feststellen, ob die Patientin eine Östrogentherapie benötigt.
1. Führen Sie vor der Anpassung und Einführung eines Pessars eine normale gynäkologische Untersuchung durch. Eine Unterleibsuntersuchung hilft bei der Bestimmung der geeigneten Größe. Das Pessar lässt sich leicht über die größten Drainagelöcher falten, um das Einführen und Entfernen zu erleichtern. Das Pessar sollte groß genug für seine Indikation sein, aber keinen übermäßigen Druck oder Unbehagen verursachen.
2. Drücken Sie das Pessar zusammen und führen Sie es vorsichtig durch den Introitus ein. Sobald das Pessar den Introitus passiert hat, lassen Sie das zusammengedrückte Pessar los, damit es sich wieder in seine normale Form ausdehnt.
3. Schieben Sie das Pessar vorsichtig in Richtung des Gebärmutterhalses, um die Zystozele oder Rektozele und die Gebärmutter zu stützen. Wenn das Pessar in der richtigen Position ist, sollte der Arzt einen Untersuchungsfinger zwischen den äußeren Rand des Pessars und die Scheidenwand einführen können. Dieser Abstand sorgt für den Komfort der Patientin und verringert das Risiko einer Drucknekrose.
4. Sobald das Pessar an seinem Platz ist, sollte es sich beim Stehen, Sitzen, Hocken oder

Pressen nicht verschieben. Bei keiner dieser Routinetätigkeiten sollte es für die Patientin unangenehm sein.
5. Wenn die Patientin das Pessar selbst pflegen soll, weisen Sie sie bitte in die Reinigung, das Einsetzen und das Entfernen ein.
6. Weisen Sie die Patientin an, jegliche Beschwerden oder Schwierigkeiten beim Urinieren oder Stuhlgang sofort zu melden.

ENTFERNEN, REINIGEN UND EMPFOHLENE NACHBEHANDLUNG
1. Um das Pessar zu entfernen, bewegen Sie es vorsichtig nach vorne in Richtung Introitus. Wenn das Pessar in Reichweite ist, drücken Sie es zusammen und ziehen Sie es vorsichtig heraus.
2. Das Pessar kann mit milder Seife und warmem Wasser gereinigt werden. Die Lebensdauer des Pessars ist begrenzt. Untersuchen Sie das Pessar auf Anzeichen von Verschleiß.
3. Geschlechtsverkehr ist bei eingesetztem Pessar kontraindiziert.
4. Besprechen Sie mit der Patientin, wie wichtig es ist, die Anweisungen zu befolgen, und wie lange das Pessar voraussichtlich verwendet werden muss.
5. Stellen Sie innerhalb von 24 bis 48 Stunden sicher, dass die Patientin nicht allergisch auf das Pessar reagiert. Untersuchen Sie die Vagina und fragen Sie die Patientin, ob sie Beschwerden, Reizungen, Druck, Empfindlichkeit oder ungewöhnlichen vaginalen Ausfluss verspürt hat. Stellen Sie außerdem fest, ob sich ihre persönlichen Symptome gebessert haben.
6. Planen Sie Nachsorgetermine, die den Bedürfnissen der Patientin und den örtlichen Richtlinien entsprechen.

GIMA-GARANTIEBEDINGUNGEN
Es wird die Standardgarantie B2B für 12 Monate von Gima geboten.

SYMBOLE – BESCHREIBUNG

	Gebrauchsanweisung beachten		Chargennummer
	Hersteller		Erzeugniscode
	Herstellungsdatum		An einem kühlen und trockenen Ort lagern
	Das Medizinprodukt entspricht der Richtlinie 93/42/EWG		Vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern
	Achtung: Anweisungen (Warnungen) sorgfältig lesen		Nicht verwenden, wenn das Paket beschädigt ist
	Autorisierter Vertreter in der EG		Ohne Latex
	Ablaufdatum		nicht steril
	Einweggerät, nicht wiederverwenden		Importiert von