PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

PESSARY
PESSARIO
PESSAIRE
PESSAR
PESARIO
PESSÁRIO
ΠΕΣΣΟΣ
ПЕСАР
PESAR

PESAR
NIJE STERILNO
PESSZÁRIUM
PESĀRIJS
PESSARIUM
PESSAR
PESAR VAGINAL
PESAR

فَرْزَجَة

GIMA 30030 - 30031 - 30032 - 30033 - 30034 - 30035 - 30036 - 30037 30038 30039 - 30040 - 30041 - 30042 - 30044 - 30045 - 30046 30047 30048 - 30049 - 30053 - 30054 - 30055 - 30056 - 30057 - 30071- 30072 - 30073 - 30074 - 30075 - 30043

Guangzhou Fame Medical Co., Ltd.
Second Floor a No.8, Lianhua Port Industrial Zone, Lotus Mountain Bonded Area, Shilou Panyu District, 511440 Guangzhou China
Made in China

CE 0123

LATEX

REF PER00 - PER01 - PER02 - PER03 - PER04 - PER05 - PER06 - PER07 - PER08 PER09 - PERS00 - PERS01 - PERS02 - PERS04 - PERS05 - PERS06 - PERS07 PERS08 - PERS09 - PEGL03 - PEGL04 - PEGL05 - PEGL06 - PEGL07 PECUD00- PECUD01 - PECUD02 - PECUD03 - PECUD04 - PERSO3

EC REP **Shanghai International Holding Corp. Gmbh (Europe)**
Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany

Gima S.p.A
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (Mi) - Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

M-30030M-Rev.0.01.25

Инструкции за употреба

Гъвкавият силиконов песар обикновено се използва при лек пролапс на матката от първа или втора степен или спадане. Песарите са изработени от %100 медицински силикон. Песарите са предназначени за употреба от един пациент.

ВНИМАНИЕ
Федералните закони изискват изделието да бъде предписано от лекар.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Песарите са противопоказани при остри инфекции на гениталния тракт, тазови инфекции или при пациенти, които не спазват изискванията.

ПРОЦЕДУРИ
Обикновено се налага изпробване на различни размери, за да се определи подходящият размер на песара. Комплектът за поставяне на песар е от голяма помощ при избора на правилния песар. Преди поставянето на песара може да е необходим вагинален лубрикант за удобство на пациентката. Лекарят може да предложи K-Y jelly® или еквивалентен продукт.
Преди да предпише песар, лекарят трябва да прецени дали пациентката се нуждае от естрогенна терапия.
1. Преди поставянето и въвеждането на песар извършете нормален гинекологичен преглед. Гинекологичният преглед помага да се определи подходящият размер. Песарът лесно се сгъва през най-големите дренажни отверстия, за да се улесни поставянето и отстраняването му. Песарът трябва да е достатъчно голям за показанията си, но да не причинява твърде голям натиск или дискомфорт.
2. Притиснете песара и внимателно въведете песара през входа на влагалището. След като песарът премине през отвора, отпуснете притиснатия песар, така че той да се разшири до нормалната си форма.
3. Внимателно преместете песара към шийката на матката, за да поддържате цистоцелето или ректоцелето и матката. Когато е в правилна позиция, лекарят трябва да може да вкара пръст за преглед между външния ръб на песара и вагиналната стена. Това разстояние ще осигури комфорта на пациентката и ще намали риска от некроза от натиск.
4. След като бъде поставен, песарът не трябва да се размества при изправяне, сядане,

клякане или носене. Не трябва да причинява дискомфорт на пациентката при нито една от тези рутинни дейности.
5. Ако пациентката трябва да се грижи за песара, не забравяйте да я инструктирате за почистването, поставянето и отстраняването му.
6. Кажете на пациентката незабавно да съобщи за всякакъв дискомфорт или затруднение при уриниране или дефекация.

ОТСТРАНЯВАНЕ, ПОЧИСТВАНЕ И ПРЕПОРЪЧВАНИ ПОСЛЕДВАЩИ ДЕЙСТВИЯ
1. За да отстраните песара, внимателно преместете песара напред към входа на влагалището. Когато песарът е наблизо, го притиснете и внимателно го извадете.
2. Песарът може да се почиства с мек сапун и топла вода. Срокът на употреба на песара е ограничен. Прегледайте песара за признаци на влошаване.
3. Сексуалният контакт би бил противопоказан с поставен песар.
4. Обсъдете с пациентката колко е важно да се спазват инструкциите и очакваната продължителност от време за използване на песара.
5. В рамките на 24 до 48 часа се уверете, че пациентката не е алергична към песара. Прегледайте влагалището и попитайте пациентката дали е усетила някакъв дискомфорт, дразнене, натиск, чувствителност или необичайно вагинално течение. Освен това определете дали има някакво подобрение в индивидуалните ѝ симптоми.
6. Планирайте контролни прегледи, за да се отговори на нуждите на пациента и в съответствие с местната политика.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ НА GIMA
Прилага се стандартната -12месечна B2B гаранция (за взаимоотношения между фирми) на фирма Gima.

СИМВОЛИ - ОПИСАНИЕ

	Прочетете инструкциите за употреба		Номер на партида
	Производител		Код на продукта
	Дата на производство		Да се съхранява на хладно и сухо място
	Медицинското устройство е в съответствие с Директива 93/42/ЕЕС		Да се съхранява на място, защитено от слънчева светлина
	Внимание: Прочетете внимателно и спазвайте стриктно инструкциите (предупрежденията) за употреба		Да не се използва, ако опаковката е с нарушена цялост
	Оторизиран представител в Европейската общност		Не съдържа латекс
	Срок на годност		Нестерилен
	Устройство за еднократна употреба, не използвайте повторно		Внесено от