PENCIL

REF 00201.02_S Manipolo per microchirurgia autoclavabile

LOT 000000 YYYY-MM YYYY-MM

per MICRO-AGHI Ø 1mm 00500.L11
(500500.L11 confezione 10 pz)

NON STERILE

134°C

CICLI 100 CYCLES

04 PE-LD

DESTINAZIONE D'USO:

Dispositivi medici riservati all'uso di personale medico specializzato destinati ad uso temporaneo per interventi chirurgici, in cui tramite collegamento ad unità elettrochirurgiche, si richieda il taglio e/o la coagulazione di tessuti molli, con tecnica monopolare e/o bipolare, per chirurgia minore e/o maggiore in aperto e / o intraoperatorio percutaneo e / o endoscopico e / o laparoscopico

AVVERTENZE:

Le seguenti precauzioni hanno lo scopo di ridurre il rischio di ustioni accidentali.

•Il prodotto deve essere utilizzato con ESU e/o accessori conformi alle normative vigenti.

• L'elettrodo micro-ago deve essere collegato in modo affidabile al manipolo, per fissare/scollegare vedi figura.

• Evitare che i cavi entrino in contatto diretto con la pelle del paziente, un effetto capacitivo potrebbe provocare bruciature e/o ustioni.

•Nel rimuovere non tirare direttamente il cavo ma agire sul previsto connettore.

• Un evidente basso livello in uscita o un funzionamento non corretto dell'unità, quando sia predisposta per una normale erogazione di potenza, può indicare un'applicazione difettosa dell'elettrodo neutro o un cattivo contatto nelle connessioni dello stesso. Per questo, l'applicazione dell'elettrodo neutro ed i relativi collegamenti dovrebbero essere controllati prima di selezionare una potenza più alta. In caso di necessità all'utilizzatore e/o paziente devono segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo al fabbricante e all'autorità competente dello stato membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito.



UDI 8 033638 323809

SURGEON

LED SpA Via M.T. Cicerone 138
03100 Frosinone (FR) - ITALY

MADE IN ITALY

CE 0051 MD

IA00201.02_S_a_IT ed. 2023-02