CONNECTION

Cavo Collegamento Elettrodo Neutro
Connection Cable for Neutral Electrode

LED SpA
Via Selciatella 40
04011 Aprilia (LT) Italy

REF 00404.08_S

LOT 000000


UDI (01) 08033638324547
(17) YYMMDD
(10) 000000

IT YYYY-MM-DD

YYYY-MM-DD

x 1

MD NON STERILE CE 0051 0°C + 50°C 20% 80% 04 PE-LD





DESTINAZIONE D'USO:

Dispositivi destinati ad essere collegati, per uso temporaneo, ad apparecchi di elettrochirurgia ad alta frequenza per interventi chirurgici nei quali è richiesto il taglio e/o la coagulazione di tessuti molli con tecnica monopolare e/o bipolare, per chirurgia minore e/o maggiore in aperto e / o intraoperatorio percutaneo e / o endoscopico e / o laparoscopico.

AVVERTENZE:

Le seguenti precauzioni hanno lo scopo di ridurre il rischio di ustioni accidentali.

- Il prodottto deve essere utilizzato con ESU e/o accessori conformi alle normative vigenti.
- Per l'uso delle ESU e degli altri accessori necessari riferirsi alle istruzioni dei singoli elementi.
- Evitare che i cavi entrino in contatto diretto con la pelle del paziente, un effetto capacitivo potrebbe provocare bruciature e/o ustioni.
- Nel rimuovere non tirare direttamente il cavo ma agire sul previsto connettore.
- In caso di necessità all'utilizzatore e/o paziente devono segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo al fabbricante e all'autorità competente dello stato membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito.

PULIZIA:

Lavare con acqua corrente subito dopo l'intervento e poi immergere per 45 minuti in una soluzione al 2% di un nirmale prodotto disinfettante.

COMPATIBILE CON ELETTRODI NEUTRI MONOUSO /FLEX /FLEX S /5365 /6429

ed. 05-2025
IA00404.08c_EN-IT