GIMA
PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

LAMPADA FRONTALE MEDICA LED 70 KL GIMA 3W
LAMPADA FRONTALE CHIRURGICA LED 50 KL GIMA 5W
GIMA 70 KL LED MEDICAL HEADLIGHT 3W
GIMA 50 KL SURGICAL LED HEADLIGHT 5W
LAMPE FRONTALE MÉDICALE À LED 3W, GIMA 70 KL
LAMPE FRONTALE CHIRURGICALE À LED 5W, GIMA 50 KL
LÁMPARA FRONTAL MÉDICA CON LUZ LED DE 3W, 70 KL DE GIMA
LÁMPARA FRONTAL QUIRÚRGICA CON LUZ LED DE 5W, 50 KL DE GIMA
LÂMPADA FRONTAL MÉDICA LED 3W GIMA 70 KL
LÂMPADA FRONTAL MÉDICA LED 5W GIMA 50 KL
GIMA 70 KL MEDIZINISCHE LED-STIRNLAMPE MIT 3W
GIMA 50 KL CHIRURGISCHE LED-STIRNLAMPE MIT 5W
CZOŁOWA LEDOWA LAMPA MEDYCZNA GIMA 70 KL 3W
CZOŁOWA LEDOWA LAMPA CHIRURGICZNA GIMA 50 KL 5W
GIMA 70 KL ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ LED 3W
GIMA 50 KL ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ LED 5W
70 KL LAMPĂ DE CAP CU LED PENTRU UZ MEDICAL 3W
50 KL LAMPĂ DE CAP PENTRU UZ CHIRURGICAL 5W
70 KL MEDICINSK PANNLAMPA MED LED 3W
50 KL KIRURGISK PANNLAMPA MED LED 5W
70 KL LED LEKÁRSKY SVETLOMET 3W
50 KL CHIRURGICKÝ LED SVETLOMET 5W
70 KL LED MEDICINSKO SVJETLO ZA GLAVU 3 W
50 KL KIRURŠKO LED SVJETLO ZA GLAVU 5 W
70 KL LED ORVOSI FEJLÁMPA 3 W
50 KL LED SEBÉSZI FEJLÁMPA 5 W
70 KL LED PANDELAMPE TIL MEDICINSK BRUG 3W
50 KL KIRURGISK LED-PANDELAMPE 5W

	REF
GIMA 30879	**KS-H1N**
GIMA 30936	**KS-W03**

MD CE

Shantou Easywell Electronic Technologies Co., Ltd
5th Floor and No.1 West Side Of 6th Floor, H5 Industrial Building, No.16 Lianjiang Road, Longhu District, Shantou, China - Made in China

EC REP
Kingsmead Service B.V.
Zonnehof 36, 2632 BE, Nootdorp, Netherland

Gima S.p.A. Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

M30879-M-Rev.4-10.25

Sve ozbiljne nesreće koje se tiču medicinskih proizvoda koje isporučujemo moramo prijaviti proizvođaču i nadležnom tijelu države članice u kojoj se nalazi vaš registr rani ured.

1. Uvod

Svjetlo daje korisniku snop koji je vrlo ujednačen i ne pokazuje promjenu boje u rasponu dubinske oštrine lupa. Ugrađeno u baterijsku jedinicu, svjetlo za glavu ima bez stupanjsko podešavanje intenziteta svjetla. To korisniku omogućuje preciznu kontrolu nad svjetlinom svjetla za glavu što omogućuje maksimalnih pregled detalja.
Modeli

30879

70 KL LED MEDICINSKO SVJETLO ZA GLAVU 3 W
Ravni optički put Jednostavna optička leća
Nema unutarnje svjetlosne rešetke.



30936

50 KL KIRURŠKO LED SVJETLO ZA GLAVU 5 W
L oblik optičke staze Višestruka optička leća
Unutarnja svjetlosna rešetka



3. Tehnički podaci

LED svjetlo za glavu						
Kod	**LED žarulja**	**Intenzitet**	**Životni vijek LED žarulje**	**Veličina točke**	**Vrijeme punjenja baterije**	**Trajanje baterije**
KS-H1N	3 W	20000-70000 luksa	50000 sati	40-90 mm na 20-50 cm	2 sata	2-12 sati
KS-W03	5 W	10000-50000 luksa	50000 sati	50-100 mm na 20-50cm	2 sata	2-12 sati

4. Ilustracija

30879

GIMA 70 KL Led medicinsko svjetlo za glavu 3 W je model s jednom optičkom lećom. Kućište LED svjetla izrađeno je od aluminija, tako da je izdržljivo i lagano. Ugrađena u baterijsku jedinicu GIMA 70 KL Led medicinsko svjetlo za glavu 3 W ima bezstupanjsko podešavanje intenziteta svjetla. To korisniku omogućuje preciznu kontrolu nad svjetlinom svjetla za glavu

što omogućuje maksimalnih pregled detalja.

GIMA 70 KL LED MEDICINSKO SVJETLO ZA GLAVU 3 W

1. Higijenski i udobni kožni jastuci 2
2. Podesite širinu trake za glavu
3. Punjiva baterija
4. LED zaslon s prikazom količine baterije
5. Uključi/isključi 3
6. Kontrola svjetline




30936

GIMA 50 KL kirurško led svjetlo za glavu 5 W ima L oblik optičke staze koja ima dobru koaksijalnost između svjetlosnog snopa i nišana.
Mini i mala težina samo 200 g.
Veličina točke podesiva pomoću unutarnje mini svjetlosne rešetke.
Integrirani bežični dizajn s istosmjernim napajanjem i brzom izmjenom.
Precizna svjetlosna slika pomoću više optičkih leća, ujednačena i jasna bez svjetlosnog zagađenja. Bežično LED svjetlo za glavu s jednom baterijom.

GIMA 50 KL KIRURŠKO SVJETLO ZA GLAVU 5 W

1. Podesite visinu trake za glavu
2. Podesite širinu trake za glavu
3. Punjiva baterija
4. LED zaslon s prikazom napunjenosti baterije
5. Prekidač uključi/isključi
6. Kontrola svjetline
7. Podešavanje svjetlosne točke
8. Podešavanje visine svjetiljke
9. Higijenski i udobni kožni jastuci



5. Popis pakiranja

Popis pakiranja svjetla za glavu:
1. LED svjetlo za glavu: 1 kom.
2. Adapter: 1 kom.
3. Baterija: 1 ili 2 kom. (ako je konfigurisano)
4. EPE kutija za pakiranje: 1 kom. Aluminijska kutija: (izborno)

6. Podešavanje

Prema individualnom stanju, prilagodite visinu i obujam trake za glavu.

7. Opomene

Obratite pozornost na LED svjetlo, izbjegavajte izravno ciljanje u oči. Držite uređaj na suhom, nemojte ga koristiti na mokrom mjestu.
Nemojte pričvršćivati optičko staklo ničim tvrdim ili rukom. Ne brišite staklo ničim tvrdim ili prljavim.
Ne gledajte izravno u sunce kada nosite medicinsku lupu.

8. Održavanje

1. Prilikom prve uporabe ili dugotrajnog nekorištenja, punite više od 6 sati.
2. Molimo koristite originalni adapter kako biste izbjegli oštećenje dijelova.
3. Koristite mokru i čistu meku krpu za čišćenje ovog uređaja, zatim koristite suhu krpu za uklanjanje vode.
4. Nemojte kupati ili držati ovaj uređaj na visokoj temperaturi ili visokom tlaku.
5. Istrošena baterija: postupajte u skladu s relevantnim odredbama, nemojte odlagati zajedno s drugim kućnim otpadom.
6. Stavite uređaj u kutiju nakon završetka korištenja.
7. Kada je staklo prljavo, očistite ga mekom krpom ili četkom za kosu.
8. Optičko staklo očistite alkoholom i namjestite dijelove vijaka;

9. Nakon prodaje

Trajanje jamstva: 12 mjeseci nakon kupnje. Trajanje jamstva za bateriju: 3 mjeseci nakon kupnje.
Tijekom jamstvenog razdoblja, u slučaju korištenja i održavanja proizvoda na ispravan način, ako dođe do bilo kakvog kvara uzrokovanog vlastitom kvalitetom proizvoda, ponudit ćemo besplatan popravak i zamjenu.
Besplatno održavanje nije dostupno u sljedećim okolnostima:
1. Kvar uzrokovan greškom instalacije i pogrešnom upotrebom.
2. Šteta uzrokovana demontažom od strane održavatelja koji nije ovlašten od naše tvrtke.
3. Šteta uzrokovana neodgovarajućim čuvanjem i održavanjem od strane korisnika.
4. Kvar i šteta uzrokovana višom silom.
5. Objektiv je lomljiv, nije pokriven jamstvom.

10. Radni uvjeti

1. Temperatura okoline: 5 °C~40 °C
2. Relativna vlažnost: ≤ 80 %
3. Atmosferski tlak: 50 kPa~106 kPa

Simboli			
CE	Medicinski uređaj u skladu s Uredbom (EU) 2017/745	REF	Šifra proizvoda
	Oprez: pažljivo pročitajte upute (upozorenja)	LOT	Broj serije
	Slijedite upute za uporabu		Proizvođač
	Držite na hladnom i suhom mjestu		Držite zaštićeno od sunčevog svjetla
	Zbrinjavanje OEEO		Primijenjena klasa II
	Datum proizvodnje	MD	Medicinski proizvod
	Uvezeno od strane	EC REP	Ovlašteni predstavnik u Europskoj zajednici
UDI	Jedinstveni identifikator uređaja		



Odlaganje: *Proizvod se ne smije zbrinjavati zajedno s ostalim kućnim otpadom. Korisnici moraju osigurati odlaganje opreme koja se odlaže, vodeći ih do mjesta prikupljanja naznačenog za recikliranje električne i elektroničke opreme*

GIMA UVJETI JAMSTVA
Jamstvo od 12 mjeseci od datuma isporuke.